

Koszalin, 05.03.2021 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.015.2021 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 19 poz.1,2

*„Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie kocyków wyposażonych w uniwersalny port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka, którego rozmiar portu grzewczego pozwala na szczelne zastosowanie z przewodem grzewczym urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek innych adapterów, mocowań nie wymagających dodatkowych taśm mocujących, pasujących technicznie to ogrzewaczy wskazanych przez Zamawiającego.”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych kocyków.

*[Signature]*  
z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr. Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych