

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
75 – 581 KOSZALIN**

NIP 669-10-44-410

REGON 330006292

BDO 000008455

BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości równej lub przekraczającej 214 000 EURO**

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

**OBŁOŻENIE OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU**

NUMER POSTĘPOWANIA: TP.382.105.2020 EK

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 14.10.2020

Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłóżek operacyjnych jednorazowego użytku.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - bielizna szpitalna – 39518000-6
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 1 do SIWZ](#).
4. Prawo opcji.
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

DZIAŁ II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- 1) część nr 1 Maski chirurgiczne na tasiemkę lub gumkę;
- 2) część nr 2 Maski chirurgiczne z osłoną na oczy;
- 3) część nr 3 Maski chirurgiczne na troki;
- 4) część nr 4 Czepek pielęgniarski okrągły;
- 5) część nr 5 Czepek chirurgiczny męski;
- 6) część nr 6 Zarękawek chirurgiczny;
- 7) część nr 7 Pokrowiec na przewody;
- 8) część nr 8 Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókniny;
- 9) część nr 9 Organizery przewodów i drenów;
- 10) część nr 10 Osłony na sprzęt medyczny 50 x 100 cm;
- 11) część nr 11 Osłony na sprzęt medyczny 85 x 150 cm;
- 12) część nr 12 Niesterylne osłona na tarczycę;
- 13) część nr 13 Jednorazowa bluza dla personelu medycznego;
- 14) część nr 14 Niesterylne komplety pościeli z włókniny;
- 15) część nr 15 Zestaw serwet uniwersalnych;
- 16) część nr 16 Zestaw serwet pediatrycznych;
- 17) część nr 17 Sterylne fartuchy chirurgiczne stosowane na bloku operacyjnym;
- 18) część nr 18 Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego;
- 19) część nr 19 Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy;
- 20) część nr 20 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy;
- 21) część nr 21 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego;
- 22) część nr 22 Zestaw do artroskopii stawu kolanowego;
- 23) część nr 23 Zestaw do zabiegów naczyniowych;
- 24) część nr 24 Zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem;
- 25) część nr 25 Zestaw do operacji odbytnicy;
- 26) część nr 26 Zestaw do laparotomii;
- 27) część nr 27 Zestaw pojemników;
- 28) część nr 28 Serwety operacyjne;
- 29) część nr 29 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych;
- 30) część nr 30 Zestawy do zabiegów laryngologicznych;
- 31) część nr 31 Zestaw do operacji kręgosłupa;
- 32) część nr 32 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku;
- 33) część nr 33 Osłona na mikroskop, pokrowiec na aparat RTG;
- 34) część nr 34 Kieszeń na płyny irygacyjne;
- 35) część nr 35 Kieszeń na narzędzia;
- 36) część nr 36 Taśma samoprzylepna;
- 37) część nr 37 Sterylne fartuchy chirurgiczne;
- 38) część nr 38 Zestaw do zabiegów tur, sterylny fartuch urologiczny;
- 39) część nr 39 Zestaw do małych operacji;
- 40) część nr 40 Serweta na stół operacyjny;
- 41) część nr 41 Osłona na kończynę dolną 35 x 80 cm;

- 42) część nr 42 Serweta jałowa z nitką rtg a 5 szt.
- 43) część nr 43 Serweta jałowa z nitką rtg a 2 szt.;
- 44) część nr 44 Chusta trójkątna;
- 45) część nr 45 Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających;
- 46) część nr 46 Ubrania chirurgiczne z włókniny

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty podpisania umowy.

DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, tj.:

- 1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 11) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa:
 - 1) ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem – [Załącznik nr 1 do SIWZ](#);
 - 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD);
 - 3) oryginalny dokument potwierdzający wniesienia wadium w formie niepieniężnej, podpisany podpisem kwalifikowanym przez Wystawcę (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
 - 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2:
 - 1) pkt 1, 2, 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
 - 2) pkt 6, 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
 - 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
 - a) część nr 1 Maski chirurgiczne na tasiemkę lub gumkę – 5 szt.;
 - b) część nr 2 Maski chirurgiczne z osłoną na oczy – 5 szt.;
 - c) część nr 3 Maski chirurgiczne na troki – 5 szt.;
 - d) część nr 4 Czepek pielęgniarski okrągły – 5 szt.;
 - e) część nr 5 Czepek chirurgiczny męski – 5 szt.;
 - f) część nr 6 Zarękawek chirurgiczny – 1 szt.;
 - g) część nr 7 Pokrowiec na przewody – 1 szt.;
 - h) część nr 8 Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókny – 1 szt.;
 - i) część nr 9 Organizator przewodów i drenów – 1 szt.;
 - j) część nr 10 Osłony na sprzęt medyczny 50 x 100 cm – 1 szt.;
 - k) część nr 11 Osłony na sprzęt medyczny 85 x 150 cm – 1 szt.;
 - l) część nr 12 Niesterylna osłona na tarczycę – 1 szt.;
 - m) część nr 13 Jednorazowa bluza dla personelu medycznego – 1 szt.;
 - n) część nr 14 Niesterylne komplety pościeli z włókny – 1 kpl.;
 - o) część nr 15 Zestaw serwet uniwersalnych – poz. 1 – zestaw, poz. 2 – 1 zestaw;
 - p) część nr 16 Zestaw serwet pediatrycznych – 1 zestaw;
 - q) część nr 17 Sterylne fartuchy chirurgiczne stosowane na bloku operacyjnym – 1 szt.;
 - r) część nr 18 Sterylne zestawy do operacji protezowania okolic stawu kolanowego – 1 zestaw;
 - s) część nr 19 Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy – 1 zestaw;
 - t) część nr 20 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy – 1 zestaw;
 - u) część nr 21 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego – 1 zestaw;
 - v) część nr 22 Zestaw do artroskopii stawu kolanowego – 1 zestaw;
 - w) część nr 23 Zestaw do zabiegów naczyniowych – 1 zestaw;
 - x) część nr 24 Zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem – 1 zestaw;
 - y) część nr 25 Zestaw do operacji odbytnicy – 1 zestaw;
 - z) część nr 26 Zestaw do laparotomii – 1 zestaw;
 - aa) część nr 27 Zestaw pojemników – 1 zestaw ;
 - bb) część nr 28 Serwety operacyjne- z każdej pozycji formularza ofertowego po 1 sztuce;
 - cc) część nr 29 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych – poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt.;
 - dd) część nr 30 Zestawy do zabiegów laryngologicznych – poz. 1 – 1 zestaw, poz. 2 – 1 zestaw, poz. 3 – 1 zestaw;
 - ee) część nr 31 Zestaw do operacji kręgosłupa – 1 zestaw;
 - ff) część nr 32 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku – 1 szt.;
 - gg) część nr 33 Osłona na mikroskop, pokrowiec na aparat RTG – poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt.;
 - hh) część nr 34 Kieszeń na płyny irygacyjne – 1 szt.;
 - ii) część nr 35 Kieszeń na narzędzia – poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt., poz. 3 – 1 szt.;
 - jj) część nr 36 Taśma samoprzylepna – 1 szt.;
 - kk) część nr 37 Sterylne fartuchy chirurgiczne – 1 szt.;
 - ll) część nr 38 Zestaw do zabiegów tur, sterylne fartuchy urologiczne – 1 zestaw;
 - mm) część nr 39 Zestaw do małych operacji – poz. 1 zestaw, poz. 2 – 1 szt.;
 - nn) część nr 40 Serweta na stół operacyjny – poz. 1 -1 szt., poz. 2 – 1 szt.;
 - oo) część nr 41 Osłona na kończynę dolną 35 x 80 cm – 1 szt.;
 - pp) część nr 42 Serweta jałowa z nitką rtg a 5 szt. – 1 op.;
 - qq) część nr 43 Serweta jałowa z nitką rtg a 2 szt. – 1 op.;
 - rr) część nr 44 Chusta trójkątna – 1 szt.;
 - ss) część nr 45 Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających – 1 szt.;
 - tt) część nr 46 Ubrania chirurgiczne z włókny – 1 kpl.

- 2) deklaracja zgodności z załącznikami – dotyczy części, w których przedmiotem zamówienia jest wyrób medyczny;
 - 3) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne - dotyczy części, w których przedmiotem zamówienia jest wyrób medyczny.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
9. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu „W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24aa ustawy Pzp zastosuje „procedurę odwróconą” t.j. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Informacje ogólne

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 2) Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Panią Ewelinę Kopaczewską, tel. 94 34 88 109 email: ewelina@swk.med.pl.
- 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
- 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

2. Złożenie oferty

- 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx>). Ofertę należy złożyć w oryginale.

- 3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortal. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal.
- 6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)**. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub numerem referencyjnym postępowania.
- 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email ewelina@swk.med.pl
- 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DZIAŁ VIII. WADIUM

1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości 26 300,00 zł.;

numer części	wadium w zł	numer części	wadium w zł	numer części	wadium w zł	numer części	wadium w zł
1	1 120,00	14	525,00	27	46,00	40	230,00
2	43,00	15	1 932,00	28	1 300,00	41	25,00
3	1 000,00	16	189,00	29	75,00	42	260,00
4	240,00	17	3 000,00	30	380,00	43	23,00
5	200,00	18	920,00	31	520,00	44	23,00
6	10,00	19	615,00	32	320,00	45	2 600,00
7	104,00	20	150,00	33	550,00	46	700,00
8	1 600,00	21	1 160,00	34	80,00		
9	58,00	22	210,00	35	80,00		
10	33,00	23	1 370,00	36	13,00		
11	72,00	24	23,00	37	1 030,00		
12	37,00	25	110,00	38	1 930,00		
13	134,00	26	840,00	39	420,00		

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 z dopiskiem w tytule „wadium do przetargu TP.382.105.2020 EK na dostawę „Obłożenie operacyjne jednorazowego użytku”;

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) oznaczenie postępowania,
 - 3) określenie przedmiotu postępowania
 - 4) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 5) kwotę gwarancji,
 - 6) termin ważności gwarancji
 - 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 8) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Termin obowiązywania wadium.
Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

DZIAŁ IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu do składania ofert.

DZIAŁ X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 - 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 - 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 - 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 - 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
 - 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 - 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
 - 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
- 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
 - 3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - 4) Oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - 6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

DZIAŁ XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy przesłać do dnia 19.11.2020 r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert:
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020 r., o godz. 10:30
 - 2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 - 3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 - 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

DZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

DZIAŁ XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XV. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia

- kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 3 do SIWZ](#).

DZIAŁ XVI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 3) wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 5) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

DZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie
 - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 - 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 - 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 - 5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
 - 6) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
 - 7) Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
 - 8) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli przesłane w inny sposób.
 - 9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
 - 10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Skarga do sądu

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
- 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
- 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
- 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „obłożeń operacyjnych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów

- 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego:
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złożeniu pisemnego wniosku;
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym;
 - bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,
 - b) przesłanie kopii protokołu:
 - Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złożeniu pisemnego wniosku;
 - cena kopii 1 strony wersji papierowej wynosi 79 gr brutto;
 - jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

DZIAŁ XX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza oferty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.

OFERTA

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:
KRS lub inny organ rejestrowy:
Wielkość przedsiębiorstwa	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Osoby upoważniona do kontaktu	Imię i nazwisko; Tel. Adres e-mail:.....
Nr rachunku bankowego:

2. Oświadczam, że:

- 1) Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części;
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 9) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach;
- 10) wadium wniosłem/am w następującej formie:

Nr części	Kwota wadium	Forma wniesienia wadium	Numer rachunku na który należy dokonać zwrotu wadium

3. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZEŚĆ NR 1 MASKI CHIRURGICZNE NA TASIEMKĘ LUB GUMKĘ										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maski chirurgiczne na tasiemkę lub gumkę			Szt.	80 000					

CZEŚĆ NR 2 MASKI CHIRURGICZNE Z OSŁONĄ NA OCZY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maski chirurgiczne z osłoną na oczy			Szt.	500					

CZEŚĆ NR 3 MASKI CHIRURGICZNE NA TROKI										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maski chirurgiczne na troki			Szt.	50 000					

CZEŚĆ NR 4 CZEPEK PIEŁĘGNIARSKI OKRĄGŁY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Czepek pielęgniarski okrągły			Szt.	50 000					

CZEŚĆ NR 5 CZEPEK CHIRURGICZNY MĘSKI										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Czepek chirurgiczny męski			Szt.	40 000					

CZEŚĆ NR 6 ZARĘKAWEK CHIRURGICZNY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zarękawek chirurgiczny			Szt.	300					

CZEŚĆ NR 7 POKROWIEC NA PRZEWODY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Pokrowiec na przewody			Szt.	3 000					

CZEŚĆ NR 8 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Podkład nieprzemakalny niejałowy 150 x 240 cm			Szt.	20 000					

CZEŚĆ NR 9 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny organizer przewodów i drenów			Szt.	1 500					

CZEŚĆ NR 10 OSŁONA NA SPRZĘT MEDYCZNY 50cm x 100cm

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Ośłona na sprzęt medyczny 50cm x 100cm			Szt.	600					

CZEŚĆ NR 11 OSŁONA NA SPRZĘT MEDYCZNY 85cm x 150cm

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Ośłona na sprzęt medyczny 85cm x 150cm			Szt.	1 000					

CZEŚĆ NR 12 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCĘ

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylna osłona na tarczycę			Szt.	1 000					

CZEŚĆ NR 13 JEDNORAZOWA BLUZA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Jednorazowa bluza dla personelu medycznego			Szt.	1 400					

CZEŚĆ NR 14 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylny komplet pościeli z włókniny			Kpl.	3 500					

CZEŚĆ NR 15 ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet uniwersalnych I			zestaw	1 000					
2	Zestaw serwet uniwersalnych II			zestaw	1 000					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 16 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet pediatrycznych			zestaw	300					

CZEŚĆ NR 17 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny fartuch chirurgiczny stosowany na bloku operacyjnym			Szt.	12 000					

CZEŚĆ NR 18 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego			zestaw	200					

CZEŚĆ NR 19 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy			zestaw	600					

CZEŚĆ NR 20 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy			zestaw	140					

CZEŚĆ NR 21 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego			zestaw	220					

CZEŚĆ NR 22 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego			zestaw	90					

CZEŚĆ NR 23 ZESTAW DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do zabiegów naczyniowych			zestaw	450					

CZEŚĆ NR 24 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem			zestaw	30					

CZEŚĆ NR 25 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji odbytnicy			zestaw	100					

CZEŚĆ NR 26 ZESTAW DO LAPARATOMII										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do laparatomii			zestaw	200					

CZEŚĆ NR 27 ZESTAW POJEMNIKÓW										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw pojemników			zestaw	400					

CZEŚĆ NR 28 SERWETY OPERACYJNE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.			Szt.	400					

2	<p>Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym \varnothing 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m². Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.</p>			Szt.	250					
3	<p>Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m². Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.</p>			Szt.	9 000					
4	<p>Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego, wzmocnionego w obszarze krytycznym lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia 55g/m², ze wzmocnieniem 110 g/m². Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m², chłonność w miejscu wzmocnienia min.386 ml/m². Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O.</p>			Szt.	2 600					
5	<p>Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m². Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.</p>			Szt.	5 000					

6	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.			Szt.	700					
7	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.			Szt.	2 600					
RAZEM										

CZĘŚĆ NR 29 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obłożenie okulistyczne min. 140cm x 120cm			Szt.	250					
2	Obłożenie okulistyczne min. 60cm x 70cm			Szt.	400					
RAZEM										

CZĘŚĆ NR 30 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw uniwersalny laryngologiczny			zestaw	50					
2	Zestaw do FESS			zestaw	80					
3	Zestaw do zabiegów laryngologicznych na siedząco			zestaw	150					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 31 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji kręgosłupa			zestaw	200					

CZEŚĆ NR 32 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku			Szt.	8 000					

CZEŚĆ NR 33 OSŁONA NA MIKROSKOP, POKROWIEC NA APARAT RTG										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Osłona na mikroskop			szt.	140					
2	Pokrowiec na aparat rtg			szt.	300					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 34 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kieszka na płyny irygacyjne			szt.	1 000					

CZEŚĆ NR 35 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kieszka na narzędzia 30cm x 30 – 35cm			szt.	400					
2	Kieszka na narzędzia 43 cm x 38 – 40 cm			szt.	1 200					
3	Kieszka na narzędzia 40 cm x 46 – 50 cm			szt.	600					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 36 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Taśma samoprzylepna			szt.	700					

CZEŚĆ NR 37 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny fartuch chirurgiczny			Szt.	8 000					

CZEŚĆ NR 38 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, STERYLNY FARTUCH UROLOGICZNY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do zabiegów tur, sterylny fartuch urologiczny			zestaw	1 000					

CZEŚĆ NR 39 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do małych operacji			zestaw	200					
2	Serweta na stół Mayo			Szt.	3 000					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 40 SERWETA NA STÓŁ OPERACYJNY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta na stół operacyjny 100 x 76 (+/- 1 cm)			szt.	50					
2	Serweta na stół operacyjny 100 cm(+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm)			szt.	700					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 41 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ 35 CM X 80 CM										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Ośłona na kończynę dolną 35 cm x 80 cm			szt.	300					

CZEŚĆ NR 42 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 5 SZT.										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta jałowa z nitką rtg a 5 szt.			Op.	2 700					

CZEŚĆ NR 43 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 2 SZT.										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta jałowa z nitką rtg a 2 szt.			Op.	500					

CZEŚĆ NR 44 CHUSTA TRÓJKĄTNA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Chusta trójkątna			Szt.	1 800					

CZEŚĆ NR 45 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających			szt.	45 000					

CZEŚĆ NR 46 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/ Producent	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Ubrania chirurgiczne z włókniny			Kpl.	5 000					

..... (miejsowość), dnia r.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 MASKI CHIRURGICZNE NA TASIEMKĘ LUB GUMKĘ			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Maska chirurgiczna z uchwytemi elastycznymi w postaci tasiemki do zamocowania maski na twarzy lub gumki, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrośluzów, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 2 MASKI CHIRURGICZNE Z OSŁONĄ NA OCZY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy, powleczona warstwą chroniącą przed zaparowaniem, min. 10 x 29 cm, troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrośluzów, pakowana w kartoniki max. po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 3 MASKI CHIRURGICZNE NA TROKI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Maska chirurgiczna - troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrośluzów, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 4 CZEPEK PIELEGNIRASKI OKRĄGŁY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Czepek pielęgniarski okrągły, z przewiewnej włókniny, z perforacją, wykończony delikatną nieuciskającą bezlateksową gumką, niesterylny, szerokość po rozciągnięciu min. 55 cm, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania –max. 100 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 5 CZEPEK CHIRURGICZNY MĘSKI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany z włókniny oddychającej wiskozowej perforowanej na całej powierzchni, pochłaniającej pot, z możliwością wywinięcia otoku, z tyłu ściągany lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania –max. 100 szt.	kolor niebieski lub zielony	

CZĘŚĆ NR 6 ZARĘKAWEK CHIRURGICZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m ² .	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 7 POKROWIEC NA PRZEWODY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Pokrowiec foliowy na przewody z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii, teleskopowo lub rewersowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach z papierową wstawką ułatwiającą zakładanie, sterylny.	bezbarwne, min. 13 cm x 200 cm	

CZĘŚĆ NR 8 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Podkład nieprzemakalny wzmocniony, nieprzeźroczysty (z włókniny foliowanej, chłonnej) dwu- lub trzywarstwowy, laminowany, niejałowy.	150 cm x 240 cm (+/- 10%)	

CZĘŚĆ NR 9 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylny organizator przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm włókninowych min.25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepką do zamocowania na serwecie.	min. 9 cm x 11 cm	

CZĘŚĆ NR 10 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Ośłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką.	50cm x 100cm	

CZĘŚĆ NR 11 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Ośłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką.	85cm x 150cm	

CZĘŚĆ NR 12 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCĘ			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze min. 40g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z normą typu EN10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika. Wyrób medyczny .	Wymiary min. 44 cm x 55 cm, średnica otworu 15 – 17 cm	

CZĘŚĆ NR 13 JEDNORAZOWA BLUZA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z niepyłającej i nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Gramatura min. 45 g/m2. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza z długim rękawem , zapinana na plastikowe napy/zatrzaski z dwoma dolnymi kieszeniami . Bluza zgodna z normą typu EN 13 795 lub równoważną dla odzieży operacyjnej. Dostęp do rozmiarów M i L. Zapakowana pojedynczo w torbę PE	tak	

CZĘŚĆ NR 14 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej: poszwa 140 x 210 cm; poszewka 80 x 90 cm; prześcieradło 130 x 120 cm	tak	

CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	UNIWERSALNY I Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, ze wzmocnieniem 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386	tak	

	<p>ml/m². Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmacnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <p>1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm)- owinięcie zestawu;</p> <p>1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</p> <p>1 x serweta samoprzylepna anestezjologiczna 240cm x 150 cm (+/- 10cm)(wzmocnienie 50x70 cm);</p> <p>1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 175cm x 170cm (+/- 7cm)(wzmocnienie 50x70 cm);</p> <p>2 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 75 cm (+/- 5cm)(wzmocnienie 36 x90 cm);</p> <p>1 x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;</p> <p>2 x ręczników celulozowych min.33cm x 30cm;</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny wzmacniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH₂O i strefie wzmacnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH₂O i strefie wzmacnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej.</p>		
2	<p>UNIWERSALNY II</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m² ze wzmocnieniem 110 g/m².. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m², chłonność w miejscu padu min.386 ml/m². Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmacnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <p>1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm)-owinięcie zestawu;</p> <p>1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</p> <p>2 x serweta samoprzylepna anestezjologiczna 240cm x 150 cm (+/- 10cm)(wzmocnienie 50x70 cm);</p> <p>1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 175cm x 170cm (+/- 7cm)(wzmocnienie 50x70 cm);</p> <p>2 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 75 cm (+/- 5cm)(wzmocnienie 36 x90 cm);</p> <p>1 x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;</p> <p>2 x ręczników celulozowych min.33cm x 30cm;</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny wzmacniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m²; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH₂O i strefie wzmacnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m²; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH₂O i strefie wzmacnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej.</p>	tak	

CZĘŚĆ NR 16 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m², w części wzmocnionej min. 110 g/m² i odporności na penetrację płynów min. 200cm H₂O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145); - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm; - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; - 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm. 	tak	

CZĘŚĆ NR 17 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Troki złożone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą, fartuch musi posiadać wzmocnienia w części brzusznej i w rękawach. Fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.</p> <p>Parametry: fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> -skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa, -gramatura: 68-78 g/m², -wzmocnienie od wewnątrz fartucha wykonane z folii polietylenowej lub laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa min. 37 g/m²), odporna na działanie alkoholu, -wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro w obszarze wzmocnionym – przód minimum 160 kPa, pozostała powierzchnia fartucha minimum 120 kPa, - nieprzemakalność minimum 119 cm H₂O, - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny. 	<p>Długość: L - 130cm (+/- 5%), XL – 145cm (+/- 5%), XXL – 165cm (+/- 5%)</p>	

CZĘŚĆ NR 18 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m². W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe- łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m². Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa .Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p>	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 170 x 300 cm - owinięcie zestawu; - 4 x ręcznik do rąk min. 20 x 30 cm; - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety 83 g/m²; - fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm i 2 x XLL - 170 cm; - 1 x osłona na kończynę 33 x 55 cm - 3 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50 cm; - 1 x kieszeń na narzędzia 1- komorowa min. 38 x 40cm; - 5 x strzykawka 20 ml 2- częściowa; - 1 x strzykawka 100 ml; - 1 x ostrze skalpela nr 10; - 1 x ostrze skalpela nr 23; - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem + ewakuator dymu 320cm, 2+1, długość min. 3m; - 1 x dren Redona 12CH/ 15 cm perforacja, dł. 50 cm, znacznik RTG; - 1 x dren do ssaka 25CH, długość 350 cm; - 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem; - 1 x miska polipropylenowa 250 ml - 6 x tupfer z gazy 20- nitkowej z RTG, rozm. 5; - 40 x kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17- nitkowe, 12- warstwowe z nitką RTG, banderolowane a' 10 szt; - 5 x serwety gazowe, 20- nitkowe, 4- warstwowe, min. 40 x 40 cm ze znacznikiem RTG, z tasiemką, białe, poddane wstępnemu praniu; - 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm; - 2 x serweta 2- warstwowa 150 x 240 cm samoprzylepna; - 1 x serweta 225 x 320 cm 2- warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym z neoprenowym otworem o średnicy 7 cm. 		
--	---	--	--

CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej bez dodatku celulozy <ul style="list-style-type: none"> - Serweta o minimalnych wymiarach 245cm x 320cm z otworem o średnicy 3cm wykończony neoprenem; - 1 x Serweta samoprzylepna operacyjna 175cm x 200cm; - Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 170cm x 300cm; - Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm; - Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm; Gramatura min. 70g/m². Odporność na penetrację płynów min 1500mm słupa H₂O - dotyczy całego zestawu. 	tak	

CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w części wzmocnionej trójwarstwowego: <ul style="list-style-type: none"> - Serweta na stolik narzędziowy min. 170cm x 300cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); - Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie min. 60cm x 80cm); 	tak	

CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m ² . W części wzmocnionej, w polu	tak	

<p>krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe-łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m². Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym; - 2 x Serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny o wym. min 150cm x 250cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym; - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm; - 1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2- warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm; - Osłona na stół Mayo min. 79 x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min. 130 g/m²; - 1 x Serweta na stół instrumentarium 170 x 300 cm – owinięcie zestawu; - 4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm; - fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2 - warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm 2 x XLL- 170 cm; - 1 x Kieszka foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm; - 50 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a' 10 szt.; - 5 x tuffer gazowy z nitką RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm; - 1 x miska z polipropylenu 250 ml; - 1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm; - 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem; - 1 x ostrze do skalpela nr 23; - 2 x ostrze do skalpela nr 10; - 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm; - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem + ewakuator dymu 320cm, 2 + 1, dł. min. 3m; - 1 x strzykawka 100 ml - 1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. 50 cm; - 1 x organizator typu rzep 2,5 x 20/ 24 cm; - 1x serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o wym.150cm x 240cm. 		
--	--	--

CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Zestaw do artroskopii stawu kolanowego</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m². na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta min. 225 x 320 cm z otworem Ø 7 cm i workiem do zbiórki płynów; - 2 x taśma lepna min. 9 x 49 cm; - 1 x kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego min. 24 cm; - 1 x osłona na kończynę 2- warstwowa min. 33 x 55 cm; - 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 typu sztylet; 	tak	

<ul style="list-style-type: none"> - 1 x miska z polipropylenu 250 ml; - 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm zielona; - 1 x osłona foliowa na kamerę min. 13 x 250 cm; - 1 x dren Redona PCV 12Ch 50 cm/perforacja na 15 cm, znacznik Rtg; - 1 x butelka do drenażu 400 ml; - 1 x zapinka do bandaża; - 1 x bandaż 15 cm x 5 m długości elastyczny biały; - 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 17- nitek, 12- warstw, z nitką RTG, banderolowany a' 10 szt; - serweta z przylepcem 170cm x 240cm; - 1 x osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm; - Fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa; Rozmiary: 1 x rozm. XLL- 170 cm długości oraz 1 x rozm. XL- 150 cm długości; - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 170 x 300 cm; - owinięcie zestawu. 		
---	--	--

CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, ze wzmocnieniem 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozzerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 170cm x 300cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm)- owinięcie zestawu; 1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); 1 x serweta samoprzylepna anestezjologiczna 240cm x 150 cm (+/- 10cm)(wzmocnienie 50x70 cm); 1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 175cm x 170cm (+/- 7cm)(wzmocnienie 50x70 cm); 3 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 100 cm (+/- 5cm)(wzmocnienie 36 x90 cm); 1 x uchwyt (rzep), min. 2 x 20 cm; 2 - 4 x ręczników celulozowych min.33cm x 30cm; 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH2O i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej; 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH2O i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej; 30 x kompres z gazy 10cm x 10cm (17N, 12W), z nitką RTG; 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 cm x 45 cm; 1 x ostrze 23; 1 x ostrze 11; 1 x kieszeń foliowa 1-komorowa min. 32 cm x 32 cm; 1 x strzykawka 20ml; 1 x dren do ssaka, długość 300cm; 1 x końcówka typy Yankauer 24; 1 x pojemnik plastikowy 250ml; 6 x tupfer z gazy 24cm x 24cm; 1 x elektroda monopolarna do cięcia i koagulacji z kablem 300cm z 3-pinowym 	tak	

	wejściem; 1 x czyścik do koagulacji; - 1 x pudełko na ostrze i igły magnetyczne.		
--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Zestaw do zabiegów artroskopii barku z workiem</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m² na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m². Odporność na rozerwanie na mokro min. 274 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; - 1 x osłona na kończynę górną min. 24 x 80 cm (od środka miękka włóknina, od zewnątrz elastyczna folia elastomerowa); - 1 x pasek foliowy samoprzylepny 10 x 50 cm; - 1 x serweta do artroskopii barku 225 x 380 cm 2- warstwowa z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep; - 2 ręczniki do rąk. 	tak	

CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m² Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m², chłonność w miejscu padu min.386 ml/m². Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 300 cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); 1 x serweta operacyjna nieprzemakalna 75cm x 90cm (+/-5cm); 1 x serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28cm x 32cm i 15cm x 12cm (+/-5cm) 300cm x 250cm (pad brzuch 75cm x 190cm, (+/-15cm) pad krocz 90cm x 60cm (+/-5cm); 1 x taśma samoprzylepna min. 10cm x 50cm; 2 x uchwyt (rzep) min. 2cm x 20cm. 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejscowe; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m²; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22cm H₂O i strefie wzmocnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej; 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m² oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m²; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH₂O i strefie wzmocnionej 80 cmH₂O. Mankiety wykonane z dzianiny 	tak	

	<p>poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długości 300cm;</p> <p>1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m; z 1-pinowym wejściem 320 cm ;</p> <p>2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 32 x 30 cm;</p> <p>1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 43x38 cm;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 11;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 23;</p> <p>1 x kleszczyki plastikowe blokowane 24 cm.</p>		
--	---	--	--

CZĘŚĆ NR 26 ZESTAW DO LAPARATOMII			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN typu 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <p>1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona min. 195x300 cm (opakowanie zestawu);</p> <p>1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</p> <p>1 x serweta do cięcia cesarskiego min. 260 x 320 cm, z torbą na płyny i oknem min. 32 x 30 cm</p> <p>2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cm H2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x kleszczyki plastikowe blokowane 24 cm;</p> <p>1 x pojemnik magnetyczno- piankowy na igły i ostrza, 10 miejscowy;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 11;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 23;</p> <p>40 x kompres gazowy 10 x 10 (17 nitkowy, 12 warstwowy);</p> <p>10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm;</p> <p>1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm długości 300cm;</p> <p>1 x końcówka typu Yankauer 26/8,00 CH/mm z kulka na końcu</p> <p>1 x kubek z uchwytem plastikowy 1000 ml;</p> <p>1 x elektroda do koagulacji i cięcia typu Erbe lub równoważna, długość kabla 320 cm; z 1 - pinowym wejściem</p> <p>2 x kieszeń foliowa jednokomorowa min. 32 x 30 cm;</p> <p>1 x organizer przewodów (rzep) min. 2 x 20 cm.</p>	tak	

CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW POJEMNIKÓW			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Skład minimalny:</p> <p>– 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przezroczysty;</p>	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z podziałką, przezroczysty; - 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m². 		
--	---	--	--

CZĘŚĆ NR 28 SERWETY OPERACYJNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	170cmx175cm (+/- 5cm)	
2	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	120 x 150 (+/- 5 cm).	
3	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	90 x 110 (+/- 5 cm).	
4	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego, wzmocnionego w obszarze krytycznym lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia 55g/m ² , ze wzmocnieniem 110 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² , chłonność w miejscu wzmocnienia min.386 ml/m ² . Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O .	150 x 240 (+/- 10 cm).	
5	Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	45 x 75 (+/- 5 cm).	
6	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	75 x 90 (+/- 5 cm).	
7	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	min. 75 x 90 cm.	

CZĘŚĆ NR 29 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Obłożenie okulistyczne. Sterylnie obłożenie wykonane z materiału z włóknin sztucznych (monolit Propylenowy), bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący, wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 8cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o wymiarach min. 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura materiału min. 57 g/m ² , bez zawartości lateksu	min. 140cm x 120cm	
2	Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez	min.	

	zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat, materiał niepyłający, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm, gramatura materiału min. 60 g/m ² , bez zawartości lateksu.	60cm x 70cm	
--	--	-------------	--

CZĘŚĆ NR 30 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw uniwersalny laryngologiczny; skład minimalny: – 1 x serweta na stół narzędziowy 2 -warstwowa min. 100 cm x 150 cm (opakowanie zestawu); – 1 x serweta 2 – warstwowa nieprzemakalna min. 150 cm x 240 cm; – 1x serweta 2-warstwowa nieprzemakalna min. 90 cm x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa z otworem przylepnym min. 75 x 90 cm śr. 7 cm; – 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145 cm, złożona teleskopowo; – 2 x fartuch chirurgiczny standard XL; – 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm); – 1 x ręcznik celulozowy min 33 x 30 cm; – 1 x uchwyt (rzep) 2 x min. 23 cm; – 1 x kieszeń 2 – sekcje min. 38 x 43 cm.	tak	
2	Zestaw do FESS; skład minimalny: – 1x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 100 x150 cm (opakowanie zestawu); – 2 x serweta 2 -warstwowa przylepna min. 90 x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa przylepna z otworem decentralnym śr. 15 cm, rozm. min. 200 x 280 cm; – 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona teleskopowo; – 2 x fartuch chirurgiczny L (dł. 130 cm, +/-5cm); – 1 x pojemnik plastikowy 250 ml , niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm); – 1 x osłona na kamerę 13 x 244 cm, złożona teleskopowo; – 2 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 300 cm; – 1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm; – 1 x uchwyt (rzep) 2 x 33 cm; – 1 x kieszeń 38 x 43 cm.	tak	
3	Zestaw do zabiegów laryngologicznych na siedząco; skład minimalny: – 1x serweta na stół narzędziowy 2 – warstwowa 120x95 cm (opakowanie zestawu); – 1x serweta 2 – warstwowa przylepna 90x75 cm – szerokość części lepnej max.2,5 cm; – 1x serweta 2 – warstwowa wzmocniona 150x125 cm z wycięciem „U” 6,5 x 40 cm; – 1x serweta na stolik Mayo 80x 145 cm, złożona teleskopowo; – 1x fartuch chirurgiczny standard XL; – 1x fartuch chirurgiczny standard L; – 1x pojemnik plastikowy – kubek 60ml, niebieski z podziałką (5x5 cm); – 1x osłona na kamerę 13x 244 cm, złożona teleskopowo; – 1x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm; – 2x ręcznik celulozowy 33x30 cm; – 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm	tak	

CZĘŚĆ NR 31 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m ² ze wzmocnieniem 110 g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² , chłonność w miejscu padu min.386 ml/m ² . Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład: 1 x serweta na stół narzędziowy 170x300cm wzmocniona (wzmocnienie 75x240cm), opakowanie zestawu; 1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 175 x 175cm (wzmocnienie 50x70	tak	

	<p>cm); 1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 240 x 150cm (wzmocnienie 50x70 cm); 2 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna min 90 x 75cm (wzmocnienie 36 x90 cm) 1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 170 x 300cm (wzmocnienie 50x70 cm); 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL (długość min. 150cm) wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH2O i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej; 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22 cmH2O i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej- fartuch zapakowany w papier krepowy w pierwszym zwinięciu stolika narzędziowego; 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona rozm. min 140x75cm, (wzmocnienie min 60x85cm), złożona teleskopowo; 40 x kompres z gazy 10x10 (17 N, 12W) z nitką rtg; 1 x ostrze chirurgiczne 11; 1 x ostrze chirurgiczne 23; 1 x strzykawka 20 ml; 1 x uchwyt (rzep) min 2x20 cm; 1 x czyścik do elektrod 5x5 cm; 1 x dren do ssaka 26/8,67 mm/CH długość min 300 cm; 1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m; z 1-pinowym wejściem 320 cm ; 1 x kleszczyki plastikowe blokowane min. 24 cm; 2 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa min 43x38 cm.</p>		
--	---	--	--

CZĘŚĆ NR 32 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej powłoki włókniny, nieprzezroczysta w kolorze niebieskim lub granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na plecach wiązana na troki, krótki rękaw	długość min.110cm obwód min.130cm długość paska min. 200cm	

CZĘŚĆ NR 33 OSŁONA NA MIKROSKOP, POKROWIEC NA APARAT RTG			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305 cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu.	117 cm x 305 cm	
2	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, skład: – draperia na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm, umieszczona na klipsach 11 cm, – osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, – osłona na wzmocniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, – osłona na pedał Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE.	tak	
3	Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 18x244cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona w samoprzylepną taśmę oraz samouszczelniającą się końcówkę bez perforacji. Złożenie teleskopowe powinno pozwalać na jej aseptyczną aplikację. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta.	tak	

CZĘŚĆ NR 34 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Worek posiadający mocną taśmę samoprzylepną do mocowania worka do obłożenia.	min. 50cm x70cm	

CZĘŚĆ NR 35 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.	30cm x 30 – 35 cm	
2	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.	43 cm x 38 – 40 cm	
3	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.	40 cm x 46 – 50 cm	

CZĘŚĆ NR 36 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm	9 cm x 50cm (+/-2cm)	

CZĘŚĆ NR 37 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną. Gramatura minimum 40g/m ² , posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach - mocowane od środka fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylnie części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H ₂ O. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu.	Długość: L - 130cm (+/- 5%), XL – 145cm (+/- 5%), XXL – 165cm (+/- 5%)	

CZĘŚĆ NR 38 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, STERYLNY FARTUCH UROLOGICZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m ² . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m ² . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H ₂ O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład: - 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm - opakowanie zestawu;	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta urologiczna 2 – warstwowa z torbą na płyny(sitem) 200/260 x 185 cm, otwór 7x10 cm i 7 cm, osłona na palec do badania per rectum bez lateksowa, wbudowane legginsy - 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm; - 2 x strzykawka 20 ml typu luer, 2 części; - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny bawełnopodobnej koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 22 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy EN 13795; - 1 x fartuch urologiczny XL – zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m2, oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m2, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprześląkany dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m2. - 1 x worek do zbiórki moczu 2000 ml - 1 x osłona na optykę z folii PE zakończona elastycznym otworem w środku z dodatkową gumką bez pasków mocujących; osłona umieszczona na tekturze celem ułatwienia rozwijania, rozmiar: 14cm x 300cm; - 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek - 1 x przewód do cystoskopii długość 200 cm, przewód posiadający podwójne lub pojedyncze podłączenie typu luer lock - 1 x organizer przewodów rzep 		
2	Fartuch urologiczny XL – zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m2, oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m2, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprześląkany dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m2.	tak	

CZĘŚĆ NR 39 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, (bez wzmocnienia) 55g/m2. Chłonności materiału podstawowego min.450%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x 190cm; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm) - 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. <p>Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE 57 g/m2.</p>	tak	
2	Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE 57 g/m2.	tak	

CZĘŚĆ NR 40 SERWETA NA STÓŁ OPERACYJNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o	100 x 76 (+/-1 cm)	

	grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanianość min. 3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą typu ISO13485 lub równoważną potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).		
2	Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanianość min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).	100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm)	

CZĘŚĆ NR 41 OSŁONA NA KOŃCZYŃĘ DOLNĄ 35 CM X 80 CM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.	min. 35 cm x 80 cm	

CZĘŚĆ NR 42 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 5 SZT.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępemu zwiększającemu jej chłonność.	45 x 45 cm	

CZĘŚĆ NR 43 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 2 SZT.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt.	45 x 45 cm	

CZĘŚĆ NR 44 CHUSTA TRÓJKĄTNA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Chusta trójkątna – wykonana z włókniny wiskozowej, o gramaturze 100 g/m2 (+/- 8 %), o wymiarach 97x97x140 cm (+/- 5 %), brzegi podwinięte, obszyte ścięciem stebnowanym, nie strzępiące się, kolor biały, pakowane indywidualnie	tak	

CZĘŚĆ NR 45 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy niejałowy fartuch higieniczny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki - jeden komplet troków na karku, drugi do owinięcia wokół talii. Pasek do owinięcia wokół talii przymocowany z przodu fartucha. Długość paska 200 cm +/- 5 cm. Mankiety ściągnięte lekko nieuciskającą gumką, nie zawierającą latexu. Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze min. 28 g/m2. Długość fartucha 115 cm +/- 5 cm. Szerokość fartucha 130 cm +/- 5 cm. Fartuch pakowany po 10 szt. w torbę foliową.	tak	

CZĘŚĆ NR 46 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy z krótkim	tak	

<p>rękawem i spodni. Spodnie wiązane na troki z prowadnicą w pasie. Bluza z zaokrąglonym wycięciem pod szyją, wykończonym lamówką , posiadająca trzy kieszenie - jedną na piersi i dwie na dole. Komplet wykonany z włókniny nieprzeźroczystej polipropylenowej SMS, z dodatkiem antystatycznej apretury o gramaturze 38 g/m2. Włóknina spełnia normę typu EN 13795 (1-3) lub równoważną i normę typu ISO 10993-1(uczulenia, podrażnienia, cytotoksyczność) lub równoważną. Dostęp do trzech kolorów . Rozmiar S - XXL. Komplet pakowany razem w torbę foliową.</p>		
--	--	--

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.AK.TP.382.105.2020 EK
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy:	obłożeń operacyjnych
----------	----------------------

Umowa zawarta w dniu2020 roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Magdalenę Sikorę - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych działającą na mocy upoważnienia Dyrektora z dnia 01.09.2009 r.

zwanym dalej *Kupującym*

a

..... Sp. z o.o.

ul.

NIP:, REGON:, KRS:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej *Sprzedawcą*

PRZEDMIOT I CENA UMOWY

§ 1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu w ilości i za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: zł, brutto: zł.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od2020 r. do20....r.

WARUNKI DOSTAW

§ 3

1. Dostawy będą realizowane tylko wg zamówień składanych przez pracownika Działu Zaopatrzenia i Transportu, sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Kupującego.
2. Kupujący określa wielkość dostawy przez złożenie u Sprzedawcy zamówienia w formie pisemnej lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Realizacja dostawy następuje do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do magazynu medycznego Kupującego.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Kupującego pokrywa Sprzedawca.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Kupującemu bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy, określonej w § 1.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Kupującego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Sprzedawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do odbioru na własny koszt towaru w terminie wyznaczonym przez Kupującego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu.
4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy nr w terminie do 60 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzającej dostawę towaru.
5. Kupujący zaleca aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Kupującego jest nieważna.

GWARANCJE

§ 6

1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Kupującego Sprzedawca dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Kupujący zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Sprzedawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

KARY UMOWNE

§ 7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:
 - 1) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:
 - a) nieterminowej realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy,
 - b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - 2) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 3) niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Sprzedawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania produktów wymienionych w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta

KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA: