

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.105.2020 EK – obłożenie operacyjne jednorazowego użytku

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

I. ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Zamawiający wykreśla w części nr 33 (Osłona na mikroskop, pokrowiec na aparat RTG) poz.3 (Sterylna osłona na kamerę). Opis po zmianie otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ NR 33 OSŁONA NA MIKROSKOP, POKROWIEC NA APARAT RTG			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305 cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu.	117 cm x 305 cm	
2	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, skład: - draperia na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm, umieszczona na klipsach 11 cm, - osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, - osłona na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, - osłona na pedał Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE.	tak	

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr inż. ...
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

