

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
75 – 581 KOSZALIN**

NIP 669-10-44-410

REGON 330006292

BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż 221 000 EURO**

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

**OBŁOŻENIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU**

NUMER POSTĘPOWANIA: TP.382.58.2019 BS

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 05.08.2019

M. Sikora
z/ up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłóżek operacyjnych jednorazowego użytku.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - bielizna szpitalna – 39518000-6.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ](#).
4. Prawo opcji.
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

DZIAŁ II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- 1) część nr 1 Maski chirurgiczne;
- 2) część nr 2 Czepki z włókniny jednorazowego użytku;
- 3) część nr 3 Zarękawki chirurgiczne;
- 4) część nr 4 Pokrowce na przewody;
- 5) część nr 5 Niesterylne fartuchy urologiczne;
- 6) część nr 6 Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókniny;
- 7) część nr 7 Podkłady higieniczne wysokochłonne;
- 8) część nr 8 Organizery przewodów i drenów;
- 9) część nr 9 Osłony na sprzęt medyczny;
- 10) część nr 10 Niesterylna osłona na tarczyce;
- 11) część nr 11 Niesterylny komplet pościeli z włókniny;
- 12) część nr 12 Zestaw serwet uniwersalnych;
- 13) część nr 13 Zestaw serwet pediatrycznych;
- 14) część nr 14 Sterylne fartuchy chirurgiczne stosowane na bloku operacyjnym;
- 15) część nr 15 Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego;
- 16) część nr 16 Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy;
- 17) część nr 17 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy;
- 18) część nr 18 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego;
- 19) część nr 19 Zestaw serwet do artroskopii stawu kolanowego;
- 20) część nr 20 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego z serwetą U;
- 21) część nr 21 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego z workiem;
- 22) część nr 22 Zestaw do operacji odbytnicy;
- 23) część nr 23 Zestaw do laparatomii;
- 24) część nr 24 Zestaw do operacji głowy;
- 25) część nr 25 Zestaw pojemników;
- 26) część nr 26 Serwety operacyjne;
- 27) część nr 27 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych;
- 28) część nr 28 Zestawy do zabiegów laryngologicznych;
- 29) część nr 29 Zestaw do operacji kręgosłupa;
- 30) część nr 30 Serweta do przenoszenia pacjenta ;
- 31) część nr 31 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku;
- 32) część nr 32 Bluzy zabiegowe;
- 33) część nr 33 Osłona na mikroskop, pokrowiec na aparat rtg;
- 34) część nr 34 Kieszeń na płyny irygacyjne;
- 35) część nr 35 Kieszeń na narzędzia;
- 36) część nr 36 Taśma samoprzylepna;
- 37) część nr 37 Sterylne fartuchy chirurgiczne;
- 38) część nr 38 Zestaw do zabiegów TUR urologiczny, sterylny fartuch urologiczny;
- 39) część nr 39 Zestaw do małych operacji;
- 40) część nr 40 Serweta na stół operacyjny;
- 41) część nr 41 Osłona na kończynę dolną 35 x 80 cm;

- 42) część nr 42 Osłona na kończybę dolną 75 x 120 cm;
- 43) część nr 43 Serweta jałowa z nitką rtg a 5 szt.;
- 44) część nr 44 Serweta jałowa z nitką rtg a 2 szt.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty podpisania umowy.

DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, tj.:
 - 1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 12) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa:
 - 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy – [Załącznik nr 1 do SIWZ](#);
 - 2) formularz ofertowy – [Załącznik nr 2 do SIWZ](#);
 - 3) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III);
 - 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – [Załącznik nr 5 do SIWZ](#);
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
 - 1) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 3 do SIWZ](#);
 - 2) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
 - część nr 1 - po 2 sztuki z każdej pozycji;
 - część nr 2 - po 2 sztuki z każdej pozycji;
 - część nr 3 - 1 sztuka;
 - część nr 4 - 1 sztuka;
 - część nr 5 - 1 sztuka;
 - część nr 6 - 1 sztuka;
 - część nr 7 - 1 sztuka;
 - część nr 8 - 1 sztuka;
 - część nr 9 - po 1 sztuce z każdej pozycji;
 - część nr 10 - 1 sztuka;
 - część nr 11 - 1 komplet;
 - część nr 12 - 1 komplet;
 - część nr 13 - 1 komplet;
 - część nr 14 - 1 sztuka;
 - część nr 15 - 1 komplet;
 - część nr 16 - 1 komplet;
 - część nr 17 - 1 komplet;
 - część nr 18 - 1 komplet;
 - część nr 19 - 1 komplet;
 - część nr 20 - 1 komplet;
 - część nr 21 - 1 komplet;
 - część nr 22 - 1 komplet;
 - część nr 23 - 1 komplet;
 - część nr 24 - 1 komplet;
 - część nr 25 - 1 komplet;
 - część nr 26 - po 1 sztuce z każdej pozycji;
 - część nr 27 - po 1 sztuce z każdej pozycji;
 - część nr 28 - po 1 komplecie z każdej pozycji;
 - część nr 29 - 1 komplet;
 - część nr 30 - 1 sztuka;
 - część nr 31 - 1 sztuka;
 - część nr 32 - 1 sztuka;
 - część nr 33 - po 1 sztuce z każdej pozycji;
 - część nr 34 - 1 sztuka;
 - część nr 35 - 1 sztuka;
 - część nr 36 - 1 sztuka;
 - część nr 37 - 1 sztuka;
 - część nr 38 - 1 komplet z poz. 1, 1 sztuka z poz. 2;
 - część nr 39 - 1 komplet z poz. 1, 1 sztuka z poz. 2;

- część nr 40 - 1 sztuka;
 - część nr 41 - 1 sztuka;
 - część nr 42 - 1 sztuka;
 - część nr 43 - 1 opakowanie;
 - część nr 44 - 1 opakowanie
- próbki dotyczą pozycji formularza ofertowego;
- 3) deklaracja zgodności z załącznikami;
 - 4) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne;
 - 5) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta).
3. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Zamawiającego, co do prawdziwości oświadczeń potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24aa zastosuje „procedurę odwróconą” t.j. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

DZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Bożena Sterczyńska inspektor ds. zamówień publicznych

tel.: 94 34-88-104; fax.: 94 34-88-103; e-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl

UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

DZIAŁ IX. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

DZIAŁ X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

DZIAŁ XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 - 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 - 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 - 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi

przepisami prawa.

- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
 - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - e) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

„NAZWA WYKONAWCY
NR POSTĘPOWANIA: TP.38.58.2019 BS

OFERTA NA OBŁOŻENIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU CZĘŚĆ NR ...

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

NIE OTWIERAĆ PRZED(TERMIN OTWARCIA OFERT).....

DZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

DZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XVI. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 4 do SIWZ](#).

DZIAŁ XVII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 3) wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 5) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

DZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie
 - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 - 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- d) odrzucenia oferty odwołującego;
 - e) opisu przedmiotu zamówienia;
 - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 - 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 - 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
 - 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
 - 8) Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
 - 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
 - 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
 - 11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Skarga do sądu
- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 - 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 - 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 - 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 - 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
 - 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
 - 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
 - 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
 - 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

dział XIX. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów

- 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego:
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złożeniu pisemnego wniosku;
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym;
 - bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,
 - b) przesłanie kopii protokołu:
 - Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złożeniu pisemnego wniosku;
 - cena kopii 1 strony wersji papierowej wynosi 79 gr brutto;
 - jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

DZIAŁ XXI. ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy.
2. Formularz ofertowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Projekt umowy.
5. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
6. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:
Adres:
Województwo
NIP:
Regon:
KRS lub inny organ rejestrowy:
Wielkość przedsiębiorstwa	1. mikroprzedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 2. małe przedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 3. średnie przedsiębiorstwo czyli przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 4. Żadne z powyższych. (właściwie podkreślić)
Telefon / Fax
Dane osoby upoważnionej do kontaktów	Imię i nazwisko Tel. Adres e-mail:.....
Strona www:
Nr rachunku bankowego:

2. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 9) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTOWY

CZĘŚĆ NR 1 MASKI CHIRURGICZNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maseczka chirurgiczna na troki		szt.	50000					
2	Maseczka chirurgiczna na gumkę		szt.	80000					
3	Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy		szt.	500					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 2 CZEPKI Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Czepek pielęgniarski		szt.	50000					
2	Czepek chirurgiczny		szt.	40000					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 3 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny zarękawki chirurgiczne		szt.	300					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 4 POKROWCE NA PRZEWODY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny pokrowiec na przewody		szt.	3000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 5 NIESTERYLNE FARTUCHY UROLOGICZNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylny fartuch urologiczny		szt.	50					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 6 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylny podkład wzmocniony 150x240 cm		szt.	20000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 7 PODKŁADY HIGIENICZNE WYSOKOCHŁONNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylny podkład higieniczny wysokochłonny 60x90cm		szt.	2500					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 8 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny organizer przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm min. 25 cm		szt.	2000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 9 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) o wymiarach 50cmx100cm		szt.	600					
2	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) o wymiarach 85cmx150cm		szt.	900					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 10 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Jednorazowy niesterylny pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy		szt.	500					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 11 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej		kpl.	2 700					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 12 ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet uniwersalnych		kpl.	2000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 13 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet do zabiegów pediatrycznych		kpl.	500					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 14 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny		szt.	12 000					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 15 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego		kpl.	200					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 16 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy		kpl.	600					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 17 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy		kpl.	140					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego		kpl.	300					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW SERWET OPERACYJNYCH DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu kolanowego		kpl.	100					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW SERWET OPERACYJNYCH DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z SERWETĄ „U”									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z serwetą „U”		kpl.	25					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW SERWET OPERACYJNYCH DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem		kpl	30					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. Netto	VAT w (%)	Cena jedn. Brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji odbytnicy		kpl.	100					

..... Podpis wykonawcy

CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO LAPARATOMII									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. Netto	VAT w (%)	Cena jedn. Brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do laparotomii		kpl.	200					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO OPERACJI GŁOWY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. Netto	VAT w (%)	Cena jedn. Brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji głowy		kpl.	250					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW POJEMNIKÓW									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw pojemników		kpl.	400					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m ² , rozmiar 170cm x 175cm (+/- 5cm)		szt.	400					
2	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowa lub trzywarstwowa z otworem samoprzylepnym o średnicy min.10cm, gramatura min 55g/m ² ,rozmiar 115cm x 150cm (+/-5cm)		szt.	250					

3	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m ² , rozmiar 90cm x 105cm (+/-5cm)		szt.	9 000					
4	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m ² , rozmiar 150cm x 240cm		szt.	2600					
5	Sterylna serweta zabiegowa, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną. Gramatura min. 57g/m ² , rozmiar min. 45cm x 75cm (+15%)		szt.	6 000					
6	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, dwuwarstwowa z otworem o średnicy min. 10cm otoczonym taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m ² , rozmiar 75cm x 90cm		szt.	600					
7	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m ² , rozmiar 75cm x 90cm		szt.	2800					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 27 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obłożenie okulistyczne 140cm x 120cm		szt.	250					
2	Obłożenie okulistyczne 60cm x 70cm		szt.	150					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 28 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw uniwersalny do zabiegów laryngologicznych		kpl.	100					
2	Zestaw do FESS		kpl.	80					
3	Zestaw do zabiegów na siedząco		kpl.	300					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 29 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji kręgosłupa		kpl.	150					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 30 SERWETA DO PRZENOSZENIA PACJENTA									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta do przenoszenia pacjenta - jednorazowy kocyk		szt.	150					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 31 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku		szt.	8000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 32 BLUZY ZABIEGOWE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Bluza zabiegowa		szt.	1600					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 33 OSŁONA NA MIKROSKOP, POKROWIEC NA APARAT RTG									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Oslona na mikroskop		szt.	120					
2	Pokrowiec na aparat rtg		szt.	300					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 34 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kieszonka na płyny irygacyjne		szt.	900					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 35 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kieszonka na narzędzia 30cm x 30 – 35 cm		szt.	2750					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 36 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm roz: 9cmx50cm (+/-2 cm)		szt.	1000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 37 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony		szt.	7 000					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 38 ZESTAWY DO ZABIEGÓW TUR.UROLOGICZNE, FARTUCHY UROLOGICZNE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do operacji urologicznych		kpl.	1 000					
2	Sterylny fartuch urologiczny		szt.	200					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 39 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do małych operacji		kpl.	200					
2	Serweta na stolik Mayo		szt.	3000					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 40 SERWETA NA STÓŁ OPERACYJNY									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta ochronna na stół operacyjny przeciwoleżynowa, 5 - warstwowa 100 x 76 cm (+/-1 cm)		szt.	50					
2	Serweta ochronna na stół operacyjny przeciwoleżynowa 5 - warstwowa 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm)		szt.	200					
Razem									
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 41 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ 35 CM X 80 CM									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. Netto	VAT w (%)	Cena jedn. Brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Osłona na kończynę dolną 35 cm x 80 cm z taśmą lepłą		szt.	200					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 42 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ 75 CM X 120 CM									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. Netto	VAT w (%)	Cena jedn. Brutto	Cena netto	Cena brutto
2	Osłona na kończynę dolną 75x120 cm		szt.	550					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 43 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A5 SZT.									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały rozmiar 45x45 cm opakowanie A 5 szt.		op.	3500					
..... Podpis wykonawcy									

CZĘŚĆ NR 44 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A2 SZT.									
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały rozmiar 45x45 cm opakowanie A 2 szt.		op.	1000					
..... Podpis wykonawcy									

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 MASKI CHIRURGICZNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Maska chirurgiczna - troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt., lub max. 100 szt.	kolor zielony lub niebieski	
2	Maska chirurgiczna umocowana za pomocą gumek, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt., lub max. 100 szt.	kolor zielony lub niebieski	
3	Maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy, powleczona warstwą chroniącą przed zaparowaniem, min. 10 x 29 cm, troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki max. po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 2 CZEPEKI Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Czepek pielęgniarski okrągły, z przewiewnej włókniny, z perforacją, wykończony delikatną nieuciskającą bezłateksową gumką, niesterylny, szerokość po rozciągnięciu min. 55 cm, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – po 50 szt., lub max. 100 szt.	kolor zielony lub niebieski	
2	Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany z włókniny oddychającej wiskozowej perforowanej na całej powierzchni, pochłaniającej pot, z możliwością wywinięcia otoku, z tyłu ściągany lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – po 50 szt., lub max. 100 szt.	kolor niebieski lub zielony	

CZĘŚĆ NR 3 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m ² .	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 4 POKROWCE NA PRZEWODY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Pokrowiec foliowy na przewody z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii, teleskopowo lub rewersowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach z papierową wstawką ułatwiającą zakładanie, sterylny	bezbardwe, min. 13 cm x 200 cm	

CZĘŚĆ NR 5 NIESTERYLNE FARTUCHY UROLOGICZNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Fartuch urologiczny, bez rękawów, obszerny i szeroki na dole, chroniący nogi, tułów, ramiona, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów także w pozycji siedzącej, z trokami do zawiązywania z tyłu oraz z możliwością założenia na szyi operatora, wykonany z włókniny foliowanej	Kolor zielony lub niebieski Szer. w części dolnej min. 150 cm, rozmiar XXL	

CZĘŚĆ NR 6 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Podkład nieprzemakalny wzmocniony (z włókniny foliowanej, chłonnej) dwu- lub trzywarstwowy, laminowany, niejałowy	150 cm x 240 cm (+/- 10%)	

CZĘŚĆ NR 7 PODKŁADY HIGIENICZNE WYSOKOCHŁONNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Podkład higieniczny wysoko chłonny (minimalna chłonność podkładu 1750g) nieprzemakalny, wykonany z włókniny celulozowej i folii PE	min. 60 cm x 90 cm (+/-10%)	

CZĘŚĆ NR 8 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylny organizator przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm włókninowych min.25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepka do zamocowania na serwecie.	min. 9 cm x 11 cm	

CZĘŚĆ NR 9 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Ośłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania)	50cm x 100cm	
2	Ośłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania)	85cm x 150cm	

CZĘŚĆ NR 10 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Kołnier ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze min. 40g/m ² . Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z normą EN 10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika. Wyrób medyczny	Wymiary min. 44 cm x 55 cm, średnica otworu 15 – 17 cm	

CZĘŚĆ NR 11 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej: poszwa 140 x2 10 cm; poszewka 80 x 90 cm; prześcieradło 130 x 120 cm	tak	

CZĘŚĆ NR 12 ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Materiał składa się z min. dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55 g/m², w części wzmocnionej min. 110g/m² i odporności na penetrację płynów min 180cm H₂O. Chłonność materiału podstawowego min. 450%, wzmocnienie około 500%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze.</p> <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); - 1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); - 1 x serweta samoprzylepna anestetyczna 170cm x 300cm (+/- 10cm); - 1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 200cm x 175cm (+/- 7cm); - 2 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 100cm (+/- 5cm); - 1 x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; - od 2 do 4 ręczników celulozowych min.30cm x 30cm; - 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne. 	tak	

CZĘŚĆ NR 13 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
2	<p>Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m², w części wzmocnionej min. 110 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cm H₂O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm 	tak	

CZĘŚĆ NR 14 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p><u>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.</u></p> <p>Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SPUNLACE o gramaturze 68 g/m². Fartuch posiada od wewnątrz nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienie przodu 42 g/m², wzmocnienie rękawów 40,5 g/m². Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety poliesterowe o długości min. 8 cm. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – przód min. 119 cm H₂O, rękawy: min. 198 cm H₂O, na pozostałej powierzchni niekrytycznej min. 26 cm H₂O. Wytrzymałość na rozrywanie sucho / mokro min. 230 / 200 kPa.</p> <p>Fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki (naklejone na fartuchu), pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze min. 30x40 cm.</p>	<p>Długość: L - 130cm (+/- 5%),</p> <p>XL – 150cm (+/- 5%),</p> <p>XLLong – 170cm (+/- 5%)</p>	

CZĘŚĆ NR 15 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m². W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łąty chłonne polipropylenowe- łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m².</p> <p>Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa .Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylność margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy</p> <p>Skład minimalny:</p>	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 240 cm- owinięcie zestawu - 4 x ręcznik do rąk min. 20 x 30 cm - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety 83 g/m²; - fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm i 2 x XXL- 170 cm - 1 x osłona na kończynę 33 x 55 cm - 3 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50 cm - 1 x kieszeń na narzędzia 1- komorowa min. 38 x 40cm; - 3 x strzykawka 20 ml 2- częściowa; - 1 x strzykawka 100 ml; - 1 x ostrze skalpela nr 10; - 1 x ostrze skalpela nr 23; - 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową typu ERBE lub równoważna pin 2 + 1, dł. kabla min. 3 m; - 1 x dren Redona 14CH/ 15 cm perforacja, dł. 50 cm, znacznik RTG; - 1 x butla Redona 400 ml; - 1 x dren do ssaka 25CH, długość 350 cm; - 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem - 1 x miska polipropylenowa 250 ml - 6 x tufier z gazy 20- nitkowej z RTG, rozm. 5; - 40 x kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17- nitkowe, 12- warstwowe z nitką RTG, banderolowane a' 10 szt; - 5 x serwety gazowe, 20- nitkowe, 4- warstwowe, min. 40 x 40 cm ze znacznikiem RTG, z tasiemką, białe, poddane wstępnemu praniu; - 2 x opaski elastyczne 15 cm x 5 m z 2 zapinkami; - 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm; - 1 x licznik do ostrzy i igieł min.20 miejsc - 1 x serweta 2- warstwowa 150 x 180 cm - 1 x serweta 225 x 320 cm 2- warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym z neoprenowym otworem o średnicy 7 cm 		
--	---	--	--

CZĘŚĆ NR 16 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<u>Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej bez dodatku celulozy</u> <ul style="list-style-type: none"> - Serweta o minimalnych wymiarach 245cm x 320cm z otworem o średnicy 3cm wykończony neoprenem; - Serweta o minimalnych wymiarach 150cm x 100cm; - Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 140cm x 190cm; - Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm; - Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm; Gramatura min. 70g/m ² . Odporność na penetrację płynów min 1500mm słupa H ₂ O – dotyczy całego zestawu.	tak	

CZĘŚĆ NR 17 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<u>Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w części wzmocnionej trójwarstwowego:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Serweta na stolik narzędziowy min.140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); - Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie min. 60cm x 80cm); 	tak	

<ul style="list-style-type: none"> - Serweta pionowa-izolacyjna 234cm x 320cm (+/-15cm) (okno min. 30cm x 70cm); - Ręczniki celulozowe min. 30cm x 30cm. <p>Gramatura min.55/m²; gramatura w części wzmocnionej min.110g/m²; warstwa barierowa z polietylenu; odporność na penetrację płynów min. 1500mm słupa H₂O; - dotyczy całego zestawu.</p>		
--	--	--

CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m². W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe-łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m². Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m². Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa .Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym; - 1 x Serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny o wym. min 150cm x 250cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym; - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm; - 1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2- warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm; - Osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min. 130 g/m²; - -1 x Serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm - 4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm; - fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm 2 x XLL- 170 cm - 1 x Kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm - 1 x Serweta do osłonięcia kończyny nieoperowanej 150 x 180 cm - -50 x kompres gazowy 10 x 20 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12- warstwowy, banderolowany a' 10 szt.; - 5 x tupfer gazowy z nitka RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm; - 1 x miska z polipropylenu 250 ml; - 1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm; - 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem; - 2 x ostrze do skalpela nr 23; - 2 x ostrze do skalpela nr 10; - 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z 2 zapinkami - 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm; - 1 x elektroda czynna z końcówką nożową typu ERBE lub równoważna, pin 2 + 1, dł. min. 3 m; 	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x strzykawka 100 ml - 1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. 50 cm; - 1 x organizator typu rzep 2,5 x 20/ 24 cm - 1x serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o wym.150cm x 240cm, owinięcie zestawu, która może służyć jako przykrycie stolika. 		
--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p><u>Zestaw do artroskopii stawu kolanowego</u> Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m² na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylnej margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta min. 225 x 320 cm z otworem Ø 7 cm i workiem do zbiórki płynów - 2 x taśma lepna min. 9 x 49 cm - 1 x kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego min. 24 cm - 1 x osłona na kończynę 2- warstwowa min. 33 x 55 cm - 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 typu sztylet - 1 x miska z polipropylenu 250 ml - 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm zielona - 1 x osłona foliowa na kamerę min. 13 x 250 cm - 1 x dren Redona PCV 12Ch 50 cm/perforacja na 15 cm, znacznik Rtg - 1 x butelka do drenażu 400 ml - 1 x zapinka do bandaża - 1 x bandaż 15 cm x 5 m długości elastyczny biały - 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 17- nitek, 12- warstw, z nitką RTG, banderolowany a' 10 szt - 1 x osłona na stolik min.150 x 180 cm - 1 x osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm - Fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa; Rozmiary: 1 x rozm. XLL- 170 cm długości oraz 1 x rozm. XL- 150 cm długości - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 150 x 190 cm- owinięcie zestawu. 	tak	

CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z SERWETĄ „U”

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
2	<p><u>Zestaw do zabiegów artroskopii barku z serwetą „U”</u> Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 55 g/m² na całej powierzchni, w miejscu wzmocnienia min. 110 g/m². Chłonność laminatu min. 350 ml/ m². Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin</p>	tak	

	<p>ważności min. 12 miesięcy. Skład minimalny zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm - 1 x osłona na kończynę górną min. 25 x 80 cm - 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 1 x serweta samoprzylepna 260 x 200 z wycięciem „U” 10 x 60 cm z dodatkowym padem chłonnym - 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 z dodatkowym padem chłonnym - 1 x serweta 150 x 175 cm - 4 x ręcznik do rąk 		
--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Zestaw do zabiegów artroskopii barku z workiem Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m². na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m². Odporność na rozerwanie na mokro min. 274 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin ważności min. 12 miesięcy. Skład minimalny zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm - 1 x osłona na kończynę górną min. 24 x 80 cm (od środka miękka włóknina, od zewnątrz elastyczna folia elastomerowa) - 1 x pasek foliowy samoprzylepny 10 x 50 cm - 1 x serweta do artroskopii barku 225 x 380 cm 2- warstwowa z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep - 2 ręczniki do rąk 	tak	

CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Zestaw do operacji odbytnicy Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m² (wzmocnienie min. 55g/m²). Chłonność materiału podstawowego min. 450% chłonności w miejscu padu min. 950% Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); - 1 x serweta na stół Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); - 1 x serweta operacyjna nieprzemakalna 75cm x 90cm (+/-5cm); - 1 x serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28cm x 32cm i 15cm x 12cm (+/-5cm) 300cm x 250cm (pad brzuch 75cm x 190cm, (+/-15cm) pad krocze 90cm x 60cm (+/-5cm); 	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x taśma samoprzylepna min. 10cm x 50cm; - 2 x uchwyt (rzep) min. 2cm x 20cm. - 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne. 		
--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO LAPARATOMII			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p><u>Zestaw do laparotomii</u> Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona min. 190x140 cm (opakowanie zestawu); - 1 x serweta na stół Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); - 1 x serweta do cięcia cesarskiego min. 250 x 380 cm, z torbą na płyny i oknem min. 30 x 30 cm - 2 x fartuch chirurgiczny sterylny pełnoochronny w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) XL min. 145 cm; - 1 x fartuch chirurgiczny sterylny pełnoochronny w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) L; - 1 x kleszczyki plastikowe blokowane; - 1 x pojemnik magnetyczny na igły i ostrza; - 1 x ostrze chirurgiczne nr 11; - 1 x ostrze chirurgiczne nr 23; - 60 x kompres gazowy 10 x 10 (17 nitkowy, 12 warstwowy); - 20 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm; - 1 x dren do ssaka z końcówką typu Yankauer z regulacją ssania, długość 3,5 m, końcówka 20-22 CH; - 1 x kubek plastikowy 1000 ml; - 1 x elektroda do koagulacji i cięcia typu Erbe lub równoważna, długość kabla 320 cm; z 3 - pinowym wejściem - 2 x kieszeń foliowa jednokomorowa min. 30 x 30 cm; - 1 x organizer przewodów (rzep) min. 2 x 20 cm. 	tak	

CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO OPERACJI GŁOWY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
3	<p><u>Zestaw do operacji głowy</u> Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm wzmocniona (wzmocnienie 75x240cm), opakowanie zestawu; - 1 x serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach min. 230x300 cm, posiadający otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu (laminat 2W, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny z laminatu 2W); - 4 x serweta przylepna 3W, rozm. 50 x 50cm; - 1 x serweta na stół Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm); - 2 x sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara lub równoważna z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min.230/180 kPa. Nieprzemakalność min. 250 mm H₂O Rozmiar XL (dł. min. 145 cm); 1 x sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara lub równoważna, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 230/180 kPa. Nieprzemakalność min. 250 mm H₂O Rozmiar L; - 60 x kompres z gazy 10x10 (17 N, 12W) z nitką rtg; 	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ostrze chirurgiczne 11; - 1 x ostrze chirurgiczne 23; - 2 x strzykawka 20 ml; - 1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m; z 3-pinowym wejściem; - 1 x dren do ssaka min 300 cm; - 1 x aspiracja do ssaka typu Yankauer z okrągłą końcówką CH 12-14; z regulacją ssania; - 1 x aspiracja do ssaka typu Yankauer z okrągłą końcówką CH 20-22CH z regulacją ssania; - 1 x kleszczyki plastikowe blokowane min. 22 cm; - 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna min. 40 x 35 cm; - 2 x pojemnik plastikowy 250 ml; - 1 x uchwyt (rzep) min 2 x 20 cm 		
--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW POJEMNIKÓW

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przezroczysty; - 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z podziałką, przezroczysty; - 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m². 	tak	

CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m ²	170cmx175cm (+/- 5cm)	
2	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowa lub trzywarstwowa z otworem samoprzylepnym o średnicy min.10cm, gramatura min 55g/m ²	115cmx150cm (+/-5cm)	
3	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m ²	90cm x 105cm (+/-5cm)	
4	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m ²	150cmx240cm (+/-10 cm)	
5	Sterylna serweta zabiegowa, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną. Gramatura min. 57g/m ²	min. 45cm x 75cm	
6	Sterylna serweta z włókniny trójwarstwowej barierowej. Gramatura min. 35g/m ²	min. 45cm x 75cm	
7	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, dwuwarstwowa z otworem o średnicy min. 10cm otoczonym taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m ²	75cm x 90cm (+/-5cm)	
8	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m ²	75cm x 90cm (+/-5cm)	

CZĘŚĆ NR 27 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Obłożenie okulistyczne. Sterylnie obłożenie wykonane z materiału z włóknin sztucznych (monolit Propylenowy), bez zawartości włókien	min. 140cm x	

	wiskozowych i celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący, wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 8cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o wymiarach min. 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura materiału min. 57 g/m ² , bez zawartości lateksu	120cm	
2	Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm, gramatura materiału min. 60 g/m ² , bez zawartości lateksu.	min. 60cm x 70cm	

CZĘŚĆ NR 28 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<u>Zestaw uniwersalny laryngologiczny; skład minimalny:</u> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x serweta na stół narzędziowy 2 -warstwowa min. 100 cm x 150 cm (opakowanie zestawu); – 1 x serweta 2 – warstwowa nieprzemakalna min. 150 cm x 240 cm; – 1x serweta 2-warstwowa nieprzemakalna min. 90 cm x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa z otworem przylepnym min. 75 x 90 cm śr. 7 cm; – 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145 cm, złożona teleskopowo; – 2 x fartuch chirurgiczny standard XL; – 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm); – 1 x ręcznik celulozowy min 33 x 30 cm; – 1 x uchwyt (rzep) 2 x min. 23 cm; – 1 x kieszeń 2 – sekcje min. 38 x 43 cm. 	tak	
2	<u>Zestaw do FESS; skład minimalny:</u> <ul style="list-style-type: none"> – 1x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 100 x150 cm (opakowanie zestawu); – 2 x serweta 2 -warstwowa przylepna min. 90 x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa przylepna z otworem decentralnym śr. 15 cm, rozm. min. 200 x 280 cm; – 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona teleskopowo; – 2 x fartuch chirurgiczny L (dł. 130 cm, +/-5cm); – 1 x pojemnik plastikowy 250 ml , niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm); – 1 x osłona na kamerę 13 x 244 cm, złożona teleskopowo; – 2 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 300 cm; – 1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm; – 1 x uchwyt (rzep) 2 x 33 cm; – 1 x kieszeń 38 x 43 cm. 	tak	
3	<u>Zestaw do zabiegów laryngologicznych na siedząco; skład minimalny:</u> <ul style="list-style-type: none"> – 1x serweta na stół narzędziowy 2 – warstwowa 120x95 cm (opakowanie zestawu); – 1x serweta 2 – warstwowa przylepna 90x75 cm – szerokość części lepnej max.2,5 cm; – 1x serweta 2 – warstwowa wzmocniona 150x125 cm z wycięciem „U” 6,5 x 40 cm; – 1x serweta na stolik Mayo 80x 145 cm, złożona teleskopowo; – 1x fartuch chirurgiczny standard XL; – 1x fartuch chirurgiczny standard L; – 1x pojemnik plastikowy – kubek 60ml, niebieski z podziałką (5x5 cm); – 1x osłona na kamerę 13x 244 cm, złożona teleskopowo; – 1x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm; – 2x ręcznik celulozowy 33x30 cm; – 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm 	tak	

CZĘŚĆ NR 29 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm wzmocniona (wzmocnienie 75x240cm), opakowanie zestawu; - 1 x serweta 3W z taśmą lepną 175x175cm, obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min 50g/m²); - 1 x serweta 3W z taśmą lepną 240x150cm, obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min 50g/m²); - 2 x serweta 3W z taśmą lepną min 90x75cm, obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze min 50g/m²); - 2 x sterylne fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara lub równoważnej z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m². Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min.230/180 kPa. Nieprzemakalność min. 250 mm H₂O. Rozmiar XL (dł. min. 145 cm); - 1 x sterylne fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara lub równoważnej, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min.230/180 kPa. Nieprzemakalność min. 250 mm H₂O. Rozmiar L; - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona rozm. min 140x75cm, (wzmocnienie min 60x85cm), złożona teleskopowo; - 40 x kompres z gazy 10x10 (17 N, 12W) z nitką rtg; - 1 x ostrze chirurgiczne 11; - 1 x ostrze chirurgiczne 23; - 1 x strzykawka 20 ml; - 1 x uchwyt (rzep) min 2x20 cm; - 1 x czyścik do elektrod 5x5 cm; - 1 x dren do ssaka min 300 cm; - 1 x aspiracja do ssaka typu Yankauer z okrągłą końcówką CH 12-14, z regulacją ssania; - 1 x aspiracja do ssaka typu Yankauer z okrągłą końcówką CH 20-22CH, z regulacją ssania; - 1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m; z 3-pinowym wejściem; - 1 x kleszczyki plastikowe blokowane min. 22 cm; - 2 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa min 30 x 30 cm. 	tak	

CZĘŚĆ NR 30 SERWETA DO PRZENOSZENIA PACJENTA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy kocyk do przenoszenia pacjenta wykonany z poliestru o gramaturze min. 80 g/m ² i wytrzymałości max. 226 kg (suchy i mokry). Wymiary 102x152 +/-3 cm, kolor biały.	tak	

CZĘŚĆ NR 31 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej powietrze włókniny, nieprzezroczysta w kolorze niebieskim lub granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na plecach wiązana na troki, krótki rękaw	długość min.110cm obwód min.130cm długość paska min. 200cm	

CZĘŚĆ NR 32 BLUZY ZABIEGOWE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Bluza chirurgiczna typu „ocieplacz” wykonana z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej spunbond, antystatycznej, niepylącej o gramaturze min. 50 g/m ² przeznaczonej do stosowania przez	Kolor niebieski lub zielony	

	personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; długi rękaw o kroju raglan, zapinana na plastikowe napy, mankiety elastyczne dokładnie przylegające, dwie kieszenie na dole bluzy, ściągana gumką w dolnej tylnej części. Bluza zgodna z normą PN EN 13795. lub równoważną	Rozmiar: M i L	
--	---	-------------------	--

CZĘŚĆ NR 33 OSŁONA NA MIKROSKOP, POKROWIEC NA APARAT RTG			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu.	117 cm x 305 cm	
2	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, skład: – draperia na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm, umieszczona na klipsach 11 cm, – osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm, – osłona na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm, – osłona na pedał Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE.	tak	

CZĘŚĆ NR 34 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Worek posiadający mocną taśmę samoprzylepną do mocowania worka do obłożenia.	min. 50cm x70cm	

CZĘŚĆ NR 35 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m ² (taśma lepna szerokość min. 5,0cm)	30cm x 30 – 35 cm	

CZĘŚĆ NR 36 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm	roz: 9 cm x 50cm (+/-2 cm)	

CZĘŚĆ NR 37 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z normą EN 13 795 (1-3) lub równoważną. Gramatura minimum 40g/m ² , posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach - mocowane od środka fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H ₂ O. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu.	Długość: L - 130cm (+/- 5%), XL – 145cm (+/- 5%), XXL – 165cm (+/- 5%)	

CZĘŚĆ NR 38 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, STERYLNY FARTUCH UROLOGICZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1.	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m². Chłonność materiału laminatu min.156 ml/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 161 kPa.</p> <p>Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Serweta powinna mieć naniesione oznaczenia kierunku jej rozkładania – system strzałek. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona informacja zawierająca: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja producenta.</p> <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm - opakowanie zestawu – serweta urologiczna 2 – warstwowa z torbą na płyny(sitem) 200/260 x 185 cm, otwór 7x10 cm i 7 cm, osłona na palec do badania per rectum bez lateksowa, wbudowane legginsy – 1 dren do odpływu wody min 100 cm – 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm – 2 x strzykawka 20 ml typu luer, 2 części – 1 x fartuch chirurgiczny standard – 1 x fartuch urologiczny XL – zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m², oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m², rękaw zakończony elastycznym poliesterowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprześląkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m². – 1 x worek do zbiórki moczu 2000 ml – 1 x osłona na kamerę 13 x 250 cm, złożona teleskopowo – 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitok – 1 x przewód do cystoskopii długość 200 cm, przewód posiadający podwójne lub pojedyncze podłączenie typu luer lock – 1 x organizer przewodów rzep 	tak	
2	<p>Fartuch urologiczny XL – zgodny z normą EN 13 795 (1-3) lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m², oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m², rękaw zakończony elastycznym poliesterowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprześląkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m².</p>	XL	

CZĘŚĆ NR 39 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, (bez wzmocnienia) 55g/m². Chłonności materiału podstawowego min.450%. Produkt</p>	tak	

	<p>bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x 190cm; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm) - 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; - 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m², PE 57 g/m² 		
2	Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m ² , PE 57 g/m ²	tak	

CZĘŚĆ NR 40 SERWETA NA STÓŁ OPERACYJNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	<p>Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.</p> <p>Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min. 3200 g/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 lub równoważną potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%).</p>	100 x 76 (+/-1 cm)	
2	<p>Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.</p> <p>Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min.3200 g/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%).</p>	100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm)	

CZĘŚĆ NR 41 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ 35 CM X 80 CM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.	min. 35 cm x 80 cm	

CZĘŚĆ NR 42 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ 75CM X 120CM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.	min. 75cm x 120cm	

CZĘŚĆ NR 43 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 5 SZT.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1.	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałka 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność.	45 x 45 cm	

CZĘŚĆ NR 44 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 2 SZT.			
lp.	.Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1.	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt.	45 x 45 cm	

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR .TZ.AK.TP.382.58.2019 BS

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy:	obłożeń operacyjnych, część nr ...
----------	------------------------------------

Umowa zawarta w dniu2019 roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Magdalenę Sikorę - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych działającą na mocy upoważnienia Dyrektora z dnia 01.09.2009 r.

zwanym dalej *Kupującym*

a

..... Sp. z o.o.

ul.

NIP:, REGON:, KRS:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej *Sprzedawcą*

PRZEDMIOT I CENA UMOWY

§ 1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu w ilości i za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: zł, brutto: zł.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od2019 r. do2020 r.

WARUNKI DOSTAW

§ 3

1. Dostawy będą realizowane tylko wg zamówień składanych przez pracownika Działu Zaopatrzenia i Transportu, sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Kupującego.
2. Kupujący określa wielkość dostawy przez złożenie u Sprzedawcy zamówienia w formie pisemnej lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Realizacja dostawy następuje do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do magazynu medycznego Kupującego.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Kupującego pokrywa Sprzedawca.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Kupującemu bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy, określonej w § 1.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Kupującego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Sprzedawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do odbioru na własny koszt towaru w terminie wyznaczonym przez Kupującego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu.
4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy nr w terminie do 60 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzającej dostawę towaru.
5. Kupujący zaleca aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Kupującego jest nieważna.

GWARANCJE

§ 6

1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Kupującego Sprzedawca dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Kupujący zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Sprzedawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

KARY UMOWNE

§ 7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:
 - 1) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:
 - a) nieterminowej realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy,
 - b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - 2) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 3) niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Sprzedawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 8**

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia preparatami wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986).

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

KUPUJĄCY:**SPRZEDAWCA:**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obłożenia operacyjne jednorazowego użytku (nazwa postępowania), prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)