

**Kontakt:**

Centrala 34 - 88 - 400  
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151  
Fax 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)  
znak pisma: TP.382.58.2019 BS

Koszalin, 08.08.2019 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.58.2019 BS – obłożenia operacyjne jednorazowego użytku

## INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) niniejszym informuję o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
W opisie przedmiotu zamówienia – część nr 26 (serwety operacyjne) wykreśla się pozycję nr 6 - Sterylna serweta z włókniny trójwarstwowej barierowej. Gramatura min. 35g/m<sup>2</sup> rozmiar min. 45cm x 75cm.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 26 uwzględniający zmiany – w załączeniu.
2. Dział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:
  - „1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10.00;
  - 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.”

z up. **BYRECKA**  
Szpitala Wojewódzkiego Koszalinie  
mgr **BYRECKA**  
Załącznik nr 3 do SIWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Producent, typ, nr kat.
1	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m <sup>2</sup>	170cmx175cm (+/- 5cm)	
2	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowa lub trzywarstwowa z otworem samoprzylepnym o średnicy min.10cm, gramatura min 55g/m <sup>2</sup>	115cmx150cm (+/-5cm)	
3	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m <sup>2</sup>	90cm x 105cm (+/-5cm)	
4	Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min. 70g/m <sup>2</sup>	150cmx240cm (+/-10 cm)	
5	Sterylna serweta zabiegowa, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną. Gramatura min. 57g/m <sup>2</sup>	min. 45cm x 75cm	
6	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, dwuwarstwowa z otworem o średnicy min. 10cm otoczonym taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m <sup>2</sup>	75cm x 90cm (+/-5cm)	
7	Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z nieprzemakalnego laminatu, trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m <sup>2</sup>	75cm x 90cm (+/-5cm)	