

Koszalin, 14.05.2020 r.

Do:


Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.55.2020 JK – staplery i trokary chirurgiczne

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. Dział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  - 1) Oferty należy przesłać do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00
  - 2) Otwarcie ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2020 r., o godz. 10:30
2. Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zmianie ulega formularz ofertowy w zakresie części nr 1.

Zmieniony załącznik nr 2 stanowi załącznik do pisma.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
  
mgr Magdalena Sikora  
7\*...tera ds. Techniczno-Administracyjnych

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(po zmianie treści SIWZ 14.05.2020)

CZĘŚĆ NR 1 STAPLERY OKRĘŻNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU		
Lp	Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne)	Producent, typ, nr kat.
1	Stapler okrężny, średnica 21 mm, wygięty, jednorazowego użytku z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4,2 mm. Pojedyncza dźwignia aktywująca, dodatkowy trzpień jednorazowy. Wymagana również wersja przedłużona (minimalna całkowita długość staplera 50 cm). Trzpień do przebijania ściany jelita zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi długość staplera	
2	Stapler okrężny, średnica 25 mm, wygięty, jednorazowego użytku z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, główka w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Pojedyncza dźwignia aktywująca, dodatkowy trzpień jednorazowy. Minimalna całkowita długość staplera 50 cm wymagana również wersja przedłużona. Trzpień do przebijania ściany jelita zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi długość staplera	
3	Stapler okrężny, średnica 28 mm, wygięty, jednorazowego użytku z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Pojedyncza dźwignia aktywująca, dodatkowy trzpień jednorazowy. Minimalna całkowita długość staplera 50 cm wymagana również wersja przedłużona oraz krótka prosta. Trzpień do przebijania ściany jelita zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi długość staplera	
4	Stapler okrężny, średnica 32 mm, wygięty, jednorazowego użytku z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Pojedyncza dźwignia aktywująca, dodatkowy trzpień jednorazowy. Minimalna całkowita długość staplera 50 cm wymagana również wersja przedłużona oraz krótka prosta. Trzpień do przebijania ściany jelita zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi długość staplera	
PARAMETRY OCENIANE		
Lp.	Opis parametru	Ocena punktowa
1	Regulowana skala docisku	tak - 20 pkt, nie – 0 pkt
2	Czarna powłoka antyrefleksyjna	tak - 10 pkt, nie – 0 pkt
3	Staplery proste o średnicy 28 i 32mm z przedłużonym trzpieniem kowadełka	tak - 10 pkt, nie – 0 pkt
RAZEM:		40 pkt