

Koszalin, 14.05.2020 r.

Do:

Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.55.2020 JK – staplery i trokary chirurgiczne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy części nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 jednorazowego trokara optyczny 5 mm, z wewnątrznie żebrowaną kaniulą zapewniającą stabilne utrzymanie w powłokach brzusznych, bezostrzowego z separatorem tkanek. Kaniula z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Kaniula z zaworem do insuflacji i desuflacji. Trokar o długości 100 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2

Dotyczy części nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 kaniuli wewnątrznie żebrowanej zapewniającej stabilność w powłokach brzusznych o średnicy 5 mm kompatybilnej z trokarem z pozycji nr 1 o długości 100 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3

Dotyczy części nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 jednorazowego trokara optyczny 12 mm ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm z wewnątrznie żebrowaną kaniulą zapewniającą stabilne utrzymanie w powłokach brzusznych, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odłączenia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Kaniula z zaworem do insuflacji i desuflacji. Trokar dostępny w dwóch długościach: 100 i 150 mm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 4

Dotyczy części nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 kaniuli 12 mm ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm, wewnątrznie żebrowanej zapewniającej stabilność w powłokach, kompatybilnej z trokarem z pozycji 3, długości 100 i 150 mm (do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5

Dotyczy części nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6


Dotyczy części nr 1:

„Staplery okrężne uwzględnione w części nr 1 są w dużej mierze stosowane do zabiegów laparoskopowych wykonywanych przez Państwa zespół chirurgicznych. Ze względu na te procedury proszę o potwierdzenie, czy zaoferowane staplery muszą posiadać zintegrowanych ze staplerem trzpień służący do przebicia się przez ścianę zespalanego narządu? Na rynku funkcjonuje bowiem niezgodnie z obecnymi standardami laparoskopowymi rozwiązanie, gdzie trzpień nie jest integrowany ze staplerem i po przejściu przez ścianę jelita należy laparoskopowo odłączyć niewielki, plastikowy trokar od staplera a następnie usunąć go z pola operacyjnego. Powoduje to nie tylko utrudnienie zabiegu ale również zagrożenie z powodu ryzyko zgubienia plastikowego elementu w polu operacyjnym. Obecnie zintegrowany trzpień jest standardem oferowanym przez wszystkich działających na polskim rynku producentów. Rozwiązania w oparciu o zdejmowalny trokar bywają stosowane do zabiegów na otwarto ale nie w przypadku laparoskopii.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SIWZ.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


mgr (Magdalena) Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych