

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.106.2020 BS – usługa serwisowa aparatów medycznych

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

I. DZIAŁ I SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) ust. 3.1, Część nr 1: Serwis kardioangiografu: Zamawiający zmienia zapis na następujący: „Usługa serwisowa kardioangiografu INNOVA 3100 rok prod. 2009, obejmująca robocizną oraz części zamienne, tj. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich napraw na wezwanie Zamawiającego oraz dostarczania wszystkich części zamiennych i podzespołów niezbędnych do napraw łącznie z lampą RTG. Usługa obejmująca dostarczenie i instalację 1 raz w roku aktualizacji oprogramowania zwiększającą bezpieczeństwo i efektywność pracy urządzenia oraz zachowanie wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego z wyłączeniem aktualizacji FMI.”
- 2) ust. 3.2, Część nr 2: Serwis: Rezonansu magnetycznego Optima MR 450W GEM XP nr ser. HM0613 rok prod. 2013 ze stacją diagnostyczną AW 4.6x2 oraz tomografu komputerowego Optima CT 660 nr ser. 545001-222 rok prod. 2013 ze stacją diagnostyczną AW 4.6 ppkt. h otrzymuje brzmienie: „aktualizację 1 raz w roku oprogramowania zwiększającą bezpieczeństwo i efektywność pracy urządzenia oraz zachowanie wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego z wyłączeniem aktualizacji FMI”
- 3) ust. 3.2, pkt. 1 ppkt. i - Zamawiający wykreśla zapis: „dostarczenie i instalację 7 szt. licencji Soft Switch tj. oprogramowania umożliwiającego współdzielenie jednej myszy i klawiatury pomiędzy ekranem opisowym a stacją AW dla TK i RM”.

II. DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„dysponują lub będą dysponować w dniu podpisaniu umowy, umową licencyjną uprawniającą do dysponowania kluczami i kodami do pełnego oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia”
- 2) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„dysponują lub będą dysponować w dniu podpisania umowy, umową licencyjną uprawniającą do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia”,
- 3) ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„dysponują lub będą dysponować w dniu podpisania umowy, określonymi przez wytwórcę sprzętu, opisanego w dziale I ust. 3.1 - 3.2 SIWZ, aktualnymi instrukcjami serwisowymi dla osób wykonujących prace serwisowe oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010.107.679 ze zm.)”.
- 4) ust. 1 pkt. 5 zostaje wykreślony.

III. DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) Pkt 2 „oświadczenie, że wykonawca posiada lub będzie posiadał w dniu podpisania umowy, umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia;
- 2) pkt. 3 „oświadczenie, że wykonawca posiada lub będzie posiadał w dniu podpisania umowy, umowę licencyjną uprawniającą do dysponowania pełną dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia.”
- 3) pkt. 4 „oświadczenie, że wykonawca posiada lub będzie posiadał w dniu podpisania umowy, określone przez wytwórcę sprzętu, opisanego w dziale I ust. 3.1 - 3.2 SIWZ, aktualne instrukcje serwisowe dla osób wykonujących prace serwisowe oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010.107.679 ze zm.)”;
- 4) pkt 5 „wykaz osób ...” zostaje wykreślony.

IV. W Dziale VI po ust. 2 dodaje się ust 2' o następującym brzmieniu: „w celu potwierdzenia spełnienia pozacenowych kryteriów oceny ofert, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi autoryzację serwisantów wytwórcy”

V. DZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy przesłać do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert:
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2020 r., o godz. 10:15
 - 2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 - 3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 - 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

VI. DZIAŁ XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- 1) CZĘŚĆ 1 otrzymuje brzmienie:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	60%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 60 Cena badanej oferty
2	Czas reakcji serwisu	10%	24 godziny – 0 pkt 18 godzin – 5 pkt 12 godzin – 10 pkt Dopuszczalny czas reakcji serwisu nie może przekraczać 24 godzin od momentu zgłoszenia. Brak określenia w ofercie czasu reakcji serwisu lub zaoferowanie dłuższego czasu reakcji serwisu niż 24 godziny spowoduje odrzucenie oferty.
3	Dysponowanie autoryzowanymi serwisantami, posiadającymi określone przez wytwórcę sprzętu, opisanego w dziale I ust. 3.1 SIWZ, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym m. in. uprawnienia SEP E i D – kontrolno-pomiarowe	30%	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt

- 2) CZĘŚĆ NR 2 otrzymuje brzmienie:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	60%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 60 Cena badanej oferty

2	Czas reakcji serwisu	5%	16 godzin – 0 pkt 12 godzin – 3 pkt 8 godzin – 5 pkt Dopuszczalny czas reakcji serwisu nie może przekraczać 16 godzin od momentu zgłoszenia. Brak określenia w ofercie czasu reakcji serwisu lub zaoferowanie dłuższego czasu reakcji serwisu niż 16 godzin spowoduje odrzucenie oferty.
3	Dostawa i instalacja 7 szt. licencji Soft Switch	10%	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
4	Dysponowanie autoryzowanymi serwisantami, posiadającymi określone przez wytwórcę sprzętu, opisanego w dziale I ust. 3.2 SIWZ, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym m. in. uprawnienia SEP E i D – kontrolno-pomiarowe	25%	Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt

VII. DZIAŁ XV. WARUNKI UMOWY

Dodaje ust. 5 o następującym brzmieniu: „W dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty określone w dziale IV SIWZ, tj. umowy licencyjne.

VIII. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Formularz oferty po zmianie w załączeniu.

IX. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Zmianie ulega zapis w projektach umów na:

1) część nr 1:

- a) §1 ust. 3 „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i instalacji aktualizacji 1 raz w roku oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo i efektywność pracy urządzenia oraz zachowanie wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego z wyłączeniem aktualizacji FMI”.

2) część nr 2

- a) załącznik nr 2 do projektu umowy modyfikacje pkt. 2 „Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania zwiększającą bezpieczeństwo i efektywność pracy urządzenia oraz zachowanie wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów realizacji usługi serwisu pogwarancyjnego z wyłączeniem aktualizacji FMI”.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
lek. med. Andrzej Kondaszewski