



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



znak pisma: TP.382.126.2020 EK

Koszalin, 27.10.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.126.2020 EK – dostawa sprzętu medycznego do wyremontowanego oddziału szpitalnego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometru o poniższych parametrach:

1 Jednostka pomiaru °C/°F

2 Tryby pracy Ciało / powierzchnia

3 Miejsce pomiaru: Czoło

4 Zakres pomiaru temperatur

Tryb ciało: 28.0°C-42.9°C/82.4°F -109.2°F

Tryb powierzchnia: 28°C-50°C/82,4°F-122°F

5 Dokładność pomiaru:

34.0°C-35.4°C:±0.3°C/ 93.2°F -95.7°F:±0.5°F;

35.5°C-42.0°C:±0.2°C/95.0°F -107.6°F:±0.4°F;

42.1°C-42.9°C:±0.3°C/107.8°F -109.2°F: ±0.5°F;

6 Precyzja ekranu 0.1°C/0.1°F

7 Trójkolorowe podświetlenie ekranu

Zielony – Temperatura normalna (35.5-37.4°C / 95.9-99.4°F)

Żółty (Lekka gorączka)(37.5-38.0°C(punkt alarmu) / 99.5-100.4°F)

Czerwony –Gorączka (38.1- 42.9°C/ 100.6-109.2°F)

8 Czas pomiaru≤1S”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 6

„Ad.11 Czy Zamawiający dopuści pasmo przenoszenia w zakresie 0,1 - 300 Hz zgodny z zaleceniami AHA do badań wszystkich grup wiekowych?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 6

„Ad.23 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w zakres cyfrowych filtrów sygnały EKG (zakłóceń mięśniowych, pływania linii izoelektrycznej) programowanych przez użytkownika o wartościach – 0,05; 0,15; 0,25; 0,32; 0,5; 0,67 [Hz] oraz 150; 100; 75; 45; 35; 25 [Hz]?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 6

„Ad.25 i 26 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora jak również próbkowaniem sygnału EKG dla analizy i zapisu na poziomie 16 000 Hz na kanał?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

75-581 Koszalin
ul. Chałubińskiego 7

www.swk.med.pl
e-mail: szpital@swk.med.pl

centrala: 94 34 88 400

NIP 6691044410
REGON 330006292-00036

BDO 000008455

KRS 0000006505
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy KRS

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 6

„Ad.33 Czy Zamawiający dopuści akumulator umożliwiający 4 godziny pracy i wydruk co najmniej 300 raportów w trybie automatycznym?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 6

„Ad.34 Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający oczekuje dostawy wózka pod aparat, czy w związku z tym, Zamawiający dopuści aparat nie przekraczający wagi 4,5kg? Proponowane rozwiązanie nie ma wpływu na walory kliniczne i użytkowe aparatu.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dedykowany stolik pod aparat wykonany z profili aluminiowych wyposażony w koszyk na akcesoria, uchwyt na kabel EKG, na stabilnej konstrukcji z pięciopięciopodstawą na 5 kołach z blokadą? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wózek posiada możliwość regulacji wysokości jak również kąta nachylenia aparatu EKG.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 7

„Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym programowanie w jednostkach objętościowych o nazwie „ml/h” zamiast wymaganej nazwy „standard” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 7

„Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym programowanie w jednostkach wagowych o nazwie „masa ciała” zamiast wymaganej nazwy „aneste” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 7

„Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym infuzję wielofazową o nazwie „sekwencyjny” zamiast wymaganej nazwy „profil” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 7

„Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z nowoczesnym portem komunikacyjnym USB ? Porty RS232 są już przestarzałą technologią. Producenci powoli wycofują się z tego rozwiązania na poczet nowszych portów USB.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 7

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z możliwością odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy i bez możliwości odczytu w postaci pliku XML ? Wymagany przez Zamawiającego odczyt na pliku XML nie dość, że wymaga komputera, to jeszcze komputera z podłączeniem internetowym.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 7

„Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,1 ml/h dla:

Strzykawka, rozmiar 2/3ml: (0,1-50) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 5ml: (0,1-100) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 10ml: (0,1-300) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 20ml: (0,1-600) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 30ml: (0,1-900) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 50/60ml: (0,1-2000) ml/godz.

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 7

„**Pkt. 12** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:

Strzykawka, rozmiar 2/3ml: (0,1-50) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 5ml: (0,1-100) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 10ml: (0,1-300) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 20ml: (0,1-600) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 30ml: (0,1-900) ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 50/60ml: (0,1-2000) ml/godz.

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawk o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie gdy priorytetem jest dokładna niska podaż infuzji."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 7

„**Pkt. 21** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z ustawianiem wartości ciśnienia okluzji na 4 poziomach w zakresie od 150 do 900 mmHg ? Wymagany przez Zamawiającego zakres jest spełniony, a liczba poziomów okluzji jest dostosowana do nawet najbardziej wymagającego leku."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 7

„**Pkt. 25** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymałym ponad 10 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazda elektryczne, agregaty. Dodatkowo ofertowana pompa posiada maksymalnie do 10h czas ładowania akumulatorów, a nie jak inne firmy na rynku, nawet do 24h."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 7

„**Pkt. 30** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z dużym 4,3" kolorowym ekranem dotykowym, zamiast wymaganego przez Zamawiającego przestarzałego dwuwierszowego LCD?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 7

„**Pkt. 31** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z funkcją wprowadzania każdej dostępnej na rynku strzykawki zamiast mało przydatnej funkcji programowania nazwy oddziału?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

UWAGA:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30.10.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

75-581 Koszalin
ul. Chalubińskiego 7

centrala: 94 34 88 400

BDO 000008455

www.swk.med.pl
e-mail: szpital@swk.med.pl

NIP 6691044410
REGON 330006292-00036

KRS 0000006505
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy KRS