

Nr części	Wykonawca → Nazwa części	Nr oferty →				Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności	
		1	2	3	4				
1	Aparat do znieczuleni	Kryteria:	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Woloska 9 02-583 Warszawa	ALVO ul. Polichłowa 21A 64-030 Śmigiel	Formed Sp. z o.o. Sp. K. ul. Leśniana 97 34-300 Żywiec	Stegelmeyer Sp. z o.o. Grubno 63 86-212 Stolno	134 989,20	do 8 tygodni	do 60 dni
		Canal	134 989,20	-	-	-			
		Pojemność układu oddechowego	3,01 L	-	-	-			
		Kondensator wody wbudowany w zbiornik na wępno, (rezerwuuar na dole pochłaniacza i w uchwyście)	TAK	-	-	-			
		Respirator napędzany tlenem lub powietrzem)	TAK	-	-	-			
		Przełączenie wentylacji z ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni	TAK	-	-	-			
		Alarm niskiej i wysokiej objętości TV	TAK	-	-	-			
		Ekran na ruchomych wysięgniku ukłwiającym zmianę jego położenia podczas znieczulenia w poziomie i na boki	TAK	-	-	-			
		Ekran respiratora wyposażony w pamięć przynajmniej 4 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika	TAK	-	-	-			
		Test kontrolny parowników aparatu do znieczulenia	TAK	-	-	-			
Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu typu Masimo SET lub TruSignal lub równoważnego	TAK	-	-	-					
Pomiar NIBP metoda oscylograficzna, technika dwutubowa (oddzielne inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i nieliniową akcję serca	TAK	-	-	-					
Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uspienia. Pomiar SE, HE, BSR realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania	TAK	-	-	-					
Monitorowanie NMT metodą EMG z wykorzystaniem elektrosensora	TAK	-	-	-					

OS. ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
podpisz Osoby Spółdzielni z siedzibą w Koszalinie

05.03.2020 data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

mgr Magdalena Sikora
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Z up. DYREKTORA

Nr części	Wykonawca → Nazwa części	Kryteria ↓	Nr oferty →				Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności	
			1	2	3	4				
2	Wyposażenie sali zabiegowej	Monitorowanie poziomu analgezji z wykorzystaniem czujnika saturacji, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych akcesoriów	TAK	-	-	-	-	44 241,60	do 4 tygodni	do 60 dni
			Cena	-	44 839,84	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 1	-	13 miesięcy	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 2	-	13 miesięcy	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 3	-	13 miesięcy	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 4	-	13 miesięcy	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 5	-	13 miesięcy	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 6	-	13 miesięcy	-	-			
			Cena	-	13 694,40	-	-			
			Okres dodatkowej gwarancji	-	37 miesięcy	-	-			
3	Stół diagnostyczny	Cena	-	-	-	-	13 694,40	do 4 tygodni	do 60 dni	
		Okres dodatkowej gwarancji	-	-	-	-				
		Cena	-	-	-	-				
4	Wózek siedzący	Cena	-	-	-	-	2 400,00	do 4 tygodni	do 60 dni	
		Okres dodatkowej gwarancji	-	-	-	-				
		Cena	-	-	-	-				
5	Łóżka wielofunkcyjne z wyposażeniem	Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 1	-	-	-	-	272 241,30	do 3 tygodni	do 60 dni	
		Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 2	-	-	-	-				
		Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 3	-	-	-	-				
		Okres dodatkowej gwarancji dotyczący poz. 4	-	-	-	-				

UWAGA
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przyrzeczności lub braku przyrzeczności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przyrzeczności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty będące informacjami potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

mgr Justyna Kalwińska-Kawc

05.03.2020, data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne i Administracyjnych