

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.59.2020 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii i Bloków Operacyjnych

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
4	Zestawy do szynowania moczowodów	IVRA Medical T. Kaczmarek A. Twardowski Sp. j. ul. Czerniakowska 28B lok. VIII B 00-484 Warszawa	100,00
7	Zestawy do URS/RIRS	Cook Medical Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa	100,00
13	Zestaw do odsysania pola	Skamex Sp. z o.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	100,00

- 2) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
4	Zestawy do szynowania moczowodów	ADVANCE EUROPE Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	80,10
		Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16 A 02-092 Warszawa	oferta odrzucona
		OPTIFARMA Sp. z o.o. Sp. K. 05-806 Sokołów ul. Sokołowska 14	70,78
		Cook Medical Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa	78,38
		Skamex Sp. z o.o. S.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	53,31
7	Zestawy do URS/RIRS	Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz	oferta odrzucona
13	Zestaw do odsysania pola	MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin	oferta odrzucona

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY:

- 1) Oferta nr 4 złożona przez Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16 A 02-092 Warszawa na część nr 4 została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

- pozycja nr 1 – brak informacji o zestawach do szynowania moczowodów Ch 6, 7, 8 o długości 24 cm, brak również informacji o czasie implantacji stentów;
- pozycja nr 2 – brak informacji o czasie implantacji stentów;
- pozycja nr 3 – zaproponowane zestawy (wg katalogu) mają końcówkę zamkniętą, Zamawiający wymagał stentów z końcem „otwarty / otwarty”.

- 2) Oferta nr 11 złożona przez Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz na część nr 7 została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz na mocy art. 89. 1 pkt. 7a Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

- Zaoferowana w części nr 7 w poz. 4 przewodnica wg złożonego katalogu dostępna jest w długościach 70cm, 85cm, 100cm, zamawiający wymagał przewodnika o długości 145 cm;
- Wykonawca do dnia 26.06.2020 r. nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- 3) Oferta nr 5 złożona przez MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin na część nr 13 została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Firma nie złożyła wyjaśnień, ponadto poinformowała, że rezygnuje z zamówienia.

3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW


Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMÓW

Umowy zostaną zawarte w terminie: od 09.07.2020 r.

Uwaga

W zakresie pozostałych części informacji o wyniku postępowania została podana 23.06.2020 r.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Małgorzata Kozłowska
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych