



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



znak pisma: TP.382.102.2020 BS

Koszalin, 03.09.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.102.2020 BS – dostawa zestawu endoskopowego w ramach modernizacji oraz doposażenia Pracowni Endoskopii

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy przedmiotu zamówienia pkt. 5. - system do rejestracji obrazów, lp. 16
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania systemu, w którym nowe oferowane stanowiska zaczną współpracować z "posiadanym przez Zamawiającego system do rejestracji obrazów" po wykonaniu przez Zamawiającego aktualizacji posiadanego systemu do najwyższej wersji?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu, w którym nowe oferowane stanowiska zaczną współpracować z "posiadanym przez Zamawiającego system do rejestracji obrazów" po wykonaniu przez Zamawiającego aktualizacji posiadanego systemu do najwyższej wersji. W powyższym przypadku cena za system do rejestracji obrazów musi uwzględniać koszt aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu do najwyższej wersji.

PYTANIE NR 2: dotyczy: przedmiotu zamówienia pkt. 5. - system do rejestracji obrazów, lp. 18
„Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie w postępowaniu komputerów z procesorem osiągającym wynik 9621 pkt. w teście PassMark Average CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net>?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie komputerów z procesorem osiągającym wynik 9621 pkt. w teście PassMark Average CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net>.

PYTANIE NR 3: dotyczy przedmiotu zamówienia pkt. 5. - system do rejestracji obrazów, lp. 22
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowany przed rokiem 2020?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego przed rokiem 2020 lecz nie wcześniej niż przed rokiem 2019.

PYTANIE NR 4: dotyczy przedmiotu zamówienia pkt. 5. - system do rejestracji obrazów
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania systemu i jego elementów, które nie są produktem medycznym do których doliczony będzie podatek VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów dotyczących wyrobów medycznych (tj. dokumenty Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu i jego elementów, które nie są produktem medycznym do których doliczony będzie podatek VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów dotyczących wyrobów medycznych (tj. dokumenty Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie).

PYTANIE NR 5: dotyczy przedmiotu zamówienia pkt. 6. - monitor medyczny HDTV, Ip.3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania monitora medycznego HDTV wyposażonego w Panel LCD a-Si TFT z aktywną matrycą?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania monitora medycznego HDTV wyposażonego w Panel LCD a-Si TFT z aktywną matrycą.

PYTANIE NR 6: dotyczy przedmiotu zamówienia pkt. 6. - monitor medyczny HDTV, Ip.11

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający omyłkowo dwukrotnie użył zapisu „2x 3G-SDI”?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo dwukrotnie użył zapisu „2x 3G-SDI” – zapis powinien brzmieć: „Wyjścia min.: Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI Clone Out”

PYTANIE NR 7: dotyczy przedmiotu zamówienia

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych lecz wyprodukowanych przed rokiem 2020?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego przed rokiem 2020 lecz nie wcześniej niż przed rokiem 2019.

PYTANIE NR 8: dotyczy SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania elementów wyposażenia, które nie są produktami medycznymi i do których doliczony będzie podatek VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów dotyczących wyrobów medycznych (tj. dokumenty Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania elementów wyposażenia, które nie są produktami medycznymi i do których doliczony będzie podatek VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów dotyczących wyrobów medycznych (tj. dokumenty Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie).

PYTANIE NR 9: dotyczy formularza cenowego w załączniku nr 1 oferta,

„Czy w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia niemedyceznego – stawka VAT 23%, Wykonawca powinien w formularzu cenowym pkt. 3 dodać osobny wiersz – pozycję, aby wyszczególnić przedmiot zamówienia niemedyceznego?”

ODPOWIEDŹ

W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia niemedyceznego – stawka VAT 23%, Wykonawca zobowiązany jest w formularzu cenowym pkt. 3 dodać osobny wiersz – pozycję, aby wyszczególnić przedmiot zamówienia niemedyceznego.

PYTANIE NR 10: dotyczy zapisów SIWZ – rozdział VI pkt. 2 podpunkt 3) i podpunkt 4):

„Prosimy o potwierdzenie, że z dokumentów do podpunktu 3) „potwierdzony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający wymaga złączenia tabelki z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ?

oraz prosimy o potwierdzenie, że niniejszy załącznik nr 2 należy dopiero w drugim etapie w przypadku najkorzystniejszej oferty – na wezwanie Zamawiającego?

Uwagi: w pkt. 4) Zamawiający wymaga złączenia ulotek, materiałów producenta?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że wymaga złączenia tabelki z opisem przedmiotu zamówienia (potwierdzony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – załącznik nr 2 do SIWZ oraz potwierdza, że niniejszy załącznik nr 2 należy złożyć dopiero w drugim etapie – na wezwanie Zamawiającego.

PYTANIE NR 11: dotyczy zapisów SIWZ – rozdział VI pkt. 2 podpunkt 4)

„Ponieważ nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia

autoryzowanego dystrybutora Wykonawcy lub materiałów firmowych potwierdzającego wartości parametrów technicznych?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia autoryzowanego dystrybutora Wykonawcy lub materiałów firmowych potwierdzającego wartości oferowanych parametrów technicznych.

PYTANIE NR 12: dotyczy projektu umowy: § 2 ust. 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę aby podany termin liczony był w dniach roboczych.

PYTANIE NR 13: dotyczy projektu umowy: § 2 ust. 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych.

PYTANIE NR 14: dotyczy projektu umowy: § 2 ust. 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych?”

ODPOWIEDŹ


Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych.

PYTANIE NR 15: dotyczy projektu umowy: § 4 ust. 1 pkt. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2%?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 5%.

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr  Sikora
7-cy Dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych