

znak pisma: TP.382.82.2020 EK

Koszalin, 21.07.2020 r.

Do:

Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.82.2020 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 17.07.2020 R.**

Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, udzielonych w dniu 17.07.2020 r. w pytaniu nr 15.

**PYTANIE NR 15**

Dotyczy części nr 1 poz. 4-7:

„Czy Zamawiający wymaga strzykawki jako wyrób medyczny w klasie II a.”

ODPOWIEDŹ przed zmianą:

Tak.

ODPOWIEDŹ po zmianie:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza natomiast strzykawki jako wyrób medyczny w klasie II a.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27.07.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
I-ta Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie