

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.121.2020 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 6

„Dot. Pkt 2 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania strug stożkowy do kraniotomu 16mm o średnicy 2,3mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Małgorzata Włoczkowa  
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Administracyjnego