

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.121.2020 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 1

„Czy w pakiecie nr 1 „Długoodcinkowy system do stabilizacji przezskórnej wraz z cementem” Zamawiający dopuści produkt o następujących cechach:

- Stabilizacja transpedikularna:
  - materiał: tytan (stop);
  - mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe,
  - niezbędny klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta;
  - śruby poliaktydowe kaniulowane, z min 6 otworami w dystalnej części trzonu służącymi do augmentacji;
  - śruby transpedikularne samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości;
  - pióro gwintu na trzonie śruby podwójnie zagęszczone dla uzyskania lepszej fiksacji w odcinku nasady trzonu:
  - średnice śrub: od 5 -7 mm, zakres długości: od 30-65 mm ze skokiem co 5mm;
  - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt do śruby;
  - pręty 5,5 mm o długościach od 30-480; docięte i wyprofilowane do kształtu kręgosłupa (lordotyczne i proste do wyboru);
  - cement PMMA
    - Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny)
    - Gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów.
    - Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej.
    - Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu.
    - Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu.
  - zestaw sterylny jednorazowy
  - Podawanie cementu za pomocą strzykawek
- komplet: 8 śrub, 8 nakrętek, 2 pręty, 8 kaniul do podawania cementu, 1 drut Kirchnera, 2 igły naprowadzające, 2 zestawy cementu, 1 zestaw strzykawek do aplikacji cementu, 1 komplet przejściówek”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

**Z up. DYREKTORA**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Błora  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Logistycznych