

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.3.2020 BS – materiały szewne

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Dział II SIWZ Części zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:


1. Część nr 1 – Nić niewchłaniałna, syntetyczna, monofilamentowa niepowlekana poliamidowa i nić multifilamentowa skręcana powlekana, poliamidowa;
2. Część nr 2 – Nić niewchłaniałna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona, z igłą do zmienionych miażdżycowo naczyń z mikroostrzem;
3. Część nr 3 – Nić niewchłaniałna, syntetyczna, jednowłóknowa o stałej średnicy, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła, niebieska lub niebarwiona, z igłą do zmienionych miażdżycowo naczyń z mikroostrzem;
4. Część nr 4 – Nić wchłaniałna, wykonana z kwasu poliglikolowego, pleciona, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym;
5. Część nr 5 – Nić wchłaniałna, syntetyczna, monofilamentowa, wykonana z polidioksanonu;
6. Część nr 6 – Nić wchłaniałna, pleciona, niebarwiona, wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym;
7. Część nr 7 – Nić niewchłaniałna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa lub polipropylenowa (okulistyczna);
8. Część nr 8 – Nić niewchłaniałna, pleciona, jedwab naturalny, impregnowany woskiem lub powlekany silikonem;
9. Część nr 9 – Nić wchłaniałna, syntetyczna, pleciona, wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%) poli oraz stearynianem;
10. Część nr 10 – Nić wchłaniałna, syntetyczna, pleciona, monofilamentowa, barwiona, zbudowana z polidioksanonu
11. Część nr 11 – Nić wchłaniałna, monofilamentowa, poliglekapron, fioletowy lub niebarwiony;
12. Część nr 12 – Nić wchłaniałna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego;
13. Część nr 13 – Nici do zabiegów mullerektomii;
14. Część nr 14 – Nić niewchłaniałna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa lub polipropylenowa (okulistyczna).”

2. Załącznik nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTY”:

W częściach nr 1 - 12, dodaje się zapis o następującej treści „Wszystkie nici zaoferowane w ramach części od tego samego producenta”.

Załączniki:

1. Formularz oferty (po zmianie).

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Ilek. med. Andrzej Kondaszewski