

Koszalin, 24.02.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.3.2020 BS – materiały szewne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy SIWZ

„Czy Zamawiający dopuści saszetki z datą ważności nadrukowaną na wewnętrznym, papierowym opakowaniu nici? Termin przydatności jest doskonale widoczny przez zewnętrzne opakowanie sterylizacyjne (przezroczysta folia), a pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców. Zamawiający będzie mógł w ten sposób zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru oferty z najniższą ceną. Szpital będzie miał możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 1 poz. 1, 3, 17, 28

„Czy Zamawiający w ww. pozycjach zrezygnuje z wymogu nici skręcanej i dopuści szew syntetyczny poliamidowy monofilamentowy bez powleczenia? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnej części.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu nici skręcanej i nie dopuszcza szwu syntetycznego poliamidowego monofilamentowego bez powleczenia.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznie określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 1 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 1 poz. 9, 22

„Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 1, poz. 24

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 1, poz. 25

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 1, poz. 35, 36
„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 1 poz. 37
„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 2
„Czy Zamawiający dopuści nić bez katalogowego opisu „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 2 poz. 15, 17
„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą mikroostrzem do naczyń zmienionych miażdżycowo bez określenia „czarna”, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 2 poz. 12, 28
„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 12 i 28 do osobnej części.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznie określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 3, poz. 14, 23, 24
„Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach nici o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 4
„Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, z kwasu poliglikolowego, plecioną, powlekaną stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, o czasie wchłaniania 60-90 dni i o profilu podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 4
„Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również długość 75 cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 4, poz. 13, 14, 22
„Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odłączanej i dopuści szew pakowany pojedynczo tj. 1x45 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości szaszetek, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu igły odłączanej i nie dopuszcza szwu pakowanego pojedynczo.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 4 poz. 13, 14, 22
„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 4, poz. 48, 51

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga nici o długości 70 cm dopuści również długość 75 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, niebarwioną, z kwasu poliglikolowego, powlekaną stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, o czasie wchłaniania ok. 42 dni i o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20: dotyczy części nr 7, poz. 2

„Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do osobnej części?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wydziela z części 7, poz. 2 do oddzielnej części (patrz zmiana SIWZ).

PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 8 poz. 2

„Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do osobnego zadania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 8 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 9 poz. 1-3

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, monofilamentową, barwioną, z polidiodksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 10 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26: dotyczy części nr 11 poz. 3, 4, 6, 8

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

W poz. 4 i 6 Zamawiający dopuszcza;
W poz. 3 i 8 Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27: dotyczy części nr 11 poz. 8, 13

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 28: dotyczy 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści długość nici 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 7, poz. 1

„Czy w Części nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o dł. 6,0mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31: dotyczy części nr 7, poz. 3

„Czy w Części nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o dł. 16,0mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 32: dotyczy części nr 7, poz. 2

„Czy w Części nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o dł. 13,0mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33: dotyczy części nr 8, poz. 1

„Czy w Części nr 8 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 4/0 o dł. 50cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 34: dotyczy części nr 8, poz. 2

„Czy w Części nr 8 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 5/0 o dł. 30cm z igłą okrągłą?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 35: dotyczy części nr 8, poz. 3

„Czy w Części nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o dł. 8mm i krzywiznie 5/16?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 36: dotyczy części nr 8, poz. 4

„Czy w Części nr 8 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy części nr 2, poz. 9

„Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy części nr 2, poz. 16

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie igły o średnicy 254 μ , pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 39: dotyczy części nr 10, poz. 1

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 40: dotyczy części nr 10, poz. 3

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie igły o wycinku koła 3/8, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 41: dotyczy części nr 10, poz. 4

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 42: dotyczy części nr 10, poz. 6

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o grubości 4/0, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o długości 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 45: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie nici o długości 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 46: dotyczy części nr 1-3;7-10;12

„Dot. części nr 1-3;7-10;12, opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu: „Pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły)” oraz części nr 4-6;11-12, opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu: „Pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły)”: W związku z pojawiającymi się w wynikach poprzednich postępowań przetargowych na dostawy materiałów szewnych informacjami o odrzuceniu ofert wraz z uzasadnieniem ze strony Zamawiającego w brzmieniu: „Brak pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia opakowania”(dane zaczerpnięte z pisma Zamawiającego: znak pisma TP.382.128.2016 JK z dnia 13.01.2017.) oraz możliwością różnorodnej interpretacji przez poszczególnych wykonawców zastosowanych przez Zamawiającego i przytoczonych powyżej fragmentów opisu przedmiotu zamówienia, jakie zostały zawarte w ramach poszczególnych części, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie szczegółowego wyjaśnienia i wskazania przez Zamawiającego konkretnych etapów w ramach przeprowadzanych procedur zabiegowych, mających miejsce przed transferem nici chirurgicznej w pole operacyjne, na jakich Zamawiający będzie oceniał spełnienie wymogu, związanego z otwarciem opakowania i pełną identyfikacją szwu.”

ODPOWIEDŹ

- 1) opakowanie zbiorcze opisane: „nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły”,
- 2) saszetka - opisana jak wyżej,
- 3) wewnątrz saszetki kolejne opakowanie - opisane jak wyżej.

PYTANIE NR 47: dotyczy części nr 13, poz.1, 2

„Dot. część nr 13, poz.1,2 opis przedmiotu zamówienia: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zakresie nieumieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia dla obu pozycji zapisów w brzmieniu „Pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły)” lub też, czy Zamawiający będzie wymagał per analogia do opisu przedmiotu zamówienia w pozostałych częściach, aby w poz. nr 1 oraz nr 2 części nr 13, wobec oferowanych wyrobów medycznych miało zastosowanie spełnienie wymogu o pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia opakowania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zakresie nieumieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia dla obu pozycji zapisów w brzmieniu „Pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły)”. Do zabiegu mullerektomii używany jest jeden rodzaj nici co wyklucza możliwość pomyłki operatora czy też możliwości nie zidentyfikowania materiału w razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego.

PYTANIE NR 48: dotyczy części nr 5

„Dot. część nr 5, opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje złożenie oferty na nić chirurgiczną, charakteryzującą się posiadaniem parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a nawet je przewyższającą, tj.: nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, wykonana z polidiodksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 90% po 14 dniach, 50-70% po 28-35 dniach, barwiona na fioletowo. Igły powlekane silikonem wykonane ze stopu stali serii 300. Podwójnie sterylne (papierowo-foliowe oraz aluminiowe) opakowanie saszetki, zapewniające zachowanie sterylności nici chirurgicznej w przypadku otworzenia saszetki z opakowania zewnętrznego i rezygnacji z użycia szwu do zabiegu (bez otwierania opakowania aluminiowego z nicią chirurgiczną w środku i bezpośrednim dostępem do igły z nicią) oraz pełną identyfikację szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły), zawierające dodatkowo na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym tzw. kod data matrix z pełną informacją nt szwu. Data ważności umieszczona na wewnętrznym opakowaniu sterylizacyjnym (alumiowa saszetka), możliwa do odczytania bez konieczności usuwania opakowanie zewnętrznego (papier-folia)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 49: dotyczy części nr 5 poz. 1

„Dot. część nr 5, poz.1: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z części nr 5 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia innym wykonawcom złożenia ważnych ofert konkurencyjnych cenowo i jakościowo na pozostały asortyment, stanowiący treść części nr 5. Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż pozycja nr 1 stanowiąca 0,64% całości asortymentu produktowego określonego w części nr 5, jednocześnie charakteryzuje asortyment właściwy dla wyłącznie 1 wykonawcy, co w sposób istotny ogranicza i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na część nr 5”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznie określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 50: dotyczy części nr 5 poz. 3

„Dot. część nr 5, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą okrągłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 51: dotyczy części nr 5 poz. 5

„Dot. część nr 5, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą okrągłą dodatkowo wzmocnioną 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 52: dotyczy części nr 5 poz. 6

„Dot. część nr 5, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 53: dotyczy części nr 5 poz. 8

„Dot. część nr 5, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew długości 240cm z pętlą i igłą okrągłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 54: dotyczy części nr 5 poz. 8

„Dot. część nr 5, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew długości 150cm z pętlą i igłą okrągłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 55: dotyczy części nr 5 poz. 12

„Dot. część nr 5, poz.12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą okrągłą dodatkowo wzmocnioną 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 56: dotyczy części nr 5, poz. 19

„Dot. część nr 5, poz.19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 57: dotyczy części nr 5 poz. 19

„Dot. część nr 5, poz.19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą okrągłą dodatkowo wzmocnioną 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 58: dotyczy części nr 5 poz. 20

„Dot. część nr 5, poz.20: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z części nr 5 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia innym wykonawcom złożenia ważnych ofert konkurencyjnych cenowo i jakościowo na pozostały asortyment, stanowiący treść części nr 5. Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż pozycja nr 20 stanowiąca 1,20% całości asortymentu produktowego określonego w części nr 5, jednocześnie charakteryzuje asortyment właściwy dla wyłącznie 1 wykonawcy, co w sposób istotny ogranicza i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na część nr 5.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 59: dotyczy części nr 5 poz. 21

„Dot. część nr 5, poz.21: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z części nr 5 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia innym wykonawcom złożenia ważnych ofert konkurencyjnych cenowo i jakościowo na pozostały asortyment, stanowiący treść części nr 5. Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż pozycja nr 21 stanowiąca 0,80% całości asortymentu produktowego określonego w części nr 5,

jednocześnie charakteryzuje asortyment właściwy dla wyłącznie 1 wykonawcy, co w sposób istotny ogranicza i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na część nr 5.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na to, że jeżeli w czasie zabiegu zostanie użytych kilka różnych nici a wystąpi niepożądane zdarzenie medyczne nie będzie możliwe jednoznaczne wskazanie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 60: dotyczy części nr 5 poz. 29

„Dot. część nr 5, poz.29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą okrągłą dodatkowo wzmocnioną 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 61: dotyczy części nr 5 poz. 30

„Dot. część nr 5, poz.30: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z części nr 5 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia innym wykonawcom złożenia ważnych ofert konkurencyjnych cenowo i jakościowo na pozostały asortyment, stanowiący treść części nr 5. Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż pozycja nr 30 stanowiąca 1,20% całości asortymentu produktowego określonego w części nr 5, jednocześnie charakteryzuje asortyment właściwy dla wyłącznie 1 wykonawcy, co w sposób istotny ogranicza i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na część nr 5.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 62: dotyczy części nr 5 poz. 36

„Dot. część nr 5, poz.36: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tej pozycji z części nr 5 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia innym wykonawcom złożenia ważnych ofert konkurencyjnych cenowo i jakościowo na pozostały asortyment, stanowiący treść części nr 5. Nasz wniosek uzasadniamy faktem, iż pozycja nr 36 stanowiąca 0,80% całości asortymentu produktowego określonego w części nr 5, jednocześnie charakteryzuje asortyment właściwy dla wyłącznie 1 wykonawcy, co w sposób istotny ogranicza i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na część nr 5.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznaczne określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 63: dotyczy projektu umowy

„1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt 1):

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:

a) nieterminowej realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów;

b) realizacji dostaw, w której stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, w której stwierdzone zostały wady jakościowe;

c) realizacji dostaw, w której stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, w której stwierdzone zostały braki ilościowe;

d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów, w których stwierdzone zostały wady jakościowe, za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów, w których stwierdzone zostały wady jakościowe;

e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokona modyfikacji projektu umowy w wyżej proponowanym zakresie.

PYTANIE NR 64: dotyczy części 1, 5, 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1,5,6 szwów również z igłami wykonanymi ze stali serii 400. Stal ta cechuje się lepszymi parametrami technicznymi dzięki czemu igły z niej wykonane są bardziej odporne na złamanie i wyginanie?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy części nr 1, poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą o dł. 77 cm 3/8 koła z nitką 2 o dł. 45 cm monofilamentową. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza szew z igłą odwrotnie tnącą o dł. 77 mm 3/8 koła z nitką 2 o dł. 45 cm monofilamentową.

PYTANIE NR 66: dotyczy części nr 1, poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm z nitką 1 o dł. 90 cm lub szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 30 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wyżej proponowanych szwów.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 67: dotyczy części nr 1 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30 mm z nitką 1 o dł. 90 cm lub szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 68: dotyczy części nr 1 poz. 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 69: dotyczy części nr 1 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 7 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 40 mm z nitką 0 o dł. 45 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 70: dotyczy części nr 1 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 7 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 71: dotyczy części nr 1 poz. 8

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 8 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 72: dotyczy części nr 1 poz. 9

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 9 szwu z nitką 45 cm lub 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza szew z nitką 45 cm.

PYTANIE NR 73: dotyczy części nr 1 poz. 12

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 12 szwu z nitką 75 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 74: dotyczy części nr 1 poz. 17

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 17 szwu z nitką skręcaną 3/8 koła odwrotnie tnącą 30 mm z nitką 2-0 75 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 75 dotyczy części nr 1 poz. 18, 19

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 18,19 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 39 mm.*”

ODPOWIEDŹ

W poz. 18 Zamawiający dopuszcza.

W poz. 19 Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy części nr 1, poz. 20

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 20 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 16mm z nitką czarną.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy części nr 1, poz. 22

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1 poz. 22 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 20mm z nitką 3-0 o dł. 45 cm.?*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy części nr 1, poz. 23

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 23 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 20mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 79: dotyczy części nr 1, poz. 24

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 24 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna 24mm wykonaną z stali typu Surgalloy odporną na wyginanie i odkształcanie z nitką 3-0 45 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy części nr 1, poz. 24

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 24 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 24mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 81: dotyczy części nr 1, poz. 26

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 26 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 24mm z nitką 3-0 o dł. 90 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 82: dotyczy części nr 1, poz. 27

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 27 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 24mm z nitką skręcaną 3-0 o dł. 75 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 83: dotyczy części nr 1, poz. 29, 30

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 29,30 szwu z nitką 90 cm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 84: dotyczy części nr 1 poz. 31

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 31 szwu z igłą 19,5 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 85: dotyczy części nr 1, poz. 32, 33

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 32,33 szwu z igłą 20 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 86: dotyczy części nr 1 poz. 35

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 35 szwu z igłą 16,5 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 87: dotyczy części nr 1 poz. 36

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1poz. 36 szwu z igłą 16 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 88: dotyczy części nr 1 poz. 37

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 1, poz. 37 szwu z igłą 19 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 89: dotyczy części nr 1 poz. 38

„*W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z części 1 poz. 38 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie złożenie ważnej oferty.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 90: dotyczy części nr 4

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktidu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 91: dotyczy części nr 4 poz. 1, 2, 3

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1,2,3 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną o dł. 37 mm.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 92: dotyczy części nr 4, poz. 4

„*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną.*”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 93: dotyczy części nr 4, poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7 szwu z igłą okrągłą tępą $\frac{1}{2}$ koła 64 mm z nitką 2 o dł. 90 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 94: dotyczy części nr 4 poz. 8

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 8 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną 48 mm z nitką 1 pętłą o dł. 150 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 95: dotyczy części nr 4 poz. 9

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 9 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 96: dotyczy części nr 4 poz. 10

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 10 szwu z igłą okrągłą 37 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 97: dotyczy części nr 4 poz. 11

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 11 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 98: dotyczy części nr 4 poz. 13, 14, 22

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 13,14,22 szwu z nitką o dł. 5x45cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy części nr 4 poz. 17, 28

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17,28 szwu z igłą okrągłą o dł. 27 mm.”

ODPOWIEDŹ

W poz. 17 Zamawiający nie dopuszcza;

W poz. 28 Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 100: dotyczy części nr 4 poz. 18, 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 18,19 szwu z igłą okrągłą o dł. 37 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 101: dotyczy części nr 4 poz. 20

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 20 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{1}{2}$ koła 40 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 102: dotyczy części nr 4, poz. 20

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 20 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła 39 mm z nitką 2-0 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 103: dotyczy części nr 4 poz. 21, 23

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 21,23 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną.”

ODPOWIEDŹ

W poz. 21 Zamawiający nie dopuszcza;

W poz. 23 Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 104: dotyczy części nr 4 poz. 24

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 24 szwu z igłą okrągłą $\frac{1}{2}$ koła 15 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 105: dotyczy części nr 4 poz. 26

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 26 szwu z igłą okrągłą $\frac{1}{2}$ koła 20 mm lub z igłą okrągłą wzmocnioną 22 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 106: dotyczy części nr 4 poz. 29

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 29 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną $\frac{1}{2}$ koła 27 mm z nitką 0 90 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 107: dotyczy części nr 4 poz. 29, 37

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 29,37 szwu z nitką 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 108: dotyczy części nr 4, poz. 31, 40

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 31,40 szwu z igłą 37 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy części nr 4 poz. 32

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 32 szwu z igłą odwrotnie tnącą $\frac{3}{8}$ koła 39 mm z nitką 2-0 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 110: dotyczy części nr 4 poz. 38

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 38 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą prostą 51 mm 3-0 75 cm wykonanego z wchłaniałnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszkanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczępienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczępienia. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 111: dotyczy części nr 4, poz. 41

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 41 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą prostą 51 mm 4-0 45 cm wykonanego z wchłaniałnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszkanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczępienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczępienia. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 112: dotyczy części nr 4, poz. 42

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 42 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą prostą 11 mm 3-0 75 cm wykonanego z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszkanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczępienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczępienia.

W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 113: dotyczy części nr 4 poz. 47, 49, 52, 54

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 47,49,52,54 z nitką 3x75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 114: dotyczy części nr 4 poz. 48

„W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z części 4 poz. 48 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 115: dotyczy części nr 4 poz. 51

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 51 pętli endoskopowej z aplikatorem o dł. 52 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 116: dotyczy części nr 4 poz. 57

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 57 szwu z nitką 6x75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 117: dotyczy części nr 4 poz. 58

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 58 szwu z nitką 4-0 o dł. 3x45 cm.

W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 118: dotyczy części nr 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczępieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 119: dotyczy części nr 5 poz. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 16

„W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z części 5 poz. 1,2,3,8,9,13,16 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 120: dotyczy części nr 5 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 7 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 121: dotyczy części nr 5 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 7 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 122: dotyczy części nr 5, poz. 10

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 10 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 27 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 123: dotyczy części nr 5, poz. 12, 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 12,19 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 37 mm z nitką 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 124: dotyczy części nr 5 poz. 15

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz. 15 szwu z igłą prostą okrągłą podwójną 60 mm z nitką 0 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 125: dotyczy części nr 5, poz. 20

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.20 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 30 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 126: dotyczy części nr 5 poz. 22

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.22 szwu z igłą okrągłą z nitką o dł. 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 127: dotyczy części nr 5 poz. 23

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.23 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 20 mm z nitką o dł. 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 128: dotyczy części nr 5 poz. 24

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.24 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 129: dotyczy części nr 5 poz. 28

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.28 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła 26 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 130: dotyczy części nr 5 poz. 29

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.29 szwu z nitką 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 131: dotyczy części nr 5 poz. 30

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.30 szwu z nitką 3-0 o dł. 3x45 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 132: dotyczy części nr 5, poz. 31

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.31 szwu z igłą okrągłą.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 133: dotyczy części nr 5, poz. 33

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.33 szwu z igłą okrągłą.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 134: dotyczy części nr 5 poz. 36

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 w poz.36 szwu z nitką 3-0 o dł. 3x45 cm.

W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 135: dotyczy części nr 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszkanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczęcia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczęcia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 136: dotyczy części nr 6 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 poz. 2 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła o dł. 48mm z nitką 1 o dł. 90cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 137: dotyczy części nr 6 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 poz. 4 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 5/8 koła o dł. 37 mm. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 138: dotyczy części nr 6 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 24 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 139: dotyczy części nr 6 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 26 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 140: dotyczy części nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 6 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 26 mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 141: dotyczy części nr 8 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 8 poz.2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 12 mm z nitką 5-0 o dł. 45 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 142: dotyczy części nr 10

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 10 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczępieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 143: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 10 poz. 1 szwu z igłą prostą konwencjonalnie tnącą 60 mm z nitką 3-0 75 cm. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 144: dotyczy części nr 11

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 11 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: Syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węglanu trimetylenu (26%) o średniej wytrzymałości na rozciąganie dla około 75% początkowej wytrzymałości węzła według USP i EP po dwóch tygodniach i około 40% po trzech tygodniach od wszczępienia. Całkowite wchłanianie 90-110 dni.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 145: dotyczy części nr 11 poz. 3, 4, 6

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 11 poz.3,4,6 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 37 mm z nitką o dł. 75 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 146: dotyczy części nr 11 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 11 poz.7 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 24mm. W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązania Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do oddzielnej części ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz w następstwie braku możliwości jednoznacznego określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za to zdarzenie.

PYTANIE NR 147: dotyczy części nr 13 poz. 1

„Pytanie 83 dotyczy części 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 13 poz.1 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 3/8 koła o dł. 13mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 148: dotyczy części nr 13 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 13 poz.2 szwu z igłą szpatułką 1/4 koła 2 x8,6 mm o z nitka 5-0 o dł. 45 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 149: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie nici zaofierowane w ramach części nr 1 pochodziły od tego samego producenta? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego jednoznacznie będzie można wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za te zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ

Tak (patrz zmiana SIWZ).

PYTANIE NR 150: dotyczy części nr 3 poz. 7

„Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 7 dopuści szew o długości 75cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 151: dotyczy części nr 3, poz. 12

„Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 12 dopuści igłę 2x20mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 152: dotyczy części nr 3, poz. 14

„Czy Zamawiający w części nr 3 poz. 14 dopuści igłę narta odwrotnie tnącą przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Jest to igła obecnie używana przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 153: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie nici zaofierowane w ramach części nr 3 pochodziły od tego samego producenta? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego jednoznacznie będzie można wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za te zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ

Tak (patrz zmiana SIWZ).

PYTANIE NR 154: dotyczy części nr 4, poz. 20

„Czy Zamawiający w części nr 4 poz. 20. dopuści igłę odwrotnie tnącą wzmocnioną 40mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Przy tak grubej nici w połączeniu z dużą igłą (igła 40mm, szew USP: 0) jako producent rekomendujemy stosowanie igieł wzmocnionych. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko wygięcia igły co znacznie poprawia efekt kliniczny ich użycia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 155: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie nici zaofierowane w ramach części nr 4 pochodziły od tego samego producenta? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego jednoznacznie będzie można wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za te zdarzenie”

ODPOWIEDŹ

Tak (patrz zmiana SIWZ).

PYTANIE NR 156: dotyczy części nr 5 poz. 5, 7, 12

„Czy Zamawiający w części nr 5 poz. 5, 7 i 12 dopuści igły okrągłe wzmocnione przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W pozycjach tych opisane są grube nici (USP: 1, USP: 0) oraz duże igły (36mm i 40mm). Przy połączeniu dużej igły ze szwem o dużej średnicy zalecamy jako producent stosowanie igieł wzmocnionych w celu zmniejszenia ryzyka wygięcia igły. Obecnie dla tych kombinacji igła nitka Zamawiający korzysta z igieł wzmocnionych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 157: dotyczy części nr 5 poz. 29

„Czy Zamawiający w części nr 5 poz. 5, 7 i 12 dopuści igły okrągłe wzmocnione przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W pozycjach tych opisane są grube nici (USP: 1, USP: 0) oraz duże igły (36mm i 40mm). Przy połączeniu dużej igły ze szwem o dużej średnicy zalecamy jako producent stosowanie igieł wzmocnionych w celu zmniejszenia ryzyka wygięcia igły. Obecnie dla tych kombinacji igła nitka Zamawiający korzysta z igieł wzmocnionych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 158: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie nici zaoferowane w ramach części nr 5 pochodziły od tego samego producenta? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego jednoznacznie będzie można wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za te zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ

Tak (patrz zmiana SIWZ).

PYTANIE NR 159: dotyczy części nr 11 poz. 6

„Czy Zamawiający w części nr 11 poz. 6 dopuści igłę 30mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 160: dotyczy części nr 11 poz. 7

„Czy Zamawiający w części nr 11 poz. 7 dopuści igłę 25mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 161: dotyczy części nr 11 poz. 9

„Czy Zamawiający w części nr 11 poz. 9 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 162: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie nici zaoferowane w ramach części nr 11 pochodziły od tego samego producenta? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego jednoznacznie będzie można wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność za te zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ

Tak (patrz zmiana SIWZ).

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Ilek. med. Andrzej Kondaszewski