

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.8.2020 BS – materiały opatrunkowe

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
5	Wata, Gaza opatrunkowa	Konsorcjum: CitoNet - Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	100,00
7	Pieluchomajtki dla dorosłych j.uż., Bardzo chłonne podkłady		100,00

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100,00 %).

- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
5	Wata, Gaza opatrunkowa	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
7	Pieluchomajtki dla dorosłych j.uż., Bardzo chłonne podkłady	GESPAR Sp. j., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa	Oferta odrzucona

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY:

- 1) Oferta nr 3 na część nr 5 (Wata, Gaza opatrunkowa) – złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zaferowana wata bawełniano – wiskozowa (wytwórca TOMCOTTON) nie nadaje się do stosowania w oddziałach szpitalnych (zawiera grudki i nitki) – w celu przygotowania okładu nie można oderwać większego kawałka ponieważ kruszy się i rozpada, samoistnie odrywają się strzępki mocno pyłące (materiał wygląda tak jakby brakowało w nim wiskozy).

- 2) Oferta nr 6 na część nr 7 (Pieluchomajtki dla dorosłych j.uż., Bardzo chłonne podkłady) – złożona przez GESPAR Sp. j., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał pieluchomajtek dla dorosłych, które charakteryzują się m. in. podwyższoną chłonnością, wykonane z materiału oddychającego na całej powierzchni laminatu oraz rozpraszające wilgoć równomiernie, z elastycznymi przylepco-rzepami, umożliwiającymi wielokrotne mocowanie,

ściągaczami elastycznymi z przodu i z tyłu, falbankami wewnętrznymi skierowanymi na zewnątrz, z indykatorem wilgotności. Zaoferowane pieluchomajtki S.I. CELL S.p.A. nie spełniają wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia t.j. wilgoć nie jest rozprowadzana równomiernie na całej powierzchni, przylepce nie są elastyczne i nie są przystosowane do wielokrotnego odklejania.


3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie: od 03.03.2020 r.

W zakresie pozostałych części informacja o wyniku postępowania została podana w dniu 21.02.2020 r.


z up. DYREKTORA
Szpitala Województwa w Koszalinie
mgr. Aleksandra Sikora
dyrektor ds. administracyjnych