

Koszalin, 15.06.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.32.2020 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytanie:

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 08.06.2020 r.

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 15

„Czy Zmawiający dopuści :

-Trzy rodzaje cementu o różnej gęstości do wyboru przez operatora:

1. Cement PMMA o niskiej gęstości
2. Cement PMMA o średniej gęstości
3. Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu

- Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem

sterylnie urządzenie mieszające -podające pozwalające na mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku a następnie podawanie ich dokanałowo. Wkład podający oraz rurka przedłużająca w zestawie. Ilość podawanego cementu / 0,44cc przy obrocie 360 stopni/

- Igiły przeznasadowe o śred. 11 i 13 G, o dług. 130mm – do wyboru przez operatora; ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo

- Igiła biopsyjna o dług. 140 mm, śred. 13G, zestaw wyposażony w igłę do aspiracji oraz strzykawkę do przechowania materiału biopsyjnego, zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylne.”

Było:

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza cement nr 3: Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu. Zamawiający nie dopuszcza cementu o niskiej i średniej gęstości. Zamawiający dopuszcza pozostałe części zestawu.

Powinno być:

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 01.07.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie o godzinie 10:15.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr *Magdalena Sikora*
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych