

Koszalin, 18.06.2020 r.

**Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.32.2020 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1:** dotyczy części nr 18

*„Czy Zamawiający dopuści w części nr 18 elektrody chirurgiczne 3rzędowe, 16 kontaktowe, oraz 2rzędowe 16 kontaktowe, o długości 65 i 90 cm, a także elektrody przezskórne ośmiokontaktowe, obejmujące 2,5 kręgu, o długości 60-90 cm, dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji elektrod w kanale kręgowym?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 2:** dotyczy części nr 18

*„Czy Zamawiający w części nr 18, w formularzu asortymentowo-cenowym, w pozycjach 2-8 zamieścił prawidłową wymaganą ilość elektrod chirurgicznych, oraz przezskórnych, przedłużaczy, programatorów pacjenta, kabli skringowych, zaślepek oraz adapterów?*


*W pozycji nr 1 formularza, dla części nr 18, Zamawiający wymaga zaoferowania 15 stymulatorów rdzeniowych, p/bólowych, stałonapięciowych, szesnastokontaktowych.*

*Aby zaoferowany sprzęt do stymulacji rdzenia kręgowego był kompletny, do każdego stymulatora rdzeniowego niezbędne są również pozostałe wymagane przez Zamawiającego w formularzu akcesoria: do wyboru jedna elektroda chirurgiczna szesnastokontaktowa, lub jedna, bądź dwie elektrody przezskórne ośmiokontaktowe, oraz jeden programator pacjenta. Opcjonalnie, do każdego stymulatora, mogą być również zastosowane: jeden lub dwa przedłużacze, jeden kabel skringowy, jedna zaślepka, oraz jeden adapter.”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje zmiany ilości w załączniku nr 1 do SIWZ (oferta) w części nr 18 (poprawiony załącznik nr 1 w części nr 18 w załączeniu).

**UWAGA:** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06.07.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie o godzinie 10:15.

  
z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Mikora  
I-co Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

CZĘŚĆ NR 18 - STYMULACJA RDZENIA DOPUSZCZONEGO DO BEZPIECZNEGO BADANIA MRI CAŁEGO CIAŁA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Miejsce produkcji	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Stymulator rdzeniowy p/bólwy stałonapięciowy, szesnastokontaktowy amplituda od 0 do 10,5V ( z przyrostem 0,05V lub 0,1V) Częstotliwość 2 – 130 Hz (przyrost 5Hz dla wartości od 10Hz do 130Hz), Szerokość impulsu 60 – 450 µs (przyrost 10 µs) Napięcie 0 – 10,5 V			Szt.	15					
2	Elektroda chirurgiczna 3rzędowa, 16 kontaktowa (długość 30 lub 65cm) Elektroda chirurgiczna 2rzędowa, 16 kontaktowa (długość 30 lub 65cm)			Szt.	1					
3	Elektrody przeskórne ośmiokontaktowe obejmujące 2,5 kręgu od 45-75cm, średnicy 1,3mm.			Szt.	1					
4	Przedłużacz do podłączenia pojedynczej elektrody do standardowego neurostymulatora, długość 20,40 lub 60cm.			Szt.	1					
5	Programator pacjenta			Szt.	1					
6	Kabel skringowy z zatrzaskiwaną obudową do testu śródoperacyjnego			Szt.	1					
7	Zaślepki do baterii stymulatora			Szt.	1					
8	Adapter			Szt.	1					

Czas uzupełnienia implantów\* ..... dni roboczych.

75-581 Koszalin  
ul. Chałubińskiego 7  
www.swk.med.pl  
e-mail: szpital@swk.med.pl

centrala: 94 34 88 400  
NIP 6691044410  
REGON 330006292-00036

BDO 000008455  
KRS 0000006505  
Sąd Rejonowy w Koszalinie  
IX Wydział Gospodarczy KRS