

Do:

Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.17.2020 JK – specjalistyczne zestawy zabiegowe

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy części nr 2 poz. 7:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cięcia cesarskiego zgodnego z wymaganiami SIWZ, jednakże w którym fartuchy chirurgiczne wykonane są z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Dotyczy części nr 1 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 90x160cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Dotyczy części nr 2 poz. 2,4,10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzeni z nich nowej części?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wydziela z części nr 2 poz. 2, 4, 10 do oddzielnej części nr 6 (patrz zmiana treści SIWZ).

PYTANIE NR 4

Dotyczy części nr 2 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- tampony gazowe średniej wielkości 3szt.
- pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12,5cm 1szt.
- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm 1szt.
- ostrze- skalpel 6,5 cm opakowane 1 szt.
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5

Dotyczy części nr 2 poz. 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym pęseta anatomiczna plastikowa ma długość 13 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 6**

Dotyczy części nr 2 poz. 10:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw z kleszczykami metalowymi o długości 18cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 7**

Dotyczy § 4 ust. 3 projektu umowy:

„Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?”

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE NR 8**

Dotyczy § 7 ust. 1.1.b projektu umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość wadliwej części dostawy?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 1.1.b projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części dostawy”.


**PYTANIE NR 9**

Dotyczy § 7 ust. 1.1.c projektu umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość brakującej części dostawy?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 1.1.c projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto brakującej części dostawy”.

  
z up. DYREKTORA  
Szpitala Województwa Pomorskiego w Koszalinie  
mgr *[Signature]*  
I-cz Dyrektora ds. Receptyjnej i Farmacji