

Koszalin, 04.08.2020 r.

Do:

Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.97.2020 JK – pompy insulinowe

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy §2 projektu umowy:

„6. Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

7. Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownymi certyfikatami.

8. Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkowania.

9. Za terminowość wykonanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Sprzedawca.”

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zapisy nie obowiązują w przypadku, gdy producent pomp nie wymaga okresowych przeglądów technicznych (czyli nie dotyczą Wykonawców, którzy przedstawią oświadczenie wytwórcy o braku wymogu okresowego serwisowania).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 2

Dotyczy poz. 22:

„Czy Zamawiający dopuści pompy insulinowe bez systemu CGM (nie współpracujące z systemem CGM, bez odbiornika na każdą pompę)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Dotyczy poz. 5 parametry oceniane:

„Prosimy o wyjaśnienie sposobu punktowania. Czy wykonawca oferujący pompę z możliwością wyboru ustawień g lub ww, ale bez możliwości wyboru ustawień mg/dl lub mmol/l otrzyma 0 czy 10 pkt?

ODPOWIEDŹ

W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.

PYTANIE NR 4

Dotyczy SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do SIWZ następującego parametru ocenianego (punktowanego):

„Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci osobistej pompy insulinowej oraz glukometrów różnych producentów dostępnych na rynku polskim oraz zaopatrzenie pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci osobistej pompy insulinowej oraz zintegrowanego z nią glukometru przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy

TAK - 20 pkt

NIE - 0 pkt”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Informatyki