

Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.92.2019 EK

Koszalin, 18.09.2019 r.

Do:

Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.92.2019 EK – preparaty specjalistyczne stosowane w chirurgii okulistycznej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 sterylny materiał wiskoelastyczny o cechach kohezyjnych zawierający hialuronian sodu o stężeniu 1.6%, masa cząsteczkowa >1 miliona Daltonów, lepkość 22 000 (+ 10.000) mPas, osmolarność 285-335 mOsm/kg, objętość jednostkowa opakowania 1 ml?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 7

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 perfluorodekalinę w fiolce 7 ml, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 Hydroksypropylometyloceluloza o następujących parametrach:

- 2.4 % roztwór hydroksypropylometylocelulozy:
- lepkość (5s1): 7000 mPas
- masa cząsteczkowa 500 000 DA
- Osmolarność 255-305 mOsmol/l
- pH 6,8-7,6
- opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 barwnik do torebki przedniej soczewki, roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,05% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, stosowany do barwienia torebki przedniej (kolor niebieski) w celu uwidocznienia włókien tkanek, fiołka 1.5 ml?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami w ampułkostrzykawce 0.7 ml?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.2”

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE NR 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?”

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE NR 9

„Uprzejmie prosimy o potwierdzenie że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiane ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie potwierdza.

PYTANIE NR 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę skrócenie terminu płatności do 30 dni?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 11: dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1, pkt.1)

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia wysokości kary umownej.

PYTANIE NR 12: dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1, pkt.2)

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia wysokości kary umownej.

PYTANIE NR 13: dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1, pkt.3)

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia wysokości kary umownej.

PYTANIE NR 14: dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1, pkt.4)

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia wysokości kary umownej.

PYTANIE NR 15: dotyczy projektu umowy

„Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy dostawy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający w Części nr 8 dopuści pojemność 2,5 ml?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 3

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części nr 3 płynu wiskoelastycznego dyspersyjnego do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze o masie cząsteczkowej NaHa >500 000 siarczan chondroityny ~ 22 500, przy zachowaniu pozostałych parametrów.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 18: dotyczy projektu umowy § 3 ust. 5

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §3 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Kupujący zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 80%.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 19: dotyczy projektu umowy § 4 ust. 3

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §4 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 20: dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Na pisemne żądanie Kupującego Sprzedawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 21: dotyczy projektu umowy § 6 ust. 9

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 9 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 22: dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 i ust. 3

„Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §7 ust. 1 i ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki w realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości netto towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki,
- 2) niedostarczenia w terminie 7 dni roboczych dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej części umowy,
- 3) nienależytego wykonywania umowy z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 2% wartości netto niezrealizowanej części umowy,
- 4) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 23: dotyczy projektu umowy § 8

„Zwracam się z prośbą o wykreślenie §8 z projektu umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający w Części Nr 11 dopuści olej silikonowy o wskaźniku refrakcji 1,401-1,405?”

ODPOWIEDŹ

Tak.


PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 14

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 Lp. 1 i 14 Lp.2 płyny wiskoelastyczne spełniające odpowiednio wszystkie charakterystyki wymagane dla tej części i tych pozycji przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ str. 16). Jeśli nie spełniają one wymogu dotyczącego odpowiednio kohezji lub dyspersyjności podanego przez Zamawiającego w tabeli formularza oferty (str. 13 SIWZ)

Uzasadnienie: Według naszej najlepszej wiedzy Zamawiający najprawdopodobniej popełnił w tabeli formularza oferty (str. 13 SIWZ) pomyłkę redakcyjną dotyczącą kolejności opisu, ponieważ wiskoelastyk o charakterystyce z LP.1 tj. 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu powinien być określony jako dyspersyjny; zaś wiskoelastyk o charakterystyce z LP.2 tj. 1,8% hialuronian sodu powinien być określony jako kohezjny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia kolejność w formularzu ofertowym opisanych wiskoelastyków (poprawiony formularz ofertowy części nr 14 w załączeniu).

DYRKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

lek. med. Anarzej Kowalszewska

CZĘŚĆ NR 14 ZESTAWIŁYNÓW WISKOELASTYCZNYCH DO FAKOEMULSJEIKACJI W STERYLNYM BLISTRZE

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Płyn viskoelastyczny do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze (dyspersyjny)			szt.	1 500					
2	Płyn viskoelastyczny do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze (kohezyjny)			szt.	1 500					
RAZEM										
<div style="text-align: right;"> Data i podpis wykonawcy </div>										