



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.121.2019 JK

Koszalin, 18.11.2019 r.

Do:

Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.121.2019 JK – procesor tkankowy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach w odniesieniu do opisanych w załączniku 2 do SWZ:

Punkt opisu przedmiotu zamówienia	Proponowane rozwiązanie
5	Pojemność wsadu komory 300 kasetek - dwa kosze o pojemności 150 kasetek każdy
7	Łatwo dostępne pojemniki na odczynniki z możliwością wizualnej oceny poziomu ich zawartości
15	Butle podłączane za pomocą szybkozłączy z kliknięciem potwierdzającym prawidłowe podłączenie
16	brak procedury oczyszczania parafiny
18	Możliwość zapamiętania 18 programów w tym program standardowy, szybki oraz odwrócony
22	Wymienne pojemniki na odczynniki o pojemności 2,5 l
24	Pojemniki z parafiną wymieniane manualnie z opcją usunięcia parafiny bezpośrednio z komory reakcyjnej po wykonaniu ostatniego cyklu danej partii parafiny

ODPOWIEDŹ

Punkt opisu przedmiotu zamówienia:

- 5 - Zamawiający dopuszcza
- 7 - Zamawiający dopuszcza
- 15 - Zamawiający nie dopuszcza
- 16 - Zamawiający nie dopuszcza
- 18 - Zamawiający dopuszcza
- 22 - Zamawiający nie dopuszcza
- 24 - Zamawiający nie dopuszcza

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycyjnych