



Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.14.2019 JK

Koszalin, 05.03.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.14.2019 JK – sprzęt medyczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zmianie ulega:

I. Projekt umowy. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:

- 1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2.
- 2) usuwania awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu usunięcia awarii lub wymiany sprzętu na nowy lub dostawy sprzętu zastępczego, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie awarii lub wymiany sprzętu.
- 3) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 20% wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 2.”

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ):

Część nr 3:

- 1) pkt 26 otrzymuje brzmienie: „Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV minimalny zakres: 2-60 cmH2O”
- 2) pkt 73 otrzymuje brzmienie: „Prezentacja na ekranie trendów graficznych parametrów monitorowanych i nastawianych do 1 roku wstecz”

Część nr 8:

- 1) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe lub stabilnie zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia.”
- 2) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 800 W.”

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.03.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15.

Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr inż. ... NIKORA
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych