

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
75 – 581 KOSZALIN

NIP 669-10-44-410

REGON 330006292

BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż 221 000 EURO**

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

**SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
STOSOWANY W ODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII**

NUMER POSTĘPOWANIA: TP.382.87.2019 EK

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 07.10.2019

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
z up. DYREKTORA

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do stosowania w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV):
 - Urządzenia medyczne - 33100000-1;
 - Igły do znieczuleń – 33141321-6;
 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji - 33171000-9;
 - Kompresy - 33141119-7;
 - Igły medyczne – 33141320-2;
 - Torby do gromadzenia płynów ustrojowych - 33141610-9;
 - Zestawy medyczne – 33141620-2;
 - Dreny – 33141640-8;
 - Cewniki – 33141200-2;
 - Artykuły do infuzji - 33194120-3;
 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne - 33141000-0.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 2 do SIWZ](#).
4. Prawo opcji.

Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

DZIAŁ II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczycowego i neuroliz;
2. Część nr 2 – Igły do blokad splotów nerwowych;
3. Część nr 3 – Rurki intubacyjne;
4. Część nr 4 – Okład ciepło / zimno;
5. Część nr 5 – Prowadnice do rurek intubacyjnych;
6. Część nr 6 – Rurki intubacyjne wstępnie uformowane;
7. Część nr 7 – Rurki tracheostomijne;
8. Część nr 8 – Rurki ustno-gardłowe;
9. Część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków;
10. Część nr 10 – Cewniki do odsysania, zgłębniki;
11. Część nr 11 – Worki do godzinowej zbiórki moczu;
12. Część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych;
13. Część nr 13 – Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne;
14. Część nr 14 – Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe;
15. Część nr 15 – Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych;
16. Część nr 16 – Przeptywowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku;
17. Część nr 17 – Aparaty do pompy firmy Braun;
18. Część nr 18 – Regulator prędkości przepływu;
19. Część nr 19 – Koczek dla dorosłych do aparatu Equator i Mistral;
20. Część nr 20 – Linie do podgrzewacza Hotline;
21. Część nr 21 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń;
22. Część nr 22 – Maska anestetyczna;
23. Część nr 23 – Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, dreny, katetery, kraniki;
24. Część nr 24 – Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowych podpajęczycowych (CSE);
25. Część nr 25 – Zestawy do pomiaru ciśnienia;
26. Część nr 26 – Obwody pacjenta do respiratora Trilogy;
27. Część nr 27 – Obwody do aparatu do znieczulenia;

28. Część nr 28 – Obwody do respiratora dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych;
29. Część nr 29 – Elektrody do czasowej stymulacji serca;
30. Część nr 30 – Przyrządy do żywienia dojelitowego;
31. Część nr 31 – Przedłużacze anestezyjologiczne;
32. Część nr 32 – Dreny do pompy objętościowej Graseby 3000;
33. Część nr 33 – Przedłużacze do pomp strzykawkowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty podpisania umowy.

DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, tj.:
 - 1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 11) wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 12) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa:
 - 1) formularz ofertowy – [Załącznik nr 1 do SIWZ](#);
 - 2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – [Załącznik nr 4 do SIWZ](#);
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
 - 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
 - a) Część nr: 1 – poz.1 - 1 sztuka z dowolnego rozmiaru, poz. 2 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru, poz. 3 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru - dotyczy formularza ofertowego
 - b) Część nr: 2 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - c) Część nr: 3 – 2 sztuki z pozycji 1, tj.: 1 sztuka w rozmiarze od 3.5 do 4.5 i 1 sztuka w rozmiarze 5.0 do 9.5 oraz po 1 sztuce z pozycji 2 i 3 - dotyczy formularza ofertowego ;
 - d) Część nr: 4 – 1 sztuka;
 - e) Część nr: 5 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - f) Część nr: 6 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - g) Część nr: 7 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - h) Część nr: 8 – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru - dotyczy formularza ofertowego;
 - i) Część nr: 9 – 1 sztuka;
 - j) Część nr: 10 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - k) Część nr: 11 – 1 sztuka;
 - l) Część nr: 12 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - m) Część nr: 13 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - n) Część nr: 14 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - o) Część nr: 15 – 1 sztuka;
 - p) Część nr: 16 – 1 sztuka;
 - q) Część nr: 17 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - r) Część nr: 18 – 1 sztuka;
 - s) Część nr: 19 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - t) Część nr: 20 – 1 sztuka;
 - u) Część nr: 21 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - v) Część nr: 22 – 1 sztuka;
 - w) Część nr: 23 – strony katalogu z wyraźnym zdjęciem i czytelnym opisem;
 - x) Część nr: 24 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - y) Część nr: 25 – 1 sztuka;
 - z) Część nr: 26 – 1 sztuka;
 - aa) Część nr: 27 – 1 sztuka;
 - bb) Część nr: 28 – 1 sztuka;
 - cc) Część nr: 29 – 1 sztuka z każdej pozycji formularza ofertowego;
 - dd) Część nr: 30 – 1 sztuka z poz. 1,3,4,5,8 formularza ofertowego;
 - ee) Część nr: 31 – 1 sztuka;
 - ff) Część nr: 32 – strony katalogu z wyraźnym zdjęciem i czytelnym opisem
 - gg) Część nr: 33 – 1 sztuka z każdej pozycji;
 - 2) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SIWZ](#);
 - 3) deklaracja zgodności z załącznikami;
 - 4) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne;
 - 5) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta) – dotyczy wszystkich części;

- 6) dokument potwierdzający testowanie regulatora prędkości przepływu na lipidach (dot. części nr 18).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokumenty (pkt 1 - 5) numerem części.

3. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Zamawiającego, co do prawdziwości oświadczeń potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, ~~spełniają warunki udziału w postępowaniu~~, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24aa zastosuje „procedurę odwróconą” t.j. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

DZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

[Ewelina Kopaczewska inspektor ds. zamówień publicznych](#)
tel.: 94 34-88-109; fax.: 94 34-88-103; e-mail: ewelina@swk.med.pl

UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

DZIAŁ IX. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

DZIAŁ X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

DZIAŁ XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 - 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 - 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 - 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
 - 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 - 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
 - 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w

treści niniejszej SIWZ.

- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
 - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - e) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

„NAZWA WYKONAWCY

Nr Postępowania: TP.382.87.2019 EK

Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku stosowany w oddziałach anesteziologii i intensywnej terapii”

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

NIE OTWIERAĆ PRZED(TERMIN OTWARCIA OFERT).....

DZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 15.10.2019 r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranim wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

DZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

2. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XVI. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 3 do SIWZ](#).

DZIAŁ XVII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 3) wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - 5) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.
5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

DZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie
 - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 - 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego;
 - e) opisu przedmiotu zamówienia;
 - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
 - 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Skarga do sądu

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
- 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
- 8) Skarga powinna zawierać żądanie wymagalnym przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
- 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

DZIAŁ XIX. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów

- 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego:
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złożeniu pisemnego wniosku;
 - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym;
 - bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,
 - b) przesłanie kopii protokołu:
 - Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złożeniu pisemnego wniosku;
 - cena kopii 1 strony wersji papierowej wynosi 79 gr brutto;
 - jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

DZIAŁ XXI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.
4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Województwo:
KRS lub inny organ rejestrowy:
Wielkość przedsiębiorstwa	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Osoby upoważniona do kontaktu	Imię i nazwisko; Tel./fax Adres e-mail:.....
Nr rachunku bankowego:

2. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZEŚĆ NR 1 IGŁY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Igły do znieczulenia podpajęczego pencil-point	25G x 90 mm 26G x 90mm 27G x 90 mm			szt.	3 500					
2	Igły do znieczulenia podpajęczego	25/26/27G x 120-130 mm			szt.	50					
3	Igła do neuroliz	18 G – 20 G x 150 mm; 20 G-22 G x 200 mm			szt.	10					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 2 IGŁY DO BLOKAD SPLOTÓW NERWOWYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Igły do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG	22G/50mm			szt.	200					
2	Igły do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG	22G/80mm			szt.	100					
3	Igły do blokad splotów nerwowych przy użyciu stymulatora	22G/50mm			szt.	100					
4	Igły do blokad TAP	21G/110mm			szt.	50					

RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 3 RURKI INTUBACYJNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym	od nr 3,5 do nr 9,5 co 0,5			szt.	4 300					
2	Rurki intubacyjne bez mankietu	od nr 4,0 do nr 6,5 co 0,5			szt.	200					
3	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym	6.0, 7.0, 8.0, 9.0			szt.	400					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 4 OKŁAD CIEPŁO / ZIMNO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	okład ciepło / zimno	15 x 26 cm (+/- 1 cm)			szt.	900					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 5 PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Prowadnice do rurek intubacyjnych	-			szt.	400					
2	Prowadnice do trudnych intubacji	5,0 mm x 800 mm			szt.	200					
3	Prowadnice do trudnych intubacji dla niemowląt do rurki 2.0, 2.5, 3.0	1,6 - 2,0			szt.	20					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 6 RURKI INTUBACYJNE WSTĘPNIE UFORMOWANE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurka intubacyjna wersja północ	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0			szt.	20					

2	Rurka intubacyjna wersja południe	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0			szt.	20					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 7 RURKI TRACHEOSTOMIJNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurka standardowa tracheostomijna dla dzieci	3.0, 3.5, 4.0, 4.5			szt.	80					
2	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza	5.0, 6.0, 7.0, 8.0			szt.	50					
3	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym	7.0, 7.5, 8.0			szt.	100					
4	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0			szt.	20					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 8 RURKI USTNO-GARDŁOWE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurki ustno-gardłowe	0,1,2,3,4,5			szt.	3 500					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 9 OKULKARKI DO FOTOTERAPII DLA NOWORODKÓW											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Okulkarki do fototerapii dla noworodków	małe, średnie, duże			szt.	900					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 10 CEWNIKI DO ODSYSANIA, PRZEDŁUŻACZE, ZGŁĘBNIKI											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Cewnik do odsysania	Ch 4 dł. 500-600 mm			szt.	600					

2	Cewnik do odsysania	Ch6, Ch8, Ch10, Ch12 dł. 500-600 mm Ch 14, Ch 16, Ch 18 dł. min. 600 mm			szt.	100 000					
3	Cewnik do karmienia niemowląt z zatyczką	Ch 6, Ch 8 dł. od 400 mm do 600 mm			szt.	15 000					
4	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy)	-			szt.	10 000					
5	Zgłębnik żołądkowy sterylny	Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16 – dł. min. 800 mm Ch 18, Ch 20 – dł. min. 1000 mm			szt.	2 500					
6	Zgłębnik żołądkowy sterylny	Ch 28 – dł. min. 1000 mm			szt.	100					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 11 WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Worki do godzinowej zbiórki moczu	2000 ml			szt.	150					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 12 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE I MECHANICZNE DLA DOROSŁYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych			szt.	10 000						
2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym dla dorosłych			szt.	200						
3	Sterylny filtr mechaniczny dla dorosłych			szt.	700						
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 13 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE PEDIATRYCZNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci			szt.	400						

2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym			szt.	200					
RAZEM										
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 14 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE NOWORODKOWE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, noworodkowy			szt.	300					
2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla niemowląt i dzieci			szt.	300					
RAZEM										
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH I INTUBACYJNYCH										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych			szt.	1 600					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 16 PRZEPIYWOWY NAWILŻACZ TLENU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku			szt.	2 000					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 17 APARATY DO POMPY FIRMY BRAUN										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Aparaty do przetaczania płynów, do pompy infuzyjnej typu Infusomat			szt.	1 400					
2	Aparaty do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych do pompy infuzyjnej typu Infusomat			szt.	400					

3	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych			szt.	300					
4	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych, filtr bakteryjny i cząsteczkowy 0,2 µm			szt.	300					
RAZEM										
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 18 REGULATOR PRĘDKOŚCI PRZEPIYWU										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	aparat do precyzyjnego sterowania szybkością przepływu w grawitacyjnych infuzjach dożylnych			szt.	2 500					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 19 KOCYK DLA DOROSŁYCH DO APARATU EQUATOR I MISTRAL										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kocyk dla dorosłych na górną połowę ciała do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku posiadający stabilny system łączenia			szt.	200					
2	Kocyk dla dorosłych na całe ciało do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku			szt.	100					
RAZEM										
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 20 LINIE DO PODGRZEWACZA HOTLINE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Linie do przepływowego podgrzewacza płynów i krwi jednorazowego użytku			szt.	200					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 21 ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń-dwukanałowe	6F/15G 7F/14G			szt.	50					

2	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń-trzykanałowe	7F/14G			szt.	1000					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 22 MASKA ANESTETYCZNA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maska anestetyczna			szt.	2 500					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 23 ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEGO DRENAŻU, RAMPY, DRENY, KATETERY, KRANKI											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do drenażu przezskórnego - rozszerzony	6F, 9F			szt.	100					
2	Zestaw do drenażu przezskórnego-jednostopniowy	9F			szt.	100					
3	Przedłużacz do drenażu przezskórnego	12F			szt.	400					
4	Rampa trójdrożna – jednorazowego użytku sterylna	-			szt.	500					
5	Rampa dwudrożna – jednorazowego użytku sterylna	-			szt.	1 000					
6	Dren do klatki piersiowej	F18 – F36 dł. 50 cm			szt.	30					
7	Kateter do szynowania jelit	300 cm			szt.	5					
8	Kranik trójdrożny z przedłużeniem luer-loc	7 cm			szt.	1000					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 24 ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH CIĄGLYCH ORAZ ŁĄCZONYCH ZEWNĄTRZOPONOWYCH - PODPAJĘCZYCH (CSE)										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego			szt.	300					
2	Dodatkowe wyposażenie zestawu -Filtry zewnątrzoponowe płaskie			szt.	20					

3	Igła Touhy			szt.	20					
4	Strzykawka niskooporowa			szt.	20					
RAZEM										
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 25 ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestawy do pomiaru ciśnienia			szt.	650					
..... Data i podpis wykonawcy										

CZEŚĆ NR 26 KOMPATYBILNE OBWODY DO RESPIRATORA TRILOGY MODEL 202											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obwód pacjenta do respiratora, jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, sterylny + wąż do tlenu. Obwód z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia. W zestawie gotowe do użycia.	150 cm			szt.	100					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 27 OBWODY DO APARATU DO ZNIECZULENIA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obwód oddechowy jednorazowy do znieczulania (dwie rury, dl min. 180 cm, jedna rura dł. 120 – 130 cm, łącznik Y – z wejściem dla drenu do pomiaru kapnometrii oraz kolankiem 90°, łącznik prosty, worek oddechowy 2-3 litrowy, z uchwytem do zawieszenia)	2 rury min 180 cm, 1 rura 120 – 130 cm			Kpl.	1 000					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 28 OBWODY DO RESPIRATORA DLA POTRZEB INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Układ obwodów do respiratora, jednorazowego użytku (dwie rury elastyczne dł. 120-180 cm, łącznik Y – wyposażony w port zabezpieczony zatyczką, worek oddechowy 2-3 litrowy)	2 rury dł. 120-180 cm			Kpl	1 000					
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 29 ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca	6Fx125 cm, 7Fx125 cm			szt.	50					
2	Introduktor do wprowadzania elektrod	7Fx120mm, 8Fx120mm			szt.	50					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 30 PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Aparaty do pompy FLOCARE INFINITY	na butelkę i pack			szt.	2 200					
2	Zgłębnik gastrostomijny	14, 18, 20/23cm			szt.	30					
3	Conektor Enlock	-			szt.	1 500					
4	Conektor Oral-Luer	-			szt.	1 000					
5	Przyrządy do żywienia	pack			szt.	200					
6	Przyrządy do żywienia	na butelki			szt.	100					
7	Zgłębnik poliuretanowy	10/130 cm			szt.	20					
8	Zgłębnik poliuretanowy	12/110-130 cm			szt.	20					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 31 PRZEDŁUŻACZE ANESTEZJOLOGICZNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	.Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przedłużacze anestezjologiczne	dł. 12-15 cm + łącznik Ø 15 mmF/22mmF			szt.	3 000					
2	Łącznik obrotowy	15 mm			szt.	100					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 32 DRENY DO POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ GRASEBY 3000											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Zestaw do krwi bez portu do wstrzyknięć -standard			szt.	10						
2	Zestaw infuzyjny pediatryczny z portem – standard			szt.	10						
3	Zestaw infuzyjny do przetoczeń chemioterapeutyków			szt.	50						
4	Zestaw infuzyjny do przetoczeń z portem - standard			szt.	50						
5	Filtr do płynów na 96 godzin dla noworodków			szt.	50						
6	Filtr do żywienia dojelitowego dla noworodków			szt.	50						
7	Zestaw infuzyjny do przetoczeń leków cytotoksycznych			szt.	700						
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

CZEŚĆ NR 33 PRZEDŁUŻACZE DO POMP STRZYKAWKOWYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 90 cm			szt.	100					
2	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 120 cm			szt.	100					
3	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 150 cm			szt.	20 000					
4	Przedłużacz do pomp luer-lock bursztynowy	dł. min.150 cm			szt.	4 000					
RAZEM											
..... Data i podpis wykonawcy											

3. Oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części;
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 9) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 - IGLY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą				
1	rozmiar:	25G x 90mm, 26G x 90mm, 27G x 90mm,		
2	bez oporów przesuwające się względem siebie	tak		
3	pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm	tak		
4	z systemem blokowania igły w igle	tak		
5	otwór w igle boczny, gładki	tak		
6	nasadka igły pencil point – przezierna, mandryn igły o odpowiedniej sprężystości umożliwiającej łatwą implantację w igle	tak		
II. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą				
1	rozmiar:	25/26/27G x 120-130 mm		
2	bez oporów przesuwające się względem siebie	tak		
3	pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm	tak		
4	z systemem blokowania igły w igle	tak		
III. Igła do neurolizy splotów nerwowych jednorazowego użytku				
1	rozmiar:	18 G – 20 G x 150 mm; 20 G-22 G x 200 mm		
2	sterylna	tak		
3	nietoksyczna	tak		
4	apiroenna	tak		
5	z mandrynem	tak		
6	pakowane po 1 szt.	tak		

CZĘŚĆ NR 2 - IGLY DO BLOKAD SPLOTÓW NERWOWYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I Igła do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG i przy użyciu stymulatora				
1	igła typu facet tip	22G dł. 50mm 22G dł. 80 mm – pod kontrolą USG 22G dł. 50 mm – przy użyciu stymulatora		
2	igła pokryta powłoką polimerową wewnątrz i na zewnątrz na min. 90% długości roboczej	tak		
3	nieizolowana powierzchnia przewodząca stanowiąca max 10% powierzchni igły	tak		
4	gładkie przejście przewodzącego zakończenia igły w powłokę izolacyjną	tak		
5	igła z kablem ze złączem elektrycznym	dł. min. 50 cm		
6	adaptacyjna rurka iniekcyjna odłączana od igły	dł. min. 40cm		
7	widoczna pod kontrolą usg niezależnie od kąta nakłucia	tak		
8	wyposażona w oznaczenie głębokości widoczne w obrazie usg	tak		
9	skalowana co 1cm na całej długości	tak		
10	markery skali widoczne pod kontrolą usg	tak		
II Igła do blokad TAP widoczna pod USG				

1	igła z zakończeniem fasetowym wyposażona w adaptacyjną rurkę iniekcyjną dedykowaną do blokad TAP	tak		
2	igła widoczna pod USG w swoim odcinku dystalnym – min 20mm, z oznaczeniem głębokości co 1cm	21G dł. 110mm		
3	igła widoczna pod USG niezależnie od kąta nakłucia	tak		
4	igła kodowana kolorem	tak		

CZĘŚĆ NR 3 - RURKI INTUBACYJNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym				
1	rozmiar	od nr 3.5 do nr 9,5 co 0,5		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	przezroczysta	tak		
5	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	dostosowane do intubacji nosowo/ ustno-tchawiczej	tak		
8	pakowane pojedynczo	tak		
9	mankiet uszczelniający niskociśnieniowy	tak		
10	mankiet o kształcie stożka lub zwężający się ku dołowi o ograniczonej przenikalności N ₂ O	tak		
11	stopień napełnienia balonu odzwierciedlający napełnienie mankieta	tak		
12	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego),	tak		
13	łącznik 15 mm	tak		
II Rurka intubacyjna bez mankieta				
1	rozmiar:	od nr 4,0 do nr 6,5 co 0,5		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	przezroczysta	tak		
5	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	dostosowane do intubacji nosowo/ ustno-tchawiczej	tak		
8	pakowane pojedynczo	tak		
9	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego)	tak		
10	łącznik	15 mm		
III Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym				
1	rozmiar:	6.0, 7.0, 8.0, 9.0		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	z czytelną co najmniej pojedynczą skalą głębokości intubacji	tak		
5	dostosowane do intubacji nosowo/ustno-tchawiczej	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	pakowane pojedynczo	tak		
8	mankiet uszczelniający niskociśnieniowy	tak		
9	stopień napełnienia balonu odzwierciedlający napełnienie mankieta	tak		

10	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego)	tak		
11	łącznik	15 mm		

CZĘŚĆ NR 4 – OKŁAD CIEPŁO / ZIMNO				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Okład żelowy typu ciepło/ zimno z dodatkową flizelinową powłoką zewnętrzną zapobiegającą ewentualnemu oparzeniu/ odmrożeniu	15 cm x 26 cm (+/- 1 cm)		
2	produkt biodegradowalny - możliwość usuwania wraz ze zwykłymi odpadami	tak		
3	nie zawierający PCV i lateksu	tak		

CZĘŚĆ NR 5 – PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych: miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa, jednorazowego użytku.	tak		
2	Prowadnica do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm. Zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie. Dostępna jednorazowa. Bez lateksu, bez ftalanów. Pakowana w sztywny futerał.	5,0mm x 800mm		
3	Prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt. Wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna, miękki koniec, znacznik głębokości wprowadzenia. Zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0. Bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w sztywny futerał.	rozmiar 1,6 – 2,0		

CZĘŚĆ NR 6 – RURKI INTUBACYJNE WSTĘPNIE UFORMOWANE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Wersja północ			
1	rozmiar	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0		
2	wstępnie uformowane rurki intubacyjne ustne i nosowe	tak		
3	sterylne	tak		
4	ze złączem	15mm		
5	jednorazowe	tak		
6	z mankietem o kształcie stożka lub zwężającym się ku dołowi, o dużej objętości i niskim ciśnieniu	tak		
7	linia radiocieniująca umożliwiająca lokalizację	tak		
8	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
9	pakowane pojedynczo	tak		
10	wstępnie ukształtowana o mniejszym ryzyku załamania, ułatwiająca dostęp do pola operacyjnego	tak		
II	Wersja południe			
1	rozmiar	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0		
2	wstępnie uformowane rurki intubacyjne ustne i nosowe	tak		
3	sterylne	tak		
4	ze złączem	15mm		

5	jednorazowe	tak		
6	z mankietem o kształcie stożka lub zwężającym się ku dołowi, o dużej objętości i niskim ciśnieniu	tak		
7	linia radiocieniująca umożliwiająca lokalizację	tak		
8	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
9	pakowane pojedynczo	tak		
10	wstępnie ukształtowana o mniejszym ryzyku załamania ułatwiająca dostęp do pola operacyjnego	tak		

CZĘŚĆ NR 7 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I Standardowe rurki tracheostomijne dla dzieci				
1	rozmiar	3.0, 3.5, 4.0, 4.5		
2	z ruchomym szyldem	tak		
3	bez mankietu	tak		
4	przezroczyste lub półprzezroczyste	tak		
5	elastyczne	tak		
6	posiadające mocowanie	tak		
7	wykonane z PCV, silikonowane	tak		
8	niepowodujące odleżyn	tak		
9	sterylne	tak		
II Rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza				
1	rozmiar	5.0, 6.0, 7.0, 8.0		
2	posiadające mechanizm blokujący, umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°	tak		
3	z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym	tak		
4	z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu soft-seal	tak		
5	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankietu	tak		
6	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankietu	tak		
7	wykonany z mieszaniny silikonu i PCV	tak		
8	półprzezroczysta	tak		
9	jednorazowe	tak		
10	jałowe	tak		
11	pojedynczo pakowane	tak		
III Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym				
1	rozmiar	7.0, 7.5, 8.0		
2	posiadające system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu soft-seal	tak		
3	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankietu	tak		
4	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankietu	tak		
5	jednorazowe	tak		
6	jałowe	tak		
7	przezroczyste	tak		
8	pojedynczo pakowane	tak		
9	przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki	tak		
10	samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę	tak		
IV Rurki tracheostomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośnia				
1	rozmiar	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0		

2	jednorazowe	tak		
3	jałowe	tak		
4	przezroczyste	tak		
5	pojedynczo pakowane	tak		
6	przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki	tak		
7	posiadający system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankiету typu soft-seal	tak		
8	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankiету	tak		
9	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankiету	tak		
10	samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę	tak		
11	z dodatkowym światłem wbudowanym w ścianie rurki umożliwiającym odsysanie przestrzeni podgłośniowej	tak		

CZĘŚĆ NR 8 - RURKI USTNO-GARDŁOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	rozmiar	0,1,2,3,4,5		
2	rozmiar oznakowany kolorem	tak		
3	miękkie	tak		
4	elastyczne	tak		
5	sterylne	tak		
6	pakowane pojedynczo	tak		
7	jednorazowe	tak		

CZĘŚĆ NR 9 - OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA NOWORODKÓW

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający ryzyko podrażnienia skóry	małe, średnie, duże		
2	Ośłona na oczy chroniąca je przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularków na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie			
3	Nie przemieszczające się na główce dziecka dzięki konstrukcji w kształcie litery Y			
4	Dopasowujące się do każdego kształtu głowy dzięki elastycznym mocowaniom na rzepy			

CZĘŚĆ NR 10 - CEWNIKI DO ODSYSANIA, PRZEDŁUŻACZE, ZGŁĘBNIKI

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Cewnik do odsysania, sterylny, przezroczysty, miękki z bocznymi owalnymi i głęboko wyprofilowanymi nie mniejszymi niż \varnothing 3mm lekko zaokrąglonymi otworami do odsysania, bez dodatkowej redukcji ssania złączony na stałe z kołnierzem karbowanym wewnątrz, pakowane prosto.	Ch4, Ch6, Ch8, Ch10, Ch12 - długość. 500-600 mm; Ch14, Ch16, Ch18 - długość min. 600 mm		
2	Cewniki sterylne, przezroczyste, elastyczne do karmienia niemowląt z zatyczką jednorazowego użytku, pakowane prosto.	Ch6, Ch8 - długość od 400 mm do 600 mm		
3	Cewniki do podawania tlenu przez nos (wąsy) jednorazowego użytku, z końcówką do reduktora miękką stożkową dla dzieci i dorosłych	tak		

4	Zgłębniki żołądkowe sterylne, elastyczne, niezałamujące się przy wprowadzaniu, z zatyczką (dla rozmiaru Ch8 do Ch20), z atraumatyczną końcówką łatwo wprowadzającą. Rozmiar Ch28 bez zatyczki.	Ch8, Ch10, Ch12, Ch14, Ch16 - długość. min. 800mm; Ch18, Ch20, Ch28 - długość min. 1000mm		
---	--	--	--	--

CZĘŚĆ NR 11 – WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	pojemność worka	min. 2000ml		
2	pojemność komory pomiarowej z podziałką precyzyjną	min. 200ml		
3	port do pobierania próbek	tak		
4	odpowietrznik z filtrem	tak		
5	zastawka antyrefluksowa	tak		
6	uniwersalny wieszak - umożliwiający prawidłowy odczyt w trakcie użytkowania	tak		
7	nieprzywierające ścianki worka	tak		
8	dren odprowadzeniowy	min. 150cm		

CZĘŚĆ NR 12 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE I MECHANICZNE DLA DOROSŁYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 45ml		
4	masa	max. 31g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 2,5cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 750ml	min. 30 mg/l		
10	temperatura zwrotna przy VT 750ml	min. 30° C		
11	złącza standardowe proste	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
II	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym dla dorosłych			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 45ml		
4	masa	max. 30g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 2,5cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 750ml	min. 30,2 mg/l		
10	temperatura zwrotna przy VT 750ml	min. 30° C		
11	złącze boczne	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
III	Sterylny filtr mechaniczny dla dorosłych			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 92ml		
4	masa	max. 53g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 1,9cm H ₂ O		

8	skuteczność filtracji	min. 99,99%	
9	skuteczność nawilżania	min. 31mg/l przy VT500	
10	temperatura zwrotna	min. 33,5° C	
11	złącza proste standardowe	tak	
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak	

CZĘŚĆ NR 13 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE PEDIATRYCZNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 26ml		
4	masa	max. 21g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 20 l/min	max. 1,4cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 100ml	min. 32 mg/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości oddechowej	150-600 ml		
II	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 13ml		
4	masa	max. 12g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy min. 24h	tak		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 0,7cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 70ml	min. 31 mg/l		
10	złącze boczne	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości VT	50-250 ml		

CZĘŚĆ NR 14 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE NOWORODKOWE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, noworodkowy			
1	antybakteryjny, antywirusowy HME	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 10ml		
4	masa nie większa niż	max. 9g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 1,5cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 50ml	min. 28 H ₂ O/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości	30-100 ml		
II	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla niemowląt i dzieci			
1	antybakteryjny, antywirusowy HME	tak		

2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 29ml		
4	masa nie większa niż	max. 21g		
5	przezierność	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 1,4cm H ₂ O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 250ml	min. 31 H ₂ O/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości oddechowej	75-300 ml		

CZĘŚĆ NR 15 - WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH I INTUBACYJNYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	membrana nawilżająca rozmieszczona satelitarne wokół otworu do odsysania i bronchoskopii o powierzchni	min. 500cm ²		
2	centralny otwór do odsysania i bronchoskopii	min. 6mm		
3	zintegrowany port do podawania tlenu	tak		
4	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 16ml		
5	masa	max. 9g		
6	przezierność	tak		
7	czas pracy	min. 24h		
8	opór przepływu przy 60 l/min	max. 1,9cm H ₂ O		
9	skuteczność nawilżania przy VT 500ml	min. 28,5 mg/l		
10	temperatura zwrotna	min. 29 st. C		
11	złącza standardowe proste	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		

CZĘŚĆ NR 16 - PRZEPLÝWOWY NAWILŻACZ TLENU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	zamknięty system do nawilżania tlenu z adapterem do reduktora tlenowego.	500 ml		
2	uniwersalny do nebulizacji, aktywnego nawilżania, inhalacji.	tak		
3	butelka wyposażona w system mikrodyfuzorów umożliwiających przepływ tlenu przez całą objętość wody w boczne porty.	tak		
4	pojemnik z wodą + głowica, woda do tlenoterapii biernej, jałowa	tak		

CZĘŚĆ NR 17 - APARATY DO POMPY FIRMY BRAUN				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Aparaty do przetaczania płynów do pompy infuzyjnej typu Infusomat,	średnica kołnierza na kroplomierzu 20 mm.		
2	Aparaty do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych do pompy infuzyjnej typu Infusomat,			
3	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych	długość 250 cm		
4	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych, filtr bakteryjny i cząsteczkowy 0,2µm	długość 250 cm		

CZEŚĆ NR 18 - REGULATOR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	aparat do precyzyjnego sterowania szybkością przepływu w grawitacyjnych infuzjach dożylnych.	min. zakres od 0 ml/h do 250ml/h		
2	zestaw kroplowy	tak		
3	dren z portem do iniekcji, od strony pacjenta zakończony łącznikiem luer-lock z obrotowym kołnierzem	tak		
4	posiadający bezzwrotną zastawkę	tak		
5	regulator prędkości przepływu testowany na lipidach (potwierdzenie testowania na lipidach)	tak		

CZEŚĆ NR 19 - KOCYK DLA DOROSŁYCH DO APARATU EQUATOR I MISTRAL				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Kocyk dla dorosłych na górną połowę ciała do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku posiadający stabilny system łączenia			
1	wyposażony w port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka z taśmą mocującą na brzegach	tak		
2	dopuszczone przez producenta urządzenia do stosowania z ogrzewaczem Equator i Mistral	tak		
II	Kocyk dla dorosłych na całe ciało do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku			
1	wyposażony w port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka z taśmą mocującą na brzegach	tak		
2	dopuszczone przez producenta urządzenia do stosowania z ogrzewaczem Equator i Mistral	tak		

CZEŚĆ NR 20 - LINIE DO PODGRZEWACZA HOTLINE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Linie do przepływowego podgrzewacza płynów i krwi jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z podgrzewaczem HOTLINE	tak		

CZEŚĆ NR 21 - ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – dwukanałowy: sterylny, kateter dwukanałowy, skrzydełka mocujące, igła, prowadnik typ „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka niskooporowa 10ml.	6F/15G, 7F/14G Dł. 20 cm		
2	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – trzykanałowy: sterylny, kateter trzykanałowy, skrzydełka mocujące, igła, prowadnik typ „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka niskooporowa 10ml.	7F/14G Dł. 20 cm		

CZĘŚĆ NR 22 –MASKA ANESTETYCZNA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Mikrobiologicznie czysta maska anestetyczna w czterech rozmiarach pokrywająca standardowe 7 rozmiarów maski w rozmiarach podwójnych 0-1, 2-3, 3-4, 5-6, wyprofilowana anatomicznie, mankiet elastomerowy zawinięty z wewnętrznym obramowaniem w części dystalnej, kodowany kolorystycznie, na masce wytłoczony rozmiar, kopuła maski przezierna, maska wyposażona w pierścień mocujący, pakowane w opakowanie etykietowane zgodnie z wymogami UE – min. REF, LOT, pełna nazwa producenta, kod kreskowy, data produkcji i ważności, kraj pochodzenia, symbolika produktu jednorazowego			

CZĘŚĆ NR 23 - ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEGO DRENAŻU, RAMPY, DRENY, KATETERY, KRANIKI				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw do drenażu przezskórnego – rozszerzony, sterylny, kateter, igła krótka 18G x 7cm, igła długa, prowadnik 0,035" x 60cm, dialator, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaska zaciskowa (kołnierz)	6F, 9F		
2	Zestaw do drenażu przezskórnego – jednostopniowy, sterylny, kateter, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz.	9F		
3	Przedłużacz do drenażu przezskórnego – sterylny	12F		
4	Rampa trójdrożna – jednorazowego użytku – sterylna. Pojedynczo pakowana.	tak		
5	Rampa dwudrożna – jednorazowego użytku – sterylna. Pojedynczo pakowana.	tak		
6	Dren do klatki piersiowej z metalowym mandrynem, silikonowy, z otworami bocznymi i znacznikiem widocznym w RTG	F18-F36 dł. 50 cm		
7	Kateter do szynowania jelit	300 cm		
8	Kranik trójdrożny z przedłużeniem luer- lock.	7 cm		

CZĘŚĆ NR 24 - ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH CIĄGLYCH ORAZ ŁĄCZONYCH ZEWNĄTRZOPONOWO-PODPAJĘCZYCH (CSE)				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego			
1	sterylny	tak		
2	rozmiar	18G		
3	igły tuohy z dokładnie dopasowanym mandrynem i opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”	tak		
4	cewnik przezroczysty, z otworami bocznymi, o dużej odporności na załamania, ze znacznikami długości	tak		
5	filtr zewnątrzoponowy płaski z możliwością pracy do 96 godz.	0,2 µm		
6	łącznik do cewnika uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie	tak		
7	prowadnik i etykieta identyfikacyjna – cewnika zewnątrzoponowego	tak		
8	zatrzaskowy system mocowania do skóry pacjenta w sposób stabilny i w pełni zabezpieczający przed niekontrolowanym przemieszczaniem się cewnika, nie powodujący zamknięcia jego światła	tak		
9	strzykawka niskooporowa z widoczną, precyzyjną skalą	10 ml		
10	pakowany pojedynczo	tak		
II	Dodatkowe wyposażenie zestawu			

11	osobno pakowane filtry zewnątrzoponowe płaskie, filtr zewnątrzoponowy płaski z możliwością pracy do 96 godz.	0,2 µm		
12	zatraskowy system mocowania do skóry pacjenta w sposób stabilny i w pełni zabezpieczający przed niekontrolowanym przemieszczaniem się cewnika, nie powodujące zamknięcia jego światła	tak		
III	Igła Touhy			
1	rozmiar	18G, dł. 8cm		
2	jałowa	tak		
3	jednorazowego użytku	tak		
4	pojedynczo pakowana	tak		
IV	Strzykawka niskooporowa			
1	rozmiar	10ml		
2	jałowa	tak		
3	jednorazowego użytku	tak		
4	z widoczną precyzyjną skalą	tak		
5	pojedynczo pakowana	tak		

CZĘŚĆ NR 25 - ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	zestawy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi z wtykami kompatybilnymi z przewodami interfejsowymi GE Medical Systems nr ref 2016 995-001 będącymi w posiadaniu zamawiającego	tak		
2	bez konieczności użycia dodatkowych elementów łączących	tak		
3	wyposażony w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowości powietrznej	tak		

CZĘŚĆ NR 26 - KOMPATYBILNE OBWODY DO RESPIRATORA TRILOGY MODEL 202				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Obwód pacjenta do respiratora, jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, sterylny + wąż do tlenu. Obwód z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia. W zestawie gotowe do użycia	150 cm		

CZĘŚĆ NR 27 - OBWODY DO APARATU DO ZNIECZULENIA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	dwie rury, elastyczne, niezałamujące się, wewnątrz gładkie	dł. min. 180 cm		
2	jedna rura	dł. 120-130 cm		
3	łącznik Y – z wejściem dla drenu do pomiaru kapnometrii oraz kolankiem 90°	tak		
4	łącznik prosty	tak		
5	worek oddechowy 2-3 litrowy, z uchwytem do zawieszenia	tak		
6	sterylne	tak		
7	pakowane pojedynczo	tak		

CZĘŚĆ NR 28 - OBWODY DO RESPIRATORA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	dwie rury elastyczne, niezałamujące się z zakończeniem 22F od strony respiratora, wewnątrz gładkie	dł. 120-180 cm		
2	łącznik Y – wyposażony w port zabezpieczony zatyczką (kompatybilny ze wszystkimi typami respiratorów)	tak		
3	worek oddechowy	2-3 litrowy		
4	sterylne	tak		
5	pakowane pojedynczo	tak		

CZĘŚĆ NR 29 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca drogą przeżylną poprzez venesekcję lub nakłucie naczynia – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nie toksyczna wykonana ze specjalnego materiału biokompatybilnego, dającego dobry kontrast w zobrazowaniu rentgenowskim	6F x 125cm, 7F x 125cm		
2	Introduktor z zastawką do wprowadzania elektrod endokawitarnych – sterylny (w skład zestawu wchodzi: igła prosta, osłonka igły, dilatator, koszulka z zastawką, przewodnik).	koszulka: 7Fx120mm, 8Fx120mm		

CZĘŚĆ NR 30 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Aparaty do pompy FLOCARE INFINITY na butelkę i PACK	tak		
2	Zgłębniki gastrostomijne wolne od DEHP, przezroczyste	14, 18, 20/23cm		
3	Conektor Enlock	tak		
4	Conektor Oral-Luer	tak		
	sterylne (dot. Lp. 1-6)	tak		
	pojedynczo pakowane (dot. Lp. 1-6)	tak		
5	Przyrządy do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej typu PACK, na butelkę	tak		
6	Zgłębnik typ FLOCARE lub równoważny, poliuretanowy z przewodnicą, przezroczyste	10/130cm, 12/110-130cm		

CZĘŚĆ NR 31 - PRZEDŁUŻACZE ANESTEZJOLOGICZNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	elastyczny łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania, sterylny, pakowany pojedynczo	długość 12-15 cm + łącznik, Ø 15 mmF/22mmF		
2	łącznik obrotowy, kątowy 15 mm z portem do odsysania, sterylny, jednorazowego użytku	tak		

CZĘŚĆ NR 32 - DRENY DO POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ GRASEBY 3000				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy zestaw infuzyjny do pompy, przeznaczony do wlewów krwi, filtr krwi 200 mikronów	tak		

2	Jednorazowy zestaw infuzyjny do pompy Graseby 3000, pediatryczny, wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem, zacisk rolkowy	tak		
3	Jednorazowy zestaw infuzyjny o niskiej adsorpcji do pompy, do wlewów Paclitaxelu, linia pokryta polietylenem. W komplecie filtr do przetoczeń płynów, 0.2µ, sterylny, zatrzymujący bakterie, drożdże, grzyby i cząstki nieorganiczne, z membraną hydrofilową Supor, o przepływie (dla H ₂ O) – 20 ml/godz. (przy ciśnieniu 90 kPa), pakowany osobno	tak		
4	Jednorazowy zestaw infuzyjny do pompy, standardowy, wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem, zacisk rolkowy oraz port do dodatkowych wstrzyknięć	tak		
5	Filtr do płynów na 96 godzin dla noworodków	tak		
6	Filtr do żywienia dojelitowego dla noworodków	tak		
7	Jednorazowy zestaw infuzyjny o niskiej adsorpcji do pompy, do wlewów leków cytotoksycznych	tak		

CZĘŚĆ NR 33 - PRZEDŁUZACZE DO POMP STRZYKAWKOWYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Przedłużacze przezroczyste, jałowe, elastyczne do pomp, z końcówką luer-lock	długość 90cm, 120cm		
2	Przedłużacz przezroczysty, jałowy, elastyczny do pompy, z końcówką luer-lock, bursztynowy	długość min. 150cm		
3	Przedłużacze przezroczyste, jałowe, elastyczne do pomp, z końcówką luer-lock	długość 150cm		

UMOWA SPRZEDAŻY NRTZ.RC.TP.382.87.2019 EK
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy:
----------	-------

Umowa zawarta w dniu2019 roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Magdalenę Sikorę - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych działającą na mocy upoważnienia Dyrektora z dnia 01.09.2009 r.

zwanym dalej *Kupującym*

a

..... Sp. z o.o.

ul.

NIP:, REGON:, KRS:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej *Sprzedawcą*

PRZEDMIOT I CENA UMOWY

§ 1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu w ilości i za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: zł, brutto: zł.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od2019 r. do2020 r.

WARUNKI DOSTAW

§ 3

1. Dostawy będą realizowane tylko wg zamówień składanych przez pracownika Działu Zaopatrzenia i Transportu, sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Kupującego.
2. Kupujący określa wielkość dostawy przez złożenie u Sprzedawcy zamówienia w formie pisemnej lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do magazynu medycznego Kupującego.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Kupującego pokrywa Sprzedawca.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Kupującemu bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy, określonej w § 1.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Kupującego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Sprzedawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do odbioru na własny koszt towaru w terminie wyznaczonym przez Kupującego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu.
4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy nr w terminie do 60 dni od dnia doręczenia faktury, potwierdzającej dostawę towaru.
5. Kupujący zaleca aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Kupującego jest nieważna.

GWARANCJE

§ 6

1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Kupującego Sprzedawca dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Kupujący zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Sprzedawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

KARY UMOWNE

§ 7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:
 - 1) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:
 - a) nieterminowej realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy,
 - b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy,
 - d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.
 - 2) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 3) niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Sprzedawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 8**

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania produktów wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986).

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

KUPUJĄCY:**SPRZEDAWCA:**

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (*nazwa postępowania*), prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)