



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.87.2019 EK

Koszalin, 17.12.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.87.2019 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Kryterium cena	Razem pkt
1	Igły do znieczulenia podpajęczęcego	Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7m14, 00-496 Warszawa	100 pkt	100 pkt
9	Okularki do fototerapii noworodków	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100 pkt	100 pkt
12	Sterylnie filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych	AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk	100 pkt	100 pkt
26	Obwody pacjenta do respiratora Trilogy	Bjeska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań	100 pkt	100 pkt

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100%)

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Kryterium cena	Razem pkt
1	Igły do znieczulenia podpajęczęcego	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona	
		Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków	Oferta odrzucona	
		Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa	96,84 pkt	96,84 pkt
9	Okularki do fototerapii noworodków	Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice	Oferta odrzucona	
		AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk	58,79 pkt	58,79 pkt
		Promed SA ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	61,65 pkt	61,65 pkt
		NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa	57,73 pkt	57,73 pkt
		Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Żołyń 11, 02-815 Warszawa	29,06 pkt	29,06 pkt
12	Sterylnie filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	Oferta odrzucona	

		Medox Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój	Oferta odrzucona	
		Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice	95,96 pkt	95,96 pkt
		Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko	80,00 pkt	80,00 pkt
26	Obwody pacjenta do respiratora Trilogy	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok	Oferta odrzucona	
		Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko	Oferta odrzucona	

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta nr 13 (część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczęcego) – złożona przez Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zaoferowana igła przesuwa się w igle prowadzącej w sposób niestabilny i z wyrazistym zgrzytem.

Oferta nr 2 (część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczęcego) – złożona przez Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

W trakcie przesuwania igły w igle wyczuwalny jest wyrazisty opór.

Oferta nr 25 (część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków) – złożona przez Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zaoferowane okularki mają małą regulację szerokości, rzep mocujący znajduje się na części potylicznej narażając noworodka na powstanie oparzeń.

Oferta nr 15 (część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych) – złożona przez Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zaoferowane filtry posiadają wkręcane porty typu Luer Lock. Zamawiający wymagał portów typu Luer.

Oferta nr 28 (część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych) – złożona przez Medox Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zaoferowane filtry posiadają wkręcane porty typu Luer Lock. Zamawiający wymagał portów typu Luer.

Oferta nr 19 (część nr 26 – Obwody pacjenta do respiratora Trilogy) – złożona przez Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zamawiający wymagał obwodu jednorurowego o długości 150 cm. Zaoferowany obwód posiada dwie rury o długości 100 cm.

Oferta nr 11 (część nr 26 – Obwody pacjenta do respiratora Trilogy) – złożona przez Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasadnienie:

Zaoferowany obwód posiada osobny dren, nie jest gotowy do bezpiecznego podłączenia.

4. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w terminie od: 24.12.2019 r.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
lek.med. Andrzej Kucmaszewski