

Nr oferty→	1			
Wykonawca→	GIE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Włoska 9 02-583 Warszawa	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności
KryteriaII				
Cena	699 147,00			
Długość okresu gwarancji	31 miesięcy			
Maksymalna pojemność cieplna anody lampy (pkt 11 SOPZ)	340KHU			
Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z normą typu IEC 60336 lub równoważną. (pkt 13 SOPZ)	0,1mm			
Możliwość wykonania zdjęć z min. 2 współczynnikiem powiększenia o wartościach: 1,5x1 współczynniku większym niż 1,5x (pkt 26 SOPZ)	TAK	750 000,00	do 18.11.2019 r.	do 60 dni
Możliwość ustawienia głowicy lampy RTG w pozycji parkingowej (lampy wycofana z pola widzenia detektora) pozwalająca jakoś pozycjonowania piersi; Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji aktywacji po wejściu przycisku ekspozycji przez technika (pkt 31 SOPZ)	TAK			
Minimalny rozmiar piksele (pkt 35 SOPZ)	100 µm			
Minimalna grubość siatki detektora (pkt 38 SOPZ)	49 mm			
Możliwość zmiany strony i projekcji po wykonaniu badania oraz możliwość przenieszenia zdjęć między pacjentami w przypadku pomyłki technika (pkt 52 SOPZ)	TAK			

STARSZY INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEN PUBLIČNYCH
Dział Zamówień Publicznych

mgr Justyna Kalwińska-Kawa

.....
podpis osoby sporządzającej protokół

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora

1-go Dyrektora DS. Techniczny Administrator

04.10.2019

.....
data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej