



Szpital Wojewódzki Koszalin

Koszalin, 27.05.2019 r.

Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.38.2019 EK

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.38.2019 EK – serwis i naprawy systemu Carto3, dostawa generatora i pompy oraz ich serwis

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający dopuści podanie w Formularzu ofertowym ceny za komplet tj. generator ablacyjny i pompę irygacyjną bez podawania oddzielnych cen jednostkowych dla generatora i dla pompy? Oferowany przez J&J system SmartAblate jest to najnowszej generacji genartaor ablacyjny z w pełni kompatybilną pompą irygacyjną, występujący jako jedno urządzenie i nie ma możliwości oddzielnego zaoferowania generatora i pompy. Urządzenie to jest kompatybne z systemem Carto 3.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne i Administracyjnych