



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.86.2019 JK

Koszalin, 13.09.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.86.2019 JK – mammograf cyfrowy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

RYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający będzie wymagał mammografu najwyższej klasy (nie będącego składakiem), w którym najważniejsze podzespoły: minimum detektor, generator oraz gantry lub minimum lampa RTG, generator oraz gantry - będą pochodziły od jednego producenta (producenta mammografu)? Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu pozyskanie systemu obrazującego z najwyższą jakością obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. Zamawiający wymaga w punktach 3 i 4 możliwości rozbudowy o zaawansowane aplikacje tomosyntezy i mammografii spektralnej – konstrukcja toru wizji ma krytyczne znaczenie w tych technikach obrazowania.”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą, wymóg aby najważniejsze podzespoły aparatu pochodziły od jednego producenta narusza zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasady właściwego opisywania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby podzespoły aparatu pochodziły od jednego producenta.

RYTANIE NR 2

„W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie nr 53 z dnia 11.09.2019 zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu obliczania kryterium pozacenowego. Zamawiający czytelnie zamieścił w treści SIWZ sposób obliczania kryterium ceny:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	60%	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 60 Cena badanej oferty

Natomiast sposób (wzór) obliczania kryterium pozacenowego nie jest sprecyzowany:

2	Kryterium pozacenowe	40%	Kryteria pozacenowe oraz sposób obliczenia punktów został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ
---	----------------------	-----	---

Prosimy o potwierdzenie, że kryterium pozacenowe będzie obliczane według wzoru:

Ilość pkt oferty badanej
-----X 40 %
Oferta z najwyższą ilością pkt

ODPOWIEDŹ

W SIWZ Zamawiający określi 8 parametrów ocenianych, tj.:

C₁ = Maksymalna pojemność cieplna anody lampy (pkt 11 SOPZ);

O₂= Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z normą typu IEC 60336 lub równoważną (pkt 13 SOPZ);

O₃= Możliwość wykonania zdjęć z min. 2 współczynnikami powiększenia o wartościach: 1,5x i współczynnikiem większym niż 1.5x (pkt 26 SOPZ);

O₄= Możliwość ustawienia głowicy lampy RTG w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika (pkt 31 SOPZ);

O₅= Minimalny rozmiar piksela (pkt 35 SOPZ);

O₆= Minimalna grubość stolika detektora (pkt 38 SOPZ);

O₇= Możliwość zmiany strony i projekcji po wykonaniu badania oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami w przypadku pomyłki technika (pkt 51' SOPZ);

O₈= Długość okresu gwarancji (pkt 11 SOPZ).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za parametry pozacenowe (O_{max}) obliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$O_{max} = O_1 + O_2 + O_3 + O_4 + O_5 + O_6 + O_7 + O_8$$

Łączna liczba punktów, które Wykonawca otrzyma za ofertę stanowić będzie sumę punktów za cenę oraz parametry pozacenowe.

PYTANIE NR 3

Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywistą omyłkę pisarską. W punkcie dotyczącym gwarancji - Załącznik nr 2, INNE WYMAGANIA, pkt nr 1:

INNE WYMAGANIA		
1	Gwarancja min. 36 miesięcy	<p>Podać Długość okresu gwarancji Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 miesięcy do 60 miesięcy. Max 10 pkt.</p> <p>Okres gwarancji badanej oferty X 5 Najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert</p>

Zamawiający określił maksymalną ilość punktów do zdobycia na 10 pkt, natomiast we wzorze mnożnik jest równy 5.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie obliczał punkty przyznane za gwarancję według sposobu opisanego poniżej:

1	Gwarancja min. 36 miesięcy	<p>Podać Długość okresu gwarancji Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 miesięcy do 60 miesięcy. Max 5 pkt.</p> <p>Okres gwarancji badanej oferty X 5 Najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert</p>
---	----------------------------	---

ODPOWIEDŹ

Punkty przyznane za gwarancję będą obliczane według sposobu opisanego poniżej:

1	Gwarancja min. 36 miesięcy	<p>Podać Długość okresu gwarancji Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 miesięcy do 60 miesięcy. Max 5 pkt.</p> <p>Okres gwarancji badanej oferty X 5 Najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert</p>
---	----------------------------	---

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr
Lec. Dyrektor