

Nr oferty →	1	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności
Wykonawca →	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wolaska 9 02-583 Warszawa	638 560,00	do 18.11.2019 r.	do 60 dni
Kryterial				
Cena	1 225 968,36			
Długość okresu gwarancji	37 miesięcy			
Maksymalna pojemność olejna anody lampy (pkt 11 SOPZ)	340 KHV			
Wielkość nominalna matego ogniska mierzona zgodnie z normą typu IEC 60336 lub równoważną (pkt 13 SOPZ)	0,1 mm			
Możliwość wykonania zdjęć z min. 2 współczynnikiami powiększenia o wartościach: 1,5x i współczynnikiem większym niż 1,5x (pkt 26 SOPZ)	TAK			
Możliwość ustawienia głowicy lampy RTG w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wcześniejszym przycisku ekspozycji przez technika (pkt 31 SOPZ)	TAK			
Minimalny rozmiar piksela (pkt 35 SOPZ)	100 µm			
Minimalna grubość stolika detektora (pkt 38 SOPZ)	49 mm			
Możliwość zm iary strony i projekcji po wykonaniu badania oraz możliwość przeniesienia zdjęć między pacjentami w przypadku pomyłki technika (pkt 51 SOPZ)	TAK			

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia zbiorczego zestawienia złożonych ofert na stronie internetowej Zamawiającego przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

STARSZY INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Dział Zamówień Publicznych

podpis osoby sporządzającej protokół
mgr Justyna Kalwińska-Kaweł

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika
lek. med. Andrzej Kondaszewski

19.09.2019
data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej