

Nr oferty	1	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności
Wykonawca	VARIMED Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław			
Cena	195 620,40			
Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic	63 kg			
Monitor TFT o przekątnej	19 cali			
Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej	TAK			
Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali	TAK			
Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej	TAK	203 148,00	14 dni	do 60 dni
Kąt pola skanowania (widzenia) (dotyczy głowicy typu convex)	66°			
Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (dotyczy głowicy typu convex)	TAK			
Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy	192			
Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy	192			
Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o system biopsji tuzyjne MRI-USG	TAK			

STANISŁAW KOPACZEWSKI
ds. Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

mgr Ewelina Kopaczewska

Podpis osoby sporządzającej protokół

STANISŁAW KOPACZEWSKI
ds. Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

2019.09.04

Data i podpis kierownika zamawiającego

mgr Magdalena Sikora
Techniczno-Administracyjnych

Z D.P. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie