



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.100.2019 EK

Koszalin, 07.10.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.100.2019 EK – plastry

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

I. Dział II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

- Część nr 1 – Plastry I;
- Część nr 2 – Plastry II;
- Część nr 3 – Plastry II.

II. DZIAŁ VI. ust. 2 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, otrzymuje brzmienie

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
 - a) Część nr 1 - po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
 - b) Część nr 2 - po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
 - c) Część nr 3 - po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
- 2) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ;
- 3) deklarację zgodności z załącznikami;
- 4) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne.

III. Dział XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 11.10.2019 r. do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Województwo:
KRS lub inny organ rejestrowy:
Wielkość przedsiębiorstwa
Osoby upoważniona do kontaktu	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Nr rachunku bankowego:	Imię i nazwisko; Tel./fax; Adres e-mail:.....

2. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PLASTRY I											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikrooporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiająca dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	9,00m-9,20 m x 1,25cm			szt.	3 000					
2	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikrooporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiająca dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	9,00m-9,20m x 2,5cm			szt.	6 000					

8	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym	5m x 5 cm						1 500				
9	Sterylny, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej – kompl. a'5 pasków	3mm x 75-76mm						1750				
10	Sterylny, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej – kompl. a'3 paski	6mm x 75-76mm						1500				
11	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym	10cm x 10m						120				
12	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym	20cm x 10m						600				
13	Poliuratanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny.	5cm x 7cm						600				
14	Poliuratanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny.	9cm x 15cm						600				

15	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8cm x 3,8cm; z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	5cm x 7,2 cm							5000	szt.				
16	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 10cm							1600	szt.				
17	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 15cm							4000	szt.				
18	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 20cm							2000	szt.				
19	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 25cm							1500	szt.				

PLASTRY II

Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	5cm-5,6cm x 9m-9,20 m			szk.	250					
2	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	10cm-10,5cm x 9m-9,20m			szk.	1 500					
3	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	15cm-15,5cm x 9m-9,20m			szk.	1 000					
4	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.	2,5cm x 5m			szk.	100					

5	<p>Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z mianką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm.</p>	5cm x 10m	szk.	25			
6	<p>Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację. metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm .</p>	8,5cm x 11,5cm	szk.	2000			
7	<p>Przezroczysty opatrunek z do kaniuli obwodowych, z wycięciem, z ramką i metką do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.</p>	6cm x 7cm	szk.	600			

PLASTYK III

Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym	1m x 8cm			szt.	300					
2	Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym	1m x 8cm			szt.	600					

1. Oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 9) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PLASTRY I				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	9,00m-9,20m x 1,25cm		
2	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	9,00m-9,20m x 2,5cm		
3	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	9,00m-9,20m x 5cm		
4	Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza	5m x 1,25cm		
5	Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza	5m x 2,5cm		
6	Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza	5mx 5cm		
7	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym	5m x 2,5cm		
8	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym	5m x 5cm		
9	Sterylny, hypoalergiczny przylepny pasek do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej – kompl. a'5 pasków	3mm x 75-76mm		
10	Sterylny, hypoalergiczny przylepny pasek do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej – kompl. a'3 paski	6mm x 75-76mm		
11	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym	10cm x 10m		
12	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym	20cm x 10m		
13	Poliuratanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką	5cm x 7cm		

	chłonna, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny.			
14	Poliuratanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonna, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny.	9cm x 15cm		
15	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8cm x 3,8cm; z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	5cm x 7,2cm		
16	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 10cm		
17	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 15cm		
18	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 20cm		
19	Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5cm x 20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku	10cm x 25cm		

PLASTRY II

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiającą dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	5cm – 5,6cm x 9m-9,20m		
2	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiającą dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	10cm-10,5cm x 9m-9,20m		
3	Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiającą dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego.	15cm-15,5cm x 9m-9,20m		
4	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.	2,5cm x 5m		
5	Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm.	5cm x 10m		
6	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną	8,5 cm x 11,5cm		

	obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm .			
7	Przezroczysty opatrunek z do kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i metką do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.	6cm x 7cm		

PLASTRY III

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym	1m x 8cm		
2	Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym	1m x 8cm		