

Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.24.2019 BS

Koszalin, 08.05.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.24.2018 BS – staplery i trokary chirurgiczne oraz osprzęt do noża harmonicznego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 9, poz. 1, Załącznik nr 3 do SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji do złożenia oferty na stapler skórny ze zszywkami posiadającymi nóżkę o wymiarze 4,2mm (zapis SIWZ to wymiar nóżki 3,6mm), przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów techniczno-użytkowych opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy projektu umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 5 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Przedmiot umowy znajdujący się w banku szpitalnym staje się własnością Kupującego w momencie jego pobrania z banku szpitalnego przez upoważnionego pracownika Kupującego określonego w § 3 ust. 1?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler skórny jednorazowego użytku znanego amerykańskiego producenta, na 35 zszywek o wymiarach zszywki: grzbiet - 6,5 mm, nóżka – 4,7 mm, grubość - 0,60 mm, zszywki powlekane teflonem, zakończenia ścięte pod kątem 45 stopni w celu lepszej penetracji?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na stapler skórny o parametrach jak wyżej.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 8, poz. 5 i 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 8 poz.5 i 6 co umożliwi nam złożenie nowej konkurencyjnej oferty?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 8, poz. 5 i 6

„Czy w zadaniu 8 poz. 5 i 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul kompatybilnych z trokarzami z pozycji 1 i 3 bez balonu i dysku, natomiast spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowanych, transparentnych, standardowych o dł. 100 mm, co pozwala na dokładne utrzymywanie się w powłokach brzusznych i nie wymaga dodatkowego fiksowania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 1

„Zamawiający w części nr 1 poz. 2-4 podał wymóg:

„Minimalna długości staplera 50cm wymagana również wersja przedłużona”

Powszechnie stosowane staplery okrężne jednorazowego użytku mają długość nieco ponad 40cm (zależnie od producenta). Wymagana minimalna długość 50cm jest długością charakterystyczną dla staplerów przedłużonych (stosowanych do niektórych zabiegów laparoskopowych). W pozycji nr 1 Zamawiający jasno określił, że minimalna długość 50cm dotyczy właśnie wersji przedłużonej staplera okrężnego. Proszę o potwierdzenie czy dla pozycji 2-4 w części nr 1 minimalna długość staplera 50cm również odnosi się właśnie do staplerów w wersji przedłużonej?”

ODPOWIEDŹ

Tak, minimalna długość staplera przedłużonego ma wynosić 50 cm.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 8, poz. 8

„Zamawiający w części nr 8 poz. 8 wymaga retraktora ran do długości linii cięcia 11-17cm. W stosowanej przez nas nomenklaturze retraktor o długości linii cięcia 11-17cm określany jest jako rozmiar XL podczas gdy Zamawiający określa go jako rozmiar L. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji retraktora spełniającego wszystkie zapisy SIWZ ale określanego jako rozmiar XL (linia cięcia 11-17cm). Wszystkie parametry są zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego, różnica polega jedynie na innym nazewnictwie.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 8, poz. 8

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie w części nr 8 poz. 8 retraktora o rozmiarze L do długości linii cięcia 9-14 przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 8, poz. 9

„Zamawiający w części nr 8 poz. 9 wymaga retraktora ran do długości linii cięcia 17-25cm. W stosowanej przez nas nomenklaturze retraktor o długości linii cięcia 17-25cm określany jest jako rozmiar XXL podczas gdy Zamawiający określa go jako rozmiar XL. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji retraktorów w rozmiarze XXL (linia cięcia 17-25mm) w wersji ze sztywną obręczą retrakcyjną przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 8, poz. 9

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie retraktora o rozmiarze XL do długości linii cięcia 11-17 przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 1, poz. 1

„Czy w miejsce pozycji nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, zakrzywiony, o długości trzonu 28cm, z niskoprofilowym kowadłkiem dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze zszywkami tytanowymi o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z podziałką w cm umieszczoną na trzonie, stapler jest szczelny - nadający się do zabiegów laparoskopowych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 1, poz. 2

„Czy w miejsce pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 28cm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze zszywkami tytanowymi o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z podziałką w cm umieszczoną na trzonie, stapler jest szczelny - nadający się do zabiegów laparoskopowych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 1, poz. 3

„Czy w miejsce pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 28cm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału dla

zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze zszywkami tytanowymi o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z podziałką w cm umieszczoną na trzonie, stapler jest szczelny - nadający się do zabiegów laparoskopowych?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 1, poz. 4

„Czy w miejsce pozycji nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm lub 34 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 28cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z automatycznym dociskiem tkanki, ze zszywkami tytanowymi o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z podziałką w cm umieszczoną na trzonie, stapler jest szczelny - nadający się do zabiegów laparoskopowych? Zamawiający każdorazowo określi średnicę staplera przy składaniu Zamówienia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 1, poz. 1 - 4

„W Opisie Przedmiotu Zamówienia (wymogi graniczne) w pozycji od 1 do 4 Zamawiający wymaga złożenia oferty na staplery z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,00-2,00 mm. Jednocześnie w opisie Parametrów Ocenianych w pozycji nr 1 Zamawiający podaje jako parametr podlegający ocenie punktowej „Regulowaną skalę docisku”. Prosimy o doprecyzowanie, czy „kontrolowany docisk tkanki „jest parametrem granicznym czy też podlegającym ocenie punktowej.”

ODPOWIEDŹ

Tak jak określono w SIWZ - kontrolowany docisk tkanki jest parametrem granicznym, natomiast parametrem ocenianym jest regulowana skala docisku

PYTANIE NR 16 dotyczy części nr 1, poz. 3 - 4

„W Opisie Przedmiotu Zamówienia (wymogi graniczne) w pozycji od 3 do 4 Zamawiający wymaga złożenia oferty na w wersji prostej. Jednocześnie w opisie Parametrów Ocenianych w pozycji nr 3 Zamawiający podaje jako parametr podlegający ocenie punktowej „Staplery proste o średnicy 28 i 32mm z przedłużonym trzpieniem kowadełka”. Prosimy o doprecyzowanie, czy posiadanie wersji prostej jest parametrem granicznym czy też podlegającym ocenie punktowej.”

ODPOWIEDŹ

Tak jak określono w SIWZ – parametrem granicznym jest wersja krótka prosta natomiast wersja z przedłużonym trzpieniem kowadełka jest parametrem ocenianym.

PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 1, poz. 2

„W Parametrach ocenianych w pozycji nr 2 Zamawiający jako parametr podlegający ocenie podaje parametr „Czarna powłoka antyrefleksyjna”. Czy Zamawiający uzna za równoważny parametr w postaci białego matowego ramienia staplera pozwalającego na zminimalizowanie odbłasku w czasie zabiegu laparoskopowego?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 2, poz. 1

„Czy w miejsce pozycji nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera? Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 2, poz. 2

„Czy w miejsce pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z pozycji nr 1, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera

nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę? Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20 dotyczy części nr 2, poz. 3

„Czy w miejsce pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 21 dotyczy części nr 2, poz. 4

„Czy w miejsce pozycji nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z pozycji nr 3, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę? Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 22 dotyczy części nr 2, poz. 5

„Ze względu na fakt, iż stapler z pozycji nr 5 posiada tylko jeden dostawca, prosimy o wyodrębnienie tej pozycji do odrębnego zadania umożliwiając złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 23 dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24 dotyczy części nr 2, poz. 1

„W Parametrach ocenianych w pozycji nr 1 Zamawiający podaje „Pin zapobiegający wysuwaniu się tkanki”. Rzeczony pin ma za zadanie zapobiegać wysuwaniu się tkanki oraz niepoprawnemu (nierównoległemu) wyrównaniu szczęk staplera podczas jego odpalania, co może skutkować deformacją zszywek i nieudanym zespoleniem. Proponowany przez nas stapler posiada w swojej konstrukcji dwa punkty podporu przez co zamykanie szczęk nawet w najbardziej trudnych warunkach (przy grubej tkance) jest zapewnione i pozwala uzyskać idealną równoległą linię zbliżenia szczęki staplera i ładunku.

System ten również pozwala na równomiernie rozłożenie tkanki między szczęką a ładunkiem staplera przez co jej wysuwanie jest zminimalizowane.

Czy Zamawiający uzna to rozwiązanie za równoważne?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 25 dotyczy części nr 3, poz. 1

„Czy w miejsce pozycji nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową

umożliwiająca odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Stapler dostarczany jest z ładunkiem co stanowi dla Państwa dodatkową korzyść w postaci dodatkowych 24 ładunków oraz przyspiesza czas użycia staplera bez konieczności pierwszego ładowania.

Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 26 dotyczy części nr 3, poz. 2

„Czy w miejsce pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z pozycji nr 1, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę? Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27 dotyczy części nr 3, poz. 3

„Czy w miejsce pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Stapler dostarczany jest z ładunkiem co stanowi dla Państwa dodatkową korzyść w postaci dodatkowych 24 ładunków oraz przyspiesza czas użycia staplera bez konieczności pierwszego ładowania.

Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 28 dotyczy części nr 3, poz. 4

„Czy w miejsce pozycji nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z pozycji nr 3, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę? Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj zszywek."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 29 dotyczy części nr 3, poz. 1

„W Parametrach ocenianych w pozycji nr 1 Zamawiający podaje „Możliwość wyboru wysokości zszywki w polu operacyjnym”. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie umożliwiające wybór parametrów zszywki w polu operacyjnym polegający na wyborze odpowiedniego rozmiaru zszywki ładunku staplera- 3,8 lub 4,8 mm?"

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 30 dotyczy części nr 6, poz. 4

„Proszę o potwierdzenie, czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga 200 szt. nakładek. Wg informacji dotyczącej ilości sztuk ładunków, Zamawiający wymaga ich łącznie 160 szt. Suma ilości staplerów oraz nakładek znacznie przewyższa ilość ładunków."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga jak określił w SIWZ.

PYTANIE NR 31

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczania próbek i ocenę parametrów jakościowych na podstawie kart katalogowych. Pragniemy podkreślić, iż sprzęt naszej firmy jest znany Zamawiającemu z poprzednich umów."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 32

„Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:


1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:

- a) nieterminowej realizacji dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy;
- b) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy;
- c) realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości brutto realizowanej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującej dostawy;
- d) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów;
- e) wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie ww. zapisów.

z up. DYREKTORA
Szpitala Województwa Pomorskiego w Koszalinie
mgr. inż. 
Zd.