

Nr oferty	1	Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia	Termin wykonania	Warunki płatności
Wykonawca	Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomi 30, 03-335 Warszawa			
Cena	304 992,00			
Typ genera+A5:A15tora, wysokiej częstotliwości ..... kHz dla całego zakresu pracy generatora i programów pracy	Typ genera+A5:A15tora, wysokiej częstotliwości 40 kHz dla całego zakresu pracy generatora i programów pracy			
Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii ..... %	Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii 60 %			
Skopia pulsacyjna w zakresie ..... pulsów/s	Skopia pulsacyjna w zakresie 1 do 25 pulsów/s			
Totalna filtracja min ..... Al	Totalna filtracja min 3,9 Al			
Szybkość chłodzenia anody ..... kHU/min	Szybkość chłodzenia anody 51,24 kHU/min	325 000,00	8 tygodni	do 60 dni
Zakres ruchu poziomego ramienia C ..... cm	Zakres ruchu poziomego ramienia C 42 cm			
Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ..... °	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej 225°			
Zakres ruchu orbitalnego ..... °	Zakres ruchu orbitalnego 135°			
Ilość pól wzmocniacza obrazu, (ZOOM optyczny).....	Ilość pól wzmocniacza obrazu, (ZOOM optyczny) 3 pola			
Kąt widzenia obrazu ..... °	Kąt widzenia obrazu 178°			
Matryca obrazu podczas procesingu ..... pikseli skala szarości ..... bit	Matryca obrazu podczas procesingu 1024 x 1024 pikseli skala szarości 32 bit			

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

2019 04 01

STARSZA INSPEKTOR  
ds. Zamówień Publicznych  
Dział Zamówień Publicznych

Podpis osoby sporządzającej protokół

Data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej