

Koszalin, 19.07.2021 r.

Do:  
**Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.074.2021 BS – dostawa odczynników, testów, podióż oraz dzierżawa analizatorów do hodowli drobnoustrojów oraz identyfikacji bakterii

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 16.07.2021 r.**

**JEST**

PYTANIE NR 24: dotyczy Części nr 1, pkt. 9 wymogów granicznych oraz pkt. 1 parametrów ocenianych Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 2 do SWZ) oraz parametr oceniany dla Części 1 w Formularzu oferty „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu granicznego i jednocześnie ocenianego: „Możliwość opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu (nie mniej niż 48 godzin) bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej. Prośbę tę argumentujemy chęcią całkowitego spełnienia zaleceń krajowych i światowych. Pozwala to na spełnienie rekomendacji CLSI (M47-A vol.27.17, Principles and procedures for blood cultures; approved guidelines) i Cumitech (rozdział 1c: „Transport and initial processing of blood cultures”) oraz pozostanie w zgodności z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi, mówiącymi o konieczności umieszczenia butelki w aparacie jak najszybciej.”

**ODPOWIEDŹ**

Nie - w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie nie ma możliwości wstawienia butelek do aparatu po godzinie 19:00.

**POWINNO BYĆ**

PYTANIE NR 24: dotyczy Części nr 1, pkt. 9 wymogów granicznych oraz pkt. 1 parametrów ocenianych Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 2 do SWZ) oraz parametr oceniany dla Części 1 w Formularzu oferty „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu granicznego i jednocześnie ocenianego: „Możliwość opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu (nie mniej niż 48 godzin) bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej. Prośbę tę argumentujemy chęcią całkowitego spełnienia zaleceń krajowych i światowych. Pozwala to na spełnienie rekomendacji CLSI (M47-A vol.27.17, Principles and procedures for blood cultures; approved guidelines) i Cumitech (rozdział 1c: „Transport and initial processing of blood cultures”) oraz pozostanie w zgodności z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi, mówiącymi o konieczności umieszczenia butelki w aparacie jak najszybciej.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wykreśla wymóg graniczny poz. nr 9 w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie pozostawia ten wymóg w pkt. nr 1 parametrów ocenianych.

**DIREKTORA**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Sikora  
Kierownik Wydziału Administracyjnego