

Koszalin, 07.04.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego


dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.44.2020 EK – materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

- I. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY (poprawiony formularz oferty w załączeniu) – dotyczy części nr 9 (Kaseta do sterylizatora plazmowego 100 nx).

- II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (poprawiony SOPZ w załączeniu) – dotyczy części nr 1 (Włóknina sterylizacyjna).

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr 
7-cie Dyrektora ds. Zarządzania Administracyjnym

FORMULARZ OFERTY
(zmiana 07.04.2020 r.)

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Województwo:
KRS lub inny organ rejestrowy:
Wielkość przedsiębiorstwa
Osoby upoważniona do kontaktu	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Nr rachunku bankowego:	Imię i nazwisko Tel./fax Adres e-mail:

2. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZĘŚĆ NR 1 WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Włóknina zielona	60cm x 60cm			szt.	1500					
2	Włóknina zielona	75cm x 75cm			szt.	2000					
3	Włóknina niebieska	60cm x 60cm			szt.	1500					
4	Włóknina niebieska	75cm x 75cm			szt.	2000					
RAZEM											

CZĘŚĆ NR 2 TESTY SYMULACYJNE BOWIE - DICK											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Testy symulacyjne Bowie - Dicka			szt.	1500						
2	Przyrząd testowy			szt.	1						
RAZEM											

CZĘŚĆ NR 3 ZESTAW WSKAŹNIKOWY DO MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI MYCIA SZTYWNYCH NARZĘDZI

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi (zestaw 25 szt.)		go	zestaw	10					

CZĘŚĆ NR 4 SZCZOTKI DO DIATERMII I USUWANIA UPORCZYWYCH ZAMIECZYSZCZEŃ

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Szczotka do diatermii			szt.	10					
2	Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń			szt.	12					
RAZEM										

CZĘŚĆ NR 5 TEST DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA W MYJNIACH DEZYNFEKTORACH

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Test do rutynowej kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach			szt.	4160					
2	Przyrząd testowy kontroli procesu mycia do wskaźników			szt.	4					
RAZEM										

CZĘŚĆ NR 6 PRZYŁBICE JEDNORAZOWE

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przyłbice jednorazowe			szt.	30					

CZĘŚĆ NR 7 WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI WSADU W PROCESIE STERYLIZACJI PAROWEJ

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zintegrowany test do kontroli wsadu			szt.	4 000					
2	Przyrząd testowy kontroli wsadów			szt.	1					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 8 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU DOKUMENTACJI T-DOC

Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Etykiety do systemu T_DOC do drukarek etykiet model Zebra S4M typu Sandwich	-			szt.	200 000					
2	Termotransferowa kałka woskowa żywiczna do drukarek etykiet model Zebra S4M.	450m x110mm			szt.	25					
3	Taśma do drukarki Brother P touch 9700 lub równoważna	24mm x 8m			szt.	3					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 9 KASETA DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO 100 NX

Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kaseta do sterylizatora plazmowego 100 nx			szt.	76					

3. Oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części;
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 9) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

..... (miejscowość), dnia r.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(zmiana 07.04.2020 r.)

CZEŚĆ NR 1 WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Włóknina sterylizacyjna mikro krepowana zielona 60cm x 60cm; 75cmx75cm;			
	1)	włókno celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi	gramatura min 57g/m ²	
	2)	Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN	tak	
	3)	Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190kPa, na mokro nie mniej niż 150kPa	tak	
	4)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m	tak	
	5)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m	tak	
	6)	Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi	tak	
	7)	Wymagany znak CE widoczny na każdym kartonie	tak	
2	Włóknina sterylizacyjna mikro krepowana niebieska 60cm x 60cm; 75cmx75cm;			
	1)	włókno celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi	gramatura min 57g/m ²	
	2)	Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500mN	tak	
	3)	Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190kPa, na mokro nie mniej niż 150kPa	tak	
	4)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m	tak	
	5)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m	tak	
	6)	Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi	tak	
	7)	wymagany znak CE widoczny na każdym kartonie	tak	

75-581 Koszalin
ul. Chałubińskiego 7

www.swk.med.pl
e-mail: szpital@swk.med.pl

centrala: 94 34 88 400

NIP 6691044410
REGON 330006292-00036

BDO 000008455

KRS 000006505
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy KRS