

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Trybu podstawowego nr TP.382.138.2021 BS – sprzęt i narzędzia do zabiegów endoskopowych

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZYNNOŚĆ POWTÓRZONA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 I CZĘŚCI NR 29

1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
3	Kleszczyki biopsyjne j.uż	Plus Sp. z o.o. Sonologic Sp. K. ul. Kresowa 7a 22-400 Zamość	100,00
29	Stent przełykowy samorozprężalny	Varimed Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław	100,00

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
3	Kleszczyki biopsyjne j.uż.	Sun-Med S.C. ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź	82,86
		ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów	Oferta odrzucona
		TESA Teresa Woźniewska ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 32 02-495 Warszawa	Oferta odrzucona
29	Stent przełykowy samorozprężalny	Sun-Med S.C. ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź	75,29
		Plus Sp. z o.o. Sonologic Sp. K. ul. Kresowa 7a 22-400 Zamość	99,48

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

- 1) Oferta nr 4 złożona przez ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów na część 3 (Kleszczyki biopsyjne j.uż.) została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał kleszczyków biopsyjnych bez zawiasowych. Zaoferowane przez Endoelektronik kleszczyki posiadają nitowane zawiasy.

- 2) Oferta nr 4 złożona przez TESA Teresa Woźniewska ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32 02-495 Warszawa na część 3 (Kleszczyki biopsyjne j.uż.) została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie, część nr 29

Zamawiający wymagał kleszczyków biopsyjnych bez zawiasowych. Zaoferowane przez firmę TESA kleszczyki posiadają nitowane zawiasy.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w dniu 20.01.2022 r.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Magdalena Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznej Administracyjnej