

Koszalin, 14.04.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.44.2020 EK – materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dla zadania nr 8 pozycja nr 1 wymaga, aby dostawca etykiet przedstawił autoryzacje kompatybilności oferowanych etykiet wystawionych przez serwis producenta programu komputerowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego tj. przez firmę Getinge Polska sp. z o.o., co gwarantuje ich prawidłową pracę z systemem komputerowym posiadanym przez Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający wymaga dla zadania nr 8 pozycja nr 1 logo T-DOC na każdej etykiecie ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający wymaga dla zadania nr 8 pozycja nr 1 etykiet i kleju odpornych na : - działanie temperatury min. 134°C, - odporne na podciśnienie min. 970mBar-a, - odporne na nadciśnienie min. 2,7Bar-a, - odporne na wilgoć, gorącą parę wodną, - typu sandwich: dwuwarstwowa, warstwa spodnia z klejem umożliwiającym naklejenie na opakowanie /papierowo-foliowe, papier krepowy, włókninę itp./ -etykieta na podkładzie niepylącym, nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce, warstwa wierzchnia trójdzielna, - etykieta zgodna z systemem T-DOC, -nadruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.04.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15.

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena
7-11-2020