



## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

### OBŁOŻENIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

NUMER POSTĘPOWANIA: TP.382.006.2022 BS

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 25.01.2022

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

**DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin  
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
[Bożena Sterczyńska](#)  
tel.: 94 34-88-104; fax.: 94 34-88-299; e-mail: [bozena.sterczynska@swk.med.pl](mailto:bozena.sterczynska@swk.med.pl)

**UWAGA:**

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

**DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

- 1) Postępowanie prowadzone jest na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,
- 2) Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl).

**DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

**DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - bielizna szpitalna – 39518000-6.
3. Zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 1 i 2 do SWZ](#).
4. Prawo opcji.  
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.  
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  - 1) część nr 1 Maseczka chirurgiczna na troki;
  - 2) część nr 2 Maseczka chirurgiczna na gumkę;
  - 3) część nr 3 Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy;
  - 4) część nr 4 Czepek pielęgniarski;
  - 5) część nr 5 Czepek chirurgiczny;
  - 6) część nr 6 Zarękawki chirurgiczne;
  - 7) część nr 7 Pokrowce na przewody;
  - 8) część nr 8 Podkłady niesterylne jednorazowego użytku z włókniny;
  - 9) część nr 9 Organizery przewodów i drenów;

- 10) część nr 10 Osłony na panel sterowania;
- 11) część nr 11 Niesterylna osłona na tarczyce;
- 12) część nr 12 Bluzy zabiegowe;
- 13) część nr 13 Niesterylny komplet pościeli z włókniny;
- 14) część nr 14 Zestaw serwet uniwersalnych;
- 15) część nr 15 Zestaw serwet – pediatryczny;
- 16) część nr 16 Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne;
- 17) część nr 17 Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego;
- 18) część nr 18 Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy;
- 19) część nr 19 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy;
- 20) część nr 20 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego;
- 21) część nr 21 Zestaw serwet do artroskopii stawu kolanowego
- 22) część nr 22 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego z workiem;
- 23) część nr 23 Zestaw do operacji odbytnicy;
- 24) część nr 24 Zestaw do laparotomi;
- 25) część nr 25 Zestaw pojemników;
- 26) część nr 26 Serwety operacyjne;
- 27) część nr 27 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych;
- 28) część nr 28 Zestawy do zabiegów laryngologicznych;
- 29) część nr 29 Zestaw do operacji kręgosłupa;
- 30) część nr 30 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku;
- 31) część nr 31 Osłony na sprzęt medyczny;
- 32) część nr 32 Kieszeń na płyny irygacyjne;
- 33) część nr 33 Kieszeń na narzędzia;
- 34) część nr 34 Taśma samoprzylepna i uchwyt samoprzylepny;
- 35) część nr 35 Sterylne fartuchy chirurgiczne - wzmocnione;
- 36) część nr 36 Zestaw do zabiegów TUR, sterylny fartuch urologiczny;
- 37) część nr 37 Zestaw do małych operacji, serweta na stolik Mayo;
- 38) część nr 38 Serwety na stół operacyjny;
- 39) część nr 39 Osłony na kończynę dolną;
- 40) część nr 40 Serwety jałowe z nitką rtg;
- 41) część nr 41 Zestaw do kraniotomii;
- 42) część nr 42 Zestaw do amputacji kończyny;
- 43) część nr 43 Chusta trójkątna;
- 44) część nr 44 Ubrania chirurgiczne z włókniny;
- 45) część nr 45 Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających.

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

#### DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:
  - 1) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SWZ](#);
  - 2) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
    - część nr 1 Maseczka chirurgiczna na troki – 2 sztuki;
    - część nr 2 Maseczka chirurgiczna na gumkę – 2 sztuki;
    - część nr 3 Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy – 2 sztuki;
    - część nr 4 Czepek pielęgniarski – 2 sztuki;
    - część nr 5 Czepek chirurgiczny – po 2 sztuki z każdej pozycji formularza oferty;

- część nr 6 Zarękawki chirurgiczne – 1 sztuka.;
  - część nr 7 Pokrowce na przewody – 1 sztuka;
  - część nr 8 Podkłady niesterylne jednorazowego użytku z włókny – 1 sztuka;
  - część nr 9 Organizery przewodów i drenów – 1 sztuka;
  - część nr 10 Osłony na panel sterowania – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 11 Niesterylne osłona na tarczyce – 1 sztuka;
  - część nr 12 Bluzy zabiegowe – 1 sztuka;
  - część nr 13 Niesterylne komplety pościeli z włókny – 1 komplet.;
  - część nr 14 Zestaw serwet uniwersalnych - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 15 Zestaw serwet – pediatryczny – 1 zestaw;
  - część nr 16 Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne – 1 sztuka;
  - część nr 17 Sterylne zestawy do operacji protezowania okolic stawu kolanowego – 1 zestaw;
  - część nr 18 Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy – 1 zestaw;
  - część nr 19 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy – 1 zestaw;
  - część nr 20 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego – 1 zestaw;
  - część nr 21 Zestaw serwet do artroskopii stawu kolanowego – 1 zestaw;
  - część nr 22 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego z workiem – 1 zestaw;
  - część nr 23 Zestaw do operacji odbytnicy – 1 zestaw;
  - część nr 24 Zestaw do laparotomii – 1 zestaw;
  - część nr 25 Zestaw pojemników – 1 zestaw;
  - część nr 26 Serwety operacyjne – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 27 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 28 Zestawy do zabiegów laryngologicznych – po 1 zestawie z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 29 Zestaw do operacji kręgosłupa – 1 zestaw;
  - część nr 30 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku – 1 sztuka;
  - część nr 31 Osłony na sprzęt medyczny – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 32 Kieszeń na płyny irygacyjne – 1 sztuka;
  - część nr 33 Kieszeń na narzędzia – po 1 sztuce z każdej pozycji;
  - część nr 34 Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 35 Sterylne fartuchy chirurgiczne - wzmocnione – 1 sztuka;
  - część nr 36 Zestaw do zabiegów TUR, fartuch urologiczny – 1 zestaw z pozycji 1 i 1 sztuka z pozycji 2 formularza oferty;
  - część nr 37 Zestaw do małych operacji, serweta na stolik Mayo – 1 zestaw z poz. 1 i 1 sztuka z poz. 2 formularza oferty;
  - część nr 38 Serwety na stół operacyjny – 1 sztuka;
  - część nr 39 Osłony na kończynę dolną – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 40 Serwety jałowe z nitką rtg – po 1 opakowaniu z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 41 Zestaw do kraniotomii – 1 zestaw;
  - część nr 42 Zestaw do amputacji kończyny – 1 zestaw;
  - część nr 43 Chusta trójkątna – 1 sztuka;
  - część nr 44 Ubrania chirurgiczne z włókny – 1 komplet;
  - część nr 45 Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających – 1 sztuka.
- 3) Deklaracja zgodności
  - 4) Certyfikat CE
  - 5) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta).

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

#### DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

- należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

## DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

- 1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII SWZ.
  - 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem".
  - 1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
  - 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
  - 1.6. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
- 2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
    - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
      - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
      - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
    - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
    - 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

- konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
    - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
    - b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.
- 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego.
- 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
  - 3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
  - 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3.2 stosuje się.
- 4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
  - 4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
  - 4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

- 5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
11. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

### 1. Informacje ogólne

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
- 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

### 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)**. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem



Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia **TED lub numerem referencyjnym postępowania.**

- 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email [bozena.sterczynska@swk.med.pl](mailto:bozena.sterczynska@swk.med.pl)
- 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

**DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi następujące próbki:
  - część nr 1 Maseczka chirurgiczna na troki – 2 sztuki;
  - część nr 2 Maseczka chirurgiczna na gumkę – 2 sztuki;
  - część nr 3 Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy – 2 sztuki;
  - część nr 4 Czepek pielęgniarski – 2 sztuki;
  - część nr 5 Czepek chirurgiczny – po 2 sztuki z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 6 Zarekawki chirurgiczne – 1 sztuka.;
  - część nr 7 Pokrowce na przewody – 1 sztuka;
  - część nr 8 Podkłady niesterylne jednorazowego użytku z włókny – 1 sztuka;
  - część nr 9 Organizery przewodów i drenów – 1 sztuka;
  - część nr 10 Osłony na panel sterowania – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 11 Niesterylna osłona na tarczyce – 1 sztuka;
  - część nr 12 Bluzy zabiegowe – 1 sztuka;
  - część nr 13 Niesterylny komplet pościeli z włókny – 1 komplet.;
  - część nr 14 Zestaw serwet uniwersalnych - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 15 Zestaw serwet – pediatryczny – 1 zestaw;
  - część nr 16 Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne – 1 sztuka;
  - część nr 17 Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego – 1 zestaw;
  - część nr 18 Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy – 1 zestaw;
  - część nr 19 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy – 1 zestaw;
  - część nr 20 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego – 1 zestaw;
  - część nr 21 Zestaw serwet do artroskopii stawu kolanowego – 1 zestaw;
  - część nr 22 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego z workiem – 1 zestaw;
  - część nr 23 Zestaw do operacji odbytnicy – 1 zestaw;
  - część nr 24 Zestaw do laparotomi – 1 zestaw;
  - część nr 25 Zestaw pojemników – 1 zestaw;
  - część nr 26 Serwety operacyjne – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
  - część nr 27 Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;

- część nr 28 Zestawy do zabiegów laryngologicznych – po 1 zestawie z każdej pozycji formularza oferty;
- część nr 29 Zestaw do operacji kręgosłupa – 1 zestaw;
- część nr 30 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku – 1 sztuka;
- część nr 31 Osłony na sprzęt medyczny – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
- część nr 32 Kieszeń na płyny irygacyjne – 1 sztuka;
- część nr 33 Kieszeń na narzędzia – po 1 sztuce z każdej pozycji;
- część nr 34 Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny – po 1 szt. z każdej pozycji formularza oferty;
- część nr 35 Sterylne fartuchy chirurgiczne - wzmocnione – 1 sztuka;
- część nr 36 Zestaw do zabiegów TUR, fartuch urologiczny – 1 zestaw z pozycji 1 i 1 sztuka z pozycji 2 formularza oferty;
- część nr 37 Zestaw do małych operacji, serweta na stolik Mayo – 1 zestaw z poz. 1 i 1 sztuka z poz. 2 formularza oferty;
- część nr 38 Serwety na stół operacyjny – 1 sztuka;
- część nr 39 Osłony na kończynę dolną – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
- część nr 40 Serwety jałowe z nitką rtg – po 1 opakowaniu z każdej pozycji formularza oferty;
- część nr 41 Zestaw do kraniotomii – 1 zestaw;
- część nr 42 Zestaw do amputacji kończyny – 1 zestaw;
- część nr 43 Chusta trójkątna – 1 sztuka;
- część nr 44 Ubrania chirurgiczne z włókniny – 1 komplet;
- część nr 45 Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających – 1 sztuka.

2. Próbkę wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin  
Dział Zamówień Publicznych, Budynek G, pokój 3.4

## DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.06.2022 r. (90 dni)

## DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi [załącznik nr 1 do SWZ](#), wykonawca składa:
  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  - Deklaracja zgodności;
  - Certyfikat CE;
  - Dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta);
  - Próbkę wyszczególnioną w dziale V i XI niniejszej specyfikacji.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 5) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 6) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w formie

elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

- 8) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
  - 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
- 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
  - 3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
  - 4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  - 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

#### DZIAŁ XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Sposób złożenia oferty:
  - 1) Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym [załącznik nr 1 do SWZ](#), za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
  - 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx>).
  - 3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
  - 4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W nazwie skompresowanego **pliku należy zawrzeć nazwę wykonawcy oraz nr referencyjny postępowania wg wzoru:**

#### **FIRMA\_TP.382.006.2022 BS.pdf**

- 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Oferty należy przesłać do dnia 03.03.2022 r. do godz. 10:00

#### DZIAŁ XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2022 r., o godz. 10:30
2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

#### DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącego [załącznik nr 1 do SWZ](#).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

#### DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	PKT	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

2. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

#### DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
- b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

**DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 3 do SWZ](#).

**DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Postępowanie skargowe
  - 1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  - 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

**DZIAŁ XXI. WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

**DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;

- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

#### DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 MASECZKA CHIRURGICZNA NA TROKI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Maska chirurgiczna umocowana za pomocą gumek, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 2 MASECZKA CHIRURGICZNA NA GUMKĘ			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
2	Maska chirurgiczna - troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 3 MASECZKA CHIRURGICZNA Z ANTYREFLEKSYJNĄ OCHRONĄ NA OCZY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
3	Maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy, powleczona warstwą chroniącą przed zaparowaniem, min. 10 x 29 cm, troki min. 30 cm, trój- lub czterowarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikroślisków, pakowana w kartoniki max. po 50 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 4 CZEPEK PIELEŃNIARSKI			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Czepek pielęgniarSKI okrągły, z przewiewnej włókniny, z perforacją, wykończony delikatną nieuciskającą bezlateksową gumką, niesterylny, szerokość po rozciągnięciu min. 55 cm, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt.	kolor zielony lub niebieski	

CZĘŚĆ NR 5 CZEPEK CHIRURGICZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany z włókniny oddychającej wiskozowej perforowanej na całej powierzchni, pochłaniającej pot, z możliwością wywinięcia otoku, z tyłu ściągany lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt.	kolor niebieski lub zielony	
2	Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Tylne części wydłużona, ściągająca nieuciskającym ściągaczem lub gumką. Wykonany z włókniny polipropylenowej; materiał opaski pochłaniającej pot: wiskoza	kolor niebieski lub zielony	

	i poliester. Pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt.		
--	---	--	--

#### CZĘŚĆ NR 6 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylne, gramatura min. 60g/m <sup>2</sup> .	kolor zielony lub niebieski	

#### CZĘŚĆ NR 7 POKROWCE NA PRZEWODY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Pokrowiec foliowy na przewody z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii, teleskopowo lub rewersowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach z papierową wstawką ułatwiającą zakładanie, sterylne.	bezbarwny, min. 14 cm x 250 cm	

#### CZĘŚĆ NR 8 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Podkład nieprzemakalny wzmocniony, nieprzeźroczysty (z włókniny foliowanej, chłonnej) dwu- lub trzywarstwowy, laminowany, niejałowy.	180 cm x 240 cm (+/- 10%)	

#### CZĘŚĆ NR 9 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Sterylny organizer przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm włókninowych min.25 cm długości, umożliwiające równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepką do zamocowania na serwecie.	min. 9 cm x 11 cm	

#### CZĘŚĆ NR 10 OSŁONY NA PANEL STEROWANIA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką.	85cm x 150cm	
2	Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką.	80cm x 90cm	

#### CZĘŚĆ NR 11 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Kołnier ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze min. 40g/m <sup>2</sup> . Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z normą typu EN10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika. Wyrób medyczny .	Wymiary min. 44 cm x 55 cm, średnica otworu 15 – 17 cm	



CZĘŚĆ NR 12 BLUZY ZABIEGOWE, OCIEPLACZE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z niepyłającej i nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Gramatura min. 45 g/m <sup>2</sup> . Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza z długim rękawem, zapinana na plastikowe napy/zatrzaski z dwoma dolnymi kieszeniami. Bluza zgodna z normą typu EN 13 795 lub równoważną dla odzieży operacyjnej. Zapakowana pojedynczo w torbę PE	rozmiar M i L	

CZĘŚĆ NR 13 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej: poszwa 140 x 210 cm; poszewka 80 x 90 cm; prześcieradło 160 x 200 cm	tak	

CZĘŚĆ NR 14 ZESTAW UNIWERSALNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>ZESTAW UNIWERSALNY I</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem 110 g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m<sup>2</sup>. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, min. 300cm x 150cm - owinięcie zestawu;</li> <li>- 1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</li> <li>- 1 x serweta samoprzylepna anesteziologiczna 240cm x 150 cm (+/- 10cm) (wzmocnienie 50x70 cm);</li> <li>- 1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 175cm x 170cm (+/- 7cm) ( wzmocnienie 50x70 cm);</li> <li>- 2 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 75 cm (+/- 5cm)(wzmocnienie 36 x90 cm);</li> <li>- 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23cm;</li> <li>- 2 x ręczników celulozowych min.33cm x 30cm;</li> <li>- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny typu spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie</li> </ul>	tak	

	<p>wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny typu spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej.</li> </ul>		
2	<p><b>ZESTAW UNIWERSALNY II</b>  Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem 110 g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m<sup>2</sup>. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm)-owinięcie zestawu;</li> <li>- 1 x serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</li> <li>- 2 x serweta samoprzylepna anestetyczna 240cm x 150 cm (+/- 10cm)(wzmocnienie 50x70 cm);</li> <li>- 1 x serweta samoprzylepna operacyjna dolna 175cm x 170cm (+/- 7cm) ( wzmocnienie 50x70 cm);</li> <li>- 2 x serweta samoprzylepna operacyjne 90cm x 75 cm (+/- 5cm)( wzmocnienie 36 x90 cm);</li> <li>- 1 x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;</li> <li>- 2 x ręczników celulozowych min.33cm x 30cm;</li> <li>- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny typu spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</li> <li>- 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL wykonany z włókniny typu spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62</li> </ul>	tak	

	cmH2O i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej.		
--	--	--	--

## CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej min. 110 g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów min. 200cm H<sub>2</sub>O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm );</li> <li>- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145);</li> <li>- 1 kompromisowa obręcz operacyjna 150 cm x 240 cm;</li> <li>- 1 kompromisowa obręcz operacyjna 200 cm x 175 cm;</li> <li>- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;</li> <li>- 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm.</li> </ul>	tak	

## CZĘŚĆ NR 16 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE NA BLOKI OPERACYJNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą, fartuch musi posiadać wzmocnienia w części brzusznej i w rękawach. Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.</p> <p>Parametry: fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa,</li> <li>- gramatura: 68-78 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- wzmocnienie od wewnątrz fartucha wykonane z folii polietylenowej lub laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa min. 37 g/m<sup>2</sup>), odporna na działanie alkoholi,</li> </ul>	<p>Długość:</p> <p>L - 130cm (+/- 5%),</p> <p>XL – 145cm (+/- 5%),</p> <p>XXL – 165cm (+/- 5%)</p>	

<p>-wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro w obszarze wzmocnionym – przód minimum 160 kPa, pozostała powierzchnia fartucha minimum 120 kPa,  - nieprzemakalność minimum 119 cm H<sub>2</sub>O,  - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny.</p>		
--	--	--

CZEŚĆ NR 17 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m<sup>2</sup>. W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe- łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m<sup>2</sup>. Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa .Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 170 x 300 cm - owinięcie zestawu;</li> <li>- 4 x ręcznik do rąk min. 20 x 30 cm;</li> <li>- 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety 83 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m<sup>2</sup>, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H<sub>2</sub>O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H<sub>2</sub>O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm i 2 x XLL - 170 cm;</li> <li>- 1 x osłona na kończynę 33 x 55 cm</li> <li>- 3 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50 cm;</li> <li>- 1 x kieszeń na narzędzia 1- komorowa min. 38 x 40cm;</li> <li>- 5 x strzykawka 20 ml 2- częściowa;</li> <li>- 1 x <input type="checkbox"/>tryk<input type="checkbox"/>wk<input type="checkbox"/> 100 ml;</li> <li>- 1 x <input type="checkbox"/>tr<input type="checkbox"/>k<input type="checkbox"/>p<input type="checkbox"/>r 10;</li> <li>- 1 x <input type="checkbox"/>tr<input type="checkbox"/>k<input type="checkbox"/>p<input type="checkbox"/>r 23;</li> <li>- uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem;</li> <li>- 1 x dren Redona 12CH/ 15 cm perforacja, dł. 50 cm, znacznik RTG;</li> <li>- 1 x dren do ssaka 25CH, długość 350 cm;</li> </ul>	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;</li> <li>- 1 x miska polipropylenowa 250 ml</li> <li>- 6 x tupfer z gazy 20- nitkowej z RTG, rozm. 5;</li> <li>- 40 x kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17- nitkowe, 12-warstwowe z nitką RTG, banderolowane a' 10 szt;</li> <li>- 5 x serwety gazowe, 20- nitkowe, 4- warstwowe, min. 40 x 40 cm ze znacznikiem RTG, z tasiemką, białe, poddane wstępnemu praniu;</li> <li>- 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm;</li> <li>- 2 x serweta 2- warstwowa 150 x 240 cm samoprzylepna;</li> <li>- 1 x serweta 225 x 320 cm 2 - warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym z neoprenowym otworem o średnicy 7 cm.</li> </ul>		
--	---	--	--

#### CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej bez dodatku celulozy - Serweta o minimalnych wymiarach 245cm x 320cm z otworem o średnicy 3cm wykończony neoprenem; - 1 x Serweta samoprzylepna operacyjna 175cm x 200cm; - Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 170cm x 300cm; - Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm; - Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm; Gramatura min. 70g/m <sup>2</sup> . Odporność na penetrację płynów min 1500mm słupa H <sub>2</sub> O – dotyczy całego zestawu.	tak	

#### CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w części wzmocnionej trójwarstwowego: - Serweta na stolik narzędziowy min. 170cm x 300cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm); - Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie min. 60cm x 80cm); - Serweta operacyjna 300cm x 250cm + okno klejące (pas z taśmą) 80cm x 30cm + kieszeń.	tak	

#### CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m <sup>2</sup> . W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łąty chłonne polipropylenowe - łączna gramatura	tak	

w miejscu wzmocnień min. 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m<sup>2</sup>. Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.

Skład minimalny:

- 1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;
- 2 x Serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny o wym. min 150cm x 250cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm;
- 1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm;
- Osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min. 130 g/m<sup>2</sup>;
- 1 x Serweta na stół instrumentarium 170 x 300 cm – owinięcie zestawu;
- 4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm;
- fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m<sup>2</sup>, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2 - warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H<sub>2</sub>O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H<sub>2</sub>O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm 2 x XLL- 170 cm;
- 1 x Kieszon foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm;
- 50 x kompres gazowy 10 x 20 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a' 10 szt.;
- 5 x tupfer gazowy z nitką RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm;
- 1 x miękki polipropylu 250 ml;
- 1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm;
- 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;
- 1 x otwór do kłopa r 23;
- 2 x otwór do kłopa r 10;
- 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm;
- uchwył z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem;
- 1 x strzykawka 100 ml

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. 50 cm;</li> <li>- 1 x orgoform typu rpp 2,5 x 20/ 24 cm;</li> <li>- 1x serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o wym.150cm x 240cm.</li> </ul>		
--	--	--

#### CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Zestaw do artroskopii stawu kolanowego</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m<sup>2</sup>. na całej powierzchni.</p> <p>Chłonność laminatu min. 200 ml/ m<sup>2</sup>. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta min. 225 x 320 cm z otworem Ø 7 cm i workiem do zbiórki płynów;</li> <li>- 2 x taśma lepna min. 9 x 49 cm;</li> <li>- 1 x kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego min. 24 cm;</li> <li>- 1 x osłona na kończynę 2- warstwowa min. 33 x 55 cm;</li> <li>- 1 x otryb chirurgiczny nr 11 typu tylny;</li> <li>- 1 x miękki polipropylenu 250 ml;</li> <li>- 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm zielona;</li> <li>- 1 x osłona foliowa na kamerę min. 13 x 250 cm;</li> <li>- 1 x dren Redona PCV 12Ch 50 cm/perforacja na 15 cm, znacznik Rtg;</li> <li>- 1 x butelka do drenażu 400 ml;</li> <li>- 1 x zapinka do bandaża;</li> <li>- 1 x bandaż 15 cm x 5 m długości elastyczny biały;</li> <li>- 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 17- nitek, 12- warstw, z nitką RTG, banderolowany a' 10 szt;</li> <li>- serweta z przylepcem 170cm x 240cm;</li> <li>- 1 x osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm;</li> <li>- Fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m<sup>2</sup>, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H<sub>2</sub>O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H<sub>2</sub>O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa; Rozmiary: 1 x rozm. XLL- 170 cm długości oraz 1 x rozm. XL- 150 cm długości;</li> <li>- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 170 x 300 cm;</li> </ul>	tak	

	- owinięcie zestawu.		
--	----------------------	--	--

### CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Zestaw do zabiegów artroskopii barku z workiem</p> <p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro min. 274 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin ważności min. 12 miesięcy.</p> <p>Skład minimalny zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;</li> <li>- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm;</li> <li>- 1 x osłona na kończynę górną min. 24 x 80 cm (od środka miękka włóknina, od zewnątrz elastyczna folia elastomerowa);</li> <li>- 1 x plasek foliowy polipropylenowy 10 x 50 cm;</li> <li>- 1 x serweta do artroskopii barku 225 x 380 cm 2-warstwowa z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep;</li> <li>- 2 ręczniki do rąk.</li> </ul>	tak	

### CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup> Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>, chłonność w miejscu padu min. 386 ml/m<sup>2</sup>. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 cm x 300 cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm);</li> <li>1 x serweta na stół Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</li> </ul>	tak	



<p>1 x serweta operacyjna nieprzemakalna 75cm x 90cm (+/-5cm);</p> <p>1 x serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28cm x 32cm i 15cm x 12cm (+/-5cm) 300cm x 250cm (pad brzuch 75cm x 190cm, (+/-15cm) pad krocze 90cm x 60cm (+/-5cm);</p> <p>1 x taśma samoprzylepna min. 10cm x 50cm;</p> <p>2 x uchwyt (rzep) min. 2cm x 20cm.</p> <p>1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejscowe;</p> <p>2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;</p> <p>1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego otwarta CH21-24;</p> <p>1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m;</p> <p>2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 32 x 30 cm;</p> <p>1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 43 x 38 cm;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 11;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 23;</p> <p>1 x kleszczyki plastikowe blokowane 24 cm.</p>		
--	--	--

#### CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO LAPARATOMII

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN typu 13795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiadające I klasę palności. Skład:</p> <p>1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona min. 195x300 cm (opakowanie zestawu);</p>	tak	

<p>1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);</p> <p>1 x serweta do cięcia cesarskiego min. 260 x 320 cm, z torbą na płyny i oknem min. 32 x 30 cm</p> <p>2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH20. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH20. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;</p> <p>1 x kleszczyki plastikowe blokowane 24 cm;</p> <p>1 x pojemnik magnetyczno- piankowy na igły i ostrza, 10 miejscowy;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 11;</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne nr 23;</p> <p>40 x kompres gazowy 10 x 10 (17 nitkowy, 12 warstwowy);</p> <p>10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm;</p> <p>1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;</p> <p>1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego otwarta CH22-24;</p> <p>1 x kubek z uchwytem plastikowy 1000 ml;</p> <p>1 x elektroda do koagulacji i cięcia typu Erbe lub równoważna, długość kabla 320 cm;</p> <p>2 x kieszeń foliowa jednokomorowa min. 32 x 30 cm;</p> <p>1 x organizator przewodów (rzep) min. 2 x 20 cm.</p>		
---	--	--

#### CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW POJEMNIKÓW

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przezroczysty;</li> <li>- 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z podziałką, przezroczysty;</li> <li>- 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2.</li> </ul>	tak	

## CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	170cmx175cm (+/- 5cm)	
2	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	120cm x 150cm (+/- 5 cm).	
3	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	90cm x 100cm (+/- 5 cm).	
4	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia 55g/m <sup>2</sup> , ze wzmocnieniem 110 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O .	150cm x 240cm (+/- 10 cm).	
5	Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	45cm x 75cm ( +/- 5 cm).	
6	Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.	75cm x 90 cm ( +/- 5 cm).	
7	Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu , spełniającego wymogi normy	min. 75cm x 90cm.	

	typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m <sup>2</sup> . Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m <sup>2</sup> . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H <sub>2</sub> O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.		
--	---	--	--

#### CZĘŚĆ NR 27 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Obłożenie okulistyczne. Sterylne obłożenie wykonane z materiału z włókien sztucznych (monolit Propylenowy), bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący, wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 8cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o wymiarach min. 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura materiału min. 57 g/m <sup>2</sup> , bez zawartości lateksu	min. 140cm x 120cm	
2	Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm, gramatura materiału min. 60 g/m <sup>2</sup> , bez zawartości lateksu.	min. 60cm x 70cm	

#### CZĘŚĆ NR 28 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Zestaw uniwersalny laryngologiczny. Skład minimalny: – 1 x serweta na stół narzędziowy 2 -warstwowa min. 100 cm x 150 cm (opakowanie zestawu); – 1 x serweta 2 – warstwowa nieprzemakalna min. 150 cm x 240 cm; – 1x serweta 2-warstwowa nieprzemakalna min. 90 cm x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa z otworem przylepnym min. 75 x 90 cm śr. 7 cm; – 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cmx145 cm, złożona teleskopowo; – 2 x fioletowy chirurgiczny tęczowy XL; – 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką (9,2 x 5,3 cm); – 1 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30 cm; – 1 x uchwyt (rękojmię) 2 x min. 23 cm; – 1 x kieszeń 2 – sekcje min. 38 x 43 cm.	tak	
2	Zestaw do FESS. Skład minimalny: – 1x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 100 x150 cm (opakowanie zestawu); – 2 x serweta 2 -warstwowa przylepna min. 90 x 100 cm; – 1 x serweta 2 – warstwowa przylepna z otworem decentralnym śr. 15 cm, rozm. min. 200 x 280 cm;	tak	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm złożona teleskopowo;</li> <li>- 2 x fartuch chirurgiczny L (dł. 130 cm, +/-5cm);</li> <li>- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml , niebieski z podziałką ( 9,2 x 5,3 cm);</li> <li>- 1 x osłona na kamerę 13 x 244 cm, złożona teleskopowo;</li> <li>- 2 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 300 cm;</li> <li>- 1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm;</li> <li>- 1 x uchwyt (rękojmię) 2 x 33 cm;</li> <li>- 1 x kieszeń 38 x 43 cm.</li> </ul>		
3	<p>Zestaw do zabiegów laryngologicznych na siedząco. Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x serweta na stół narzędziowy 2 – warstwowa 120x95 cm (opakowanie zestawu);</li> <li>- 1x serweta 2 – warstwowa przylepna 90x75 cm – szerokość części lepnej max.2,5 cm;</li> <li>- 1x serweta 2 – warstwowa wzmocniona 150x125 cm z wycięciem „U” 6,5 x 40 cm;</li> <li>- 1x serweta na stolik Mayo 80x 145 cm, złożona teleskopowo;</li> <li>- 1x fartuch chirurgiczny standard XL;</li> <li>- 1x fartuch chirurgiczny standard L;</li> <li>- 1x pojemnik plastikowy – kubek 60ml, niebieski z podziałką (5x5 cm);</li> <li>- 1x osłona na kamerę 13x 244 cm, złożona teleskopowo;</li> <li>- 1x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm;</li> <li>- 2x ręcznik celulozowy min. 33x30 cm ;</li> <li>- 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm</li> </ul>	tak	

#### CZĘŚĆ NR 29 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem 110 g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>, chłonność w miejscu padu min. 386 ml/m<sup>2</sup>. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x300cm, opakowanie zestawu;</li> <li>2 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 175x175cm (wzmocnienie 50x70 cm);</li> <li>1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 240x150cm</li> </ul>	tak	

<p>(wzmocnienie 50x70 cm);  2 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna min 90x75cm (wzmocnienie 36 x90 cm)  1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 170x300cm (wzmocnienie 50x70 cm);  1 x serweta 2-warstwowa wzmocniona, przylepna 200x245cm;  2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL (długość min. 150cm) wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cm H<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m<sup>2</sup>; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O i strefie wzmocnionej 80 cm H<sub>2</sub>O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej- fartuch zapakowany w papier krepowy w pierwszym zwinięciu stolika narzędziowego;  1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona rozm. min 140x75cm, (wzmocnienie min 60x85cm), złożona teleskopowo;  60 x kompres z gazy 10x10 (17 N, 12W) z nitką rtg;  5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm;  1 x osłona na sprzęt RTG min. 80x90cm zakończona gumką;  1 x ostrze chirurgiczne 11;  2 x ostrze chirurgiczne 23;  1 x strzykawka 20 ml;  1 x uchwyt (rzep) min 2x20 cm;  1 x czyścik do elektrod 5x5 cm;  1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;  1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego otwarta CH21-24;  1 x końcówka metalowa do ssaka 12/14 CH, długość 150mm;  1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m;  1 x kleszczyki plastikowe blokowane min. 24 cm;  2 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa min 43x38 cm.</p>		
--	--	--

**CZĘŚĆ NR 30 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej powietrze włókniny, nieprzezroczysta w kolorze niebieskim lub granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na plecach wiązana na troki, krótki rękaw	długość min.110cm obwód min.130cm długość paska min. 200cm	

CZĘŚĆ NR 31 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305 cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu.	117 cm x 305 cm	
2	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, skład: – draperia na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm, umieszczona na klipsach 11 cm, – osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, – osłona na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką, – osłona na pedał Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE.	tak	
3	Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 18x244cm, wykonana z bezbarwnej folii PE, wyposażona w samoprzylepną taśmę oraz samouszczelniającą się końcówkę bez perforacji. Złożenie teleskopowe powinno pozwalać na jej aseptyczną aplikację. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta.	tak	

CZĘŚĆ NR 32 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Sterylny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Worek posiadający mocną taśmę samoprzylepną do mocowania worka do obłożenia.	min. 60cm x90cm	

CZĘŚĆ NR 33 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.	30cm x 30 – 35 cm	
2	Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w	43 cm x 38 – 40 cm	

	warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.		
3	<p>Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.</p> <p>Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m<sup>2</sup> (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych.</p>	40 cm x 46 – 50 cm	

#### CZĘŚĆ NR 34 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, UCHWYT SAMOPRZYLEPNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm	9 cm x 50cm (+/- 2cm)	
2	Uchwyt typu rzep, samoprzylepny	min. 2 x 23cm	

#### CZĘŚĆ NR 35 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE - WZMOCNIONE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną.</p> <p>Gramatura minimum 40g/m<sup>2</sup>, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach - mocowane od środka fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe.</p> <p>Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H<sub>2</sub>O. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu.</p>	<p>Długość:</p> <p>L - 130cm (+/- 5%),</p> <p>XL – 145cm (+/- 5%),</p> <p>XXL – 165cm (+/- 5%)</p>	

#### CZĘŚĆ NR 36 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, FARTUCH UROLOGICZNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności.</p> <p>Skład:</p>	tak	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm - opakowanie zestawu;</li> <li>- 1 x serweta urologiczna 2 – warstwowa z torbą na płyny(sitem) 200/280 x 185 cm, otwór 7x10 cm i 7 cm, osłona na palec do badania per rectum bez lateksowa, wbudowane legginsy</li> <li>- 1 ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm;</li> <li>- 2 x strzykawka 20 ml typu luer, 2 części;</li> <li>- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m<sup>2</sup> odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH<sub>2</sub>O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy EN 13795;</li> <li>- 1 x fartuch urologiczny XXL – zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprzesiākalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- 1 x worek do zbiórki moczu 2000 ml</li> <li>- 1 x osłona na optykę z folii PE zakończona elastycznym otworem w środku z dodatkową gumką bez pasków mocujących; osłona umieszczona na tekturze celem ułatwienia rozwijania, rozmiar: 14cm x 300cm;</li> <li>- 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek;</li> <li>- 1 x przewód do cystoskopii długość 200 cm, przewód posiadający podwójne lub pojedyncze podłączenie typu luer lock;</li> <li>- 1 x organizator przewodów rzep.</li> </ul>		
2	<p>Fartuch urologiczny XXL – zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną, posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia w przedniej części, wykonany z włókniny PPSMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, oraz w rękawach, wykonanych z włókniny PP – PE o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprzesiākalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej, zakładki wykonane z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>.</p>	tak	

**CZĘŚĆ NR 37 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI, SERWETA NA STOLIK MAYO**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien	tak	

	<p>posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.</p> <p>Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, (bez wzmocnienia) 55g/m<sup>2</sup>. Chłonności materiału podstawowego min. 450%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.</p> <p>Skład minimalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x 190cm;</li> <li>– 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm)</li> <li>– 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;</li> <li>– 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo.</li> </ul> <p>Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m<sup>2</sup>, PE 57 g/m<sup>2</sup>.</p>		
2	Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m <sup>2</sup> , PE 57 g/m <sup>2</sup> .	tak	

#### CZĘŚĆ NR 38 SERWETY NA STÓŁ OPERACYJNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min. 3200 g/m<sup>2</sup> potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą typu ISO13485 lub równoważną potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%).</p>	100 x 75 (+/-1 cm)	
2	<p>Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.</p> <p>Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość min. 3200 g/m<sup>2</sup> potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%).</p>	100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm)	

## CZEŚĆ NR 39 OSŁONY NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Oslona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.	min. 40 cm x 80 cm	
2	Oslona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.	min. 75 cm x 120 cm	

## CZEŚĆ NR 40 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG A 5 SZT.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałka 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępniemu zwiększającemu jej chłonność.	45 x 45 cm	
1	Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałka 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt.	45 x 45 cm	

## CZEŚĆ 41 ZESTAW DO KRANIOTOMII

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 300x150cm (opakowanie zestawów);</p> <p>1 x serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach min. 230x300cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep, worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i połączenie do drenu (laminat 2W, w strefie krytycznej dodatkowe pad chłonny z laminatu 2W);</p> <p>4 x serweta przylepna 3W, 50x50cm</p> <p>1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo minimum 80x145cm (wzmocnienie 60x85cm)</p> <p>3 x sterylne pełno ochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Troki złożone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą, fartuch musi posiadać wzmocnienia w części brzusznej i w rękawach. Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar 1 x L – 130 cm (+/-5%), 2 x XXL – 165cm (+/-5%)</p> <p>Parametry: fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa,</li> <li>- gramatura: 68-78 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- wzmocnienie od wewnątrz fartucha wykonane z folii polietylenowej lub laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa min. 37 g/m<sup>2</sup>), odporna na działanie alkoholi,</li> </ul>	Tak	

<p>- wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro w obszarze wzmocnionym – przód minimum 160 kPa, pozostała powierzchnia fartucha minimum 120 kPa,  - nieprzemakalność minimum 119 cm H<sub>2</sub>O,  - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny.</p> <p>60 x kompres z gazy 10x10cm (17N, 12W), z nitką RTG  5 x serweta operacyjna jałowa (45x45cm) z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie.</p> <p>1 x ostrze chirurgiczne 11;  1 x ostrze chirurgiczne 23;  2 x strzykawka 20ml;  1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem minimum 3m;  1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;  1 x końcówka metalowa do ssaka 12/14 CH, długość 150mm;  1 x kleszczyki plastikowe blokowane minimum 22cm;  1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna minimum 40x35cm;  2 x pojemnik plastikowy 250ml;  1 x uchwyt (rzep) minimum 2 x 20cm</p>		
---	--	--

#### CZĘŚĆ 42 ZESTAW DO AMPUTACJI KOŃCZYNY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Sterylnie obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa+hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości celulozy o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>. Dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecia warstwa wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze w obszarze krytycznym min. 130g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 150cm H<sub>2</sub>O) oraz odporność na rozerwanie; w strefie wzmocnionej: na sucho i mokro min. 220 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawierająca lateksu. Wyroby gotowe z laminatu muszą posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet powinna spełniać wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiadać właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana według EN ISO 9073-6: min. 715 ml/m<sup>2</sup>.</p> <p>1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190cm x 150cm (opakowanie zestawu);  1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, złożona 150 x 190cm;  1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona na obszarze minimum 60 x 145cm, złożona teleskopowo;  1 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona, z warstwą przylepną 100cm, w rozmiarze 300 x 170cm;  1 x serweta wzmocniona z przylepnym wycięciem U 10 x 95cm, w rozmiarze 245 x 280cm, wzmocnienie w postaci padu z wiskozy;  1 z serweta nieprzylepna dwuwarstwowa 75 x 90cm;</p>	tak	

	1 x stokineta, złożona teleskopowa 35 x 120cm; 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm; 4 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30cm .		
--	---	--	--

## CZĘŚĆ 43 CHUSTA TRÓJKĄTNA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Chusta trójkątna wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 100g/m <sup>2</sup> (+/-8%), brzegi podwinięte, obszyte ścięciem stebnowanym, nie strzępiące się, kolor biały, pakowane indywidualnie.	97x97x140cm (+/-5%)	

## CZĘŚĆ 44 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny, nieprzeźroczysty, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni. Spodnie wiązane na troki z prowadnicą w pasie. Bluza z wycięciem typu serek lub zaokrąglonym pod szyją, wykończonym lamówką, posiadająca trzy kieszenie – jedną na piersi i dwie na dole. Komplet wykonany z włókniny polipropylenowej SMS, z dodatkiem antystatycznej apretury o gramaturze 38g/m <sup>2</sup> . Włóknina spełnia normę typu EN 13795 (1-3) lub równoważną i normę typu ISO 10993-1 (uczulenia, podrażnienia, cytotoksyczność) lub równoważną. Dostęp do trzech kolorów. Komplet pakowany razem w torbę foliową.	Rozmiar S-XXL.	

## CZĘŚĆ NR 45 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	Jednorazowy niejałowy fartuch higieniczny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki - jeden komplet troków na karku, drugi do owinięcia wokół talii. Pasek do owinięcia wokół talii przymocowany z przodu fartucha. Długość paska 200 cm +/- 5 cm. Mankiety ściągnięte lekko nieuciskającą gumką, nie zawierająca latexu. Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze min. 28 g/m <sup>2</sup> . Długość fartucha 115 cm +/- 5 cm. Szerokość fartucha 130 cm +/- 5 cm. Fartuch pakowany po 10 szt. w torbę foliową.	tak	

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.AK.TP.382.006.2022 BS  
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy:	Obłożenia operacyjnych jednorazowego użytku, część nr ....
----------	--

Umowa zawarta w dniu ..... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora

zwanym dalej *Kupującym*

a

NIP:.....REGON:.....KRS:.....

reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej *Sprzedawcą*

### § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego ..... (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

### § 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
  - a) Cena brutto: ..... zł;
  - b) Cena netto: ..... zł
2. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy.
4. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
6. Wykonawca wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2.
7. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)
8. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
9. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
10. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

### § 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

#### § 4 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
- Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
- Realizacja dostawy następuje do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### § 5 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy.
- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

#### § 6 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
  - za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
  - za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,

- c) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

#### § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia towarami wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

#### § 8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
  - 1) w przypadku:
    - a) wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
    - b) wstrzymania wprowadzania towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
    - c) wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
      - poprzez zastąpienie go innym produktem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;
  - 2) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
  - 3) w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu towaru lub nazwy własnej towaru.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

#### § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: