

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.023.2022 EK – Usg okulistyczne , urządzenie Angio-OCT

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji bhp w języku polskim wraz z przedmiotem zamówienia? Usg okulistyczne jest dostarczane wraz oryginalną instrukcją obsługi Producenta zawierającą informacje dotyczące ogólnej konfiguracji oraz konserwacji urządzenia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia instrukcji bhp w języku polskim wraz z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem operacyjnym w wersji Windows 10 (Enterprise) o parametrach: Dysk HDD min. 1TB, SSD 128Gb, RAM 16Gb?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych