

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Trybu podstawowego nr TP.382.047.2022 BS – sprzęt jednorazowego użytku do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
1	Wyposażenie jednorazowe do automatycznego wstrzykiwania kontrastu Urlich CT Motion	Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki	100,00
2	Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual	Część unieważniona – brak ważnych ofert	
3	Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR	Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice	100,00

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
2	Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual	Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice	Oferta odrzucona
3	Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR	MTES Sp. z o.o. ul. Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków	90,88
		Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice	40,82

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta nr 2 złożona przez Salus International Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice na część nr: 2 (Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual), została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zamawiający w części nr 2 wymagał między innymi złącza niskociśnieniowego o długości 150-160 cm, wytrzymałości ciśnieniowej min. 325 PSI, z trójnikiem „T” lub „Y” wyposażonego w zastawkę antyzwrotną. W zaoferowanym sprzęcie złącze nie posiada zastawki antyzwrotnej.

3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie w zakresie części: nr 2 (Zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual), zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w dniu 05.05.2022 r.

Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych