

Koszalin, 13.06.2022 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.061.2022 JK – Sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 13

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek o dotychczasowych parametrach:*

*Koszulki diagnostyczne: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11*

*- długość 5,5; 11; 23 cm*

*- dostępne z miniprowadnikiem lub bez*

*- mini-guidewire - 45cm*

*- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,*

*- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką,*

*- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,*

*- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,*

*- duża odporność na zagięcie,*

*- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczyń,*

*- box - 5szt?”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 2 i 6

*„Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulujące z osłonką będącą kopolimerem silikonu i poliuretanu?”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający dopuści ICD z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody, ERI poprzez sygnał wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie?”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące z osłonką będącą kopolimerem silikonu i poliuretanu?”*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrody lewokomorowej unipolarnej jeśli będzie zaoferowana elektroda lewokomorowa bipolarna 4,3F?”*

znak pisma: TP.382.061.2022 JK

**ODPOWIEDŹ**  
Nie.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe z osłonką będącą kopolimerem silikonu i poliuretanu?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający dopuści zestaw do kapitulacji zatoki wieńcowej z zastawką hemostatyczną zintegrowaną z koszulką dzięki czemu zestaw jest szczelny a dzięki portowi bocznemu operator ma możliwość podania kontrastu kiedy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 6

*„Czy Zamawiający dopuści przewodnik 0,035 i 0,032 (do wyboru) niewiele różniący się od wymaganego 0,034?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 1 poz. 1.14, 2.22, 2.26

*„Czy Zamawiający zgodzi się na stymulatory o pojemności baterii 1,0 Ah oraz z AV delay od 20 ms?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 5 poz. 1.15

*„Z uwagi na zaprzestanie produkcji defibrylatorów z energią gromadzoną 45 J, czy zamawiający zgodzi się usunięcie tego parametru wymaganego z pakietu?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 5 poz. IV, 1.1

*„Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrod RV wysokoenergetycznych tylko w systemie DF4?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 5 poz. VI, 1.1

*„Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrod LV tylko w systemie IS4, ze względu na zakończenie produkcji w systemie IS1?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**Sup. DYREKTORA**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych