

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.070.2022 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb bloków operacyjnych

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 9

„W związku z pytaniem nr 17: dotyczącym części nr 9 poz.1 i 2

„Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy polimerowe wraz z oświadczeniem producenta klipsownic które posiada Zamawiający (firma Grena), Dla potwierdzenia że oferowane klipsy są kompatybilne z w/w klipsownicami.”

**ODPOWIEDŹ** Tak.

Kierujemy do Zamawiającego pytanie o wyrażenie zgody na złożenie oferty na oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok bez oświadczenia producenta klipsownicy firmy Grena o kompatybilności? Potwierdzenie kompatybilności Zamawiający uzyska podczas testu klipsów ( w postępowaniu wymagane są próbki). Z doświadczenie wiemy, iż producenci nie wystawiają takiego dokumentu. Podtrzymanie tego wymogu skutkować będzie tym, że ofertę złoży tylko jeden oferent dyktując warunki finansowe co jest nie zgodne z ustawą PZP.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok bez oświadczenia producenta klipsownicy firmy Grena o kompatybilności.

Uwaga: Informuję, że Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie bez zachowania terminu określonego w art. 284 ust 2 ustawy Pzp, gdyż pytanie wpłynęło po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych