

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.063.2022 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 05.07.2022 R.

Jest:

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 10 poz.1,2
„Czy Zamawiający dopuści cewniki CH6-10 o długości 400mm?”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Powinno być:

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 10 poz.1,2
„Czy Zamawiający dopuści cewniki CH6-10 o długości 400mm?”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Jest:

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 10 poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?”
ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający potwierdza, że rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu.

Powinno być:

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 10 poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, aby rozmiar cewnika był kodowany kolorystycznie na konektorze oraz numerycznie na opakowaniu jednostkowym.

Jest:

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 10 poz. 3
„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewnika do karmienia skalowanego co 1cm, wykonanego z materiału niezawierającego ftalanów, z możliwością stosowania do 4 tygodni, potwierdzoną na oryginalnym opakowaniu przez producenta.”
ODPOWIEDŹ

Tak.

Powinno być:

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 10 poz. 3

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewnika do karmienia skalowanego co 1cm, wykonanego z materiału niezawierającego ftalanów, z możliwością stosowania do 4 tygodni, potwierdzoną na oryginalnym opakowaniu przez producenta.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu, aby cewniki miały możliwość stosowania do 4 tygodni z informacją na opakowaniu.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych