

Koszalin, 11.08.2022 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.092.2022 JK – zakup sprzętu medycznego ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora Fabian Therapy Evolution firmy Acutronic/Vyaire o następujących parametrach:

Parametry oddechowe regulowane

Pozycja nr 15.3. Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100%.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie bez zachowania terminu określonego w art. 135 ust 2 ustawy Pzp, gdyż pytanie wpłynęło po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych