

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.114.2022 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 350 cm, spełniającego pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 2, poz. 1-5

„Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „pakowany podwójnie” Zamawiający rozumie wewnętrzny worek foliowy perforowany na całej powierzchni całkowicie obejmujący produkt oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier, co pozwala na aseptyczne stosowanie?”

ODPOWIEDŹ

Pod pojęciem „pakowany podwójnie” Zamawiający rozumie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 2, poz. 9

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o dł. 3000mm, spełniającego pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 2, poz. 9

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o dł. 4000mm, spełniającego pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 2, poz. 5

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego z koszyczkiem z jednym otworem centralnym bez otworów bocznych, spełniająca pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 2, poz. 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany wewnętrznie w opaskę foliową utrzymującą kształt drenu oraz zewnętrznie w opakowanie folia-papier?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 2, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do drenu pakowaną w pojedyncze opakowanie papier-folia?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych