

Koszalin, 18.10.2022 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.121.2022 JK – zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu cystoskopów o poniższych parametrach użytkowych:

I.	Cystofiberoskop (1 szt.)
1	pole widzenia 120°
2	kierunek widzenia 0°
3	odległość widzenia zakres 3-50 mm
4	rozmiar zewnętrzny 16,5 Fr (5,5 mm)
5	rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba)
6	rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm)
7	długości: robocza 380 mm, całkowita 700 mm
8	wygięcia: w górę 210°, w dół 120°
9	Sterylizacja niskotemperaturowa
10	Możliwość pracy w obrębie pęcherza moczowego, dróg moczowych i nerek
11	W zestawie z endoskopem : - zawór podwójny luer, - nasadka do sterylizacji, - adapter do światłowodu, - szczoteczka dwustronna do czyszczenia, - port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylne, 5 szt. - zaworek biopsyjny - 10szt. - światłowód - średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, - kleszczyki kompatybilne z endoskopem (biopsyjne i grasper), - kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich kompatybilny z aparatem, z pokrywą
12	Urządzenie kompatybilne z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED do endoskopów giętkich, o wadze maksymalnej do 130 gram bez akumulatorów, z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym przeprowadzenie badania z użyciem cystoskopu giętkiego bezpośrednio przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego.
II.	Video-cystoskop giętki (4 szt.)
1	pole widzenia 110°
2	odległość widzenia zakres 3-50 mm
3	rozmiar zewnętrzny 5,7 mm
4	rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej o szerokości 5,7 mm
5	rozmiar kanału roboczego 2,2 mm
6	długości: robocza 380 mm
7	wygięcia: w górę 210°, w dół 180°
8	Sterylizacja nieskotemperaturowa

znak pisma: TP.382.121.2022 JK

9	<i>W zestawie z endoskopem:</i> <ul style="list-style-type: none">- zawór podwójny luer,- nasadka do sterylizacji,- kleszczyki kompatybilne z endoskopem (biopsyjne i grasper),- kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich kompatybilny z aparatem, z pokrywą- jednostka sterująca wyposażona w 21 celowy ekran
---	--

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych