

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.114.2022 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku

**1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

- 1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
1	Strzykawki i przyrządy do przetoczeń	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	100,00
2	Dreny i końcówki	Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice	100,00

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
1	Strzykawki i przyrządy do przetoczeń	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	95,46
		Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	73,45
		J. Chodacki A. Misztal MEDICA Sp.J. ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lubin	Oferta odrzucona
2	Dreny i końcówki	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	93,12
		Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	54,18
		Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Oferta odrzucona

**2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT**

- 1) Oferta nr 5 na część nr 1 (Strzykawki i przyrządy do przetoczeń) złożona przez J. Chodacki A. Misztal MEDICA Sp.J. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Część nr 1 (Strzykawki i przyrządy do przetoczeń) – Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w poz. 8, 9, 10 wymagał „Strzykawek trzyczęściowych z gumowym tłokiem z końcówką luer-lock, skala czytelna, czarna niezmywalna. Skalowanie strzykawki 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,2 ml, 20 ml co 1ml (dopuszcza się skalę rozszerzoną). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytotatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytotatyków oraz pomp infuzyjnych) UWAGA: Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: Kwapisz, Braun, Askor, Terumo, Medima”

Według załączonych dokumentów przez Wykonawcę (dokumenty potwierdzające wymagania OPZ), strzykawki zaoferowane w poz. 8, 9, 10 to strzykawki przeznaczone do iniekcji a według Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością UE to Sterylne strzykawki podskórne luer-lock.

Zamawiający odpowiedziami z dn. 07.10.2022 r. dopuścił trzyczęściowe strzykawki luer-lock pozostawiając pozostałe wymogi OPZ bez zmian, tj. m.in. wymóg kompatybilności strzykawk z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi. Z dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę nie wynika, że ww. strzykawki są przeznaczone do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Podczas próby podłączenia strzykawki producenta Chirana do pompy infuzyjnej Ascor nie ma możliwości wyboru typu/rodzaju strzykawki gdyż zaoferowana strzykawka nie znajduje się w bazie oprogramowania pompy. Jednocześnie średnica strzykawki jest zbyt mała oraz źle podaje lek. Po procesie podaży w strzykawce pozostał lek.

- 2) Oferta nr 4 na część nr 2 (Dreny i końcówki) złożona przez Bialmed Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp

Uzasadnienie

Wykonawca nie złożył wymaganych próbek.

3. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte od 15.11.2022 r.

DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*lgk. med. Andrzej Kondaszewski*