

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.102.2022 EK – materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena	Razem
1	Włóknina sterylizacyjna	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100
2	Włóknina sterylizacyjna do ciężkich zestawów narzędziowych	VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	100	100
3	Oślonki na naroża tac sterylizacyjnych	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100
4	Testy symulacyjne Bowie – Dick	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100
5	Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych	Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	100	100
6	Plomby do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych	Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa	100	100
7	Wkładki absorpcyjne	Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa	100	100
8	Testy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek	VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	100	100
9	Szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100
10	Rękawy papierowo foliowe	Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa	100	100
11	Wskaźniki chemiczne do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parowej	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100
12	Materiały eksploatacyjne do systemu dokumentacji t-doc	Marktronic Computers S.C. Monika Maj-Myślicka, Marek. Myślicki, Michał Myślicki ul. Piłsudskiego 13 lok.1, 26-600 Radom	100	100

13	Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej	Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa	100	100
14	Wskaźniki do monitorowania procesów sterylizacji	3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn	100	100
15	Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych	3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn	100	100
16	Wskaźniki do kontroli sterylizacji	Media-MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków	100	100
17	Środki do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach	Media-MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków	100	100
18	Papier krepowy do sterylizacji	Kosorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	100	100
19	Kaseta do sterylizatora plazmowego 100 NX	Advancet Sterilization Products Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa	100	100
20	Rękawy bez celulozy do sterylizacji nadtlenkiem wodoru	Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa	100	100
21	Czyściki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych	FALCO-Medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	100	100

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty w kryterium cena	Razem
3	Osłonki na naroża tac sterylizacyjnych	Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	Oferta odrzucona	
		VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	Oferta odrzucona	
6	Plomby do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych	VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	Oferta odrzucona	
		FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	
7	Wkładki absorpcyjne	Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	47,76	47,76
		VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	Oferta odrzucona	
		FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	
10	Rękawy papierowo foliowe	Kosorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	84,70	84,70
		VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	79,07	79,07
		FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	
13	Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej	Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	82,61	82,61
		FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	

15	Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych	VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań	Oferta odrzucona	
18	Papier krepowy do sterylizacji	Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	93,96	93,96
		FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	
20	Rękawy bez celulozy do sterylizacji nadtlutkiem wodoru	FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok	Oferta odrzucona	

## 2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

**Oferta nr 5** złożona przez Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień w zakresie części nr 3 (Osłonki na naroża tac sterylizacyjnych).

### Uzasadnienie

Brak wymaganej próbki.

**Oferta nr 7** złożona przez VP Polska Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 65 68-100 Żagań została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień w zakresie:

- części nr 3 (Osłonki na naroża tac sterylizacyjnych);
- części nr 6 (Plomby do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych);
- części nr 7 (Wkładki absorpcyjne);
- części nr 15 (Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych)

### Uzasadnienie

Brak wymaganej próbki - dotyczy części 3,6,7,15.

Brak wypełnionego załącznika nr 2 do SWZ - dotyczy części nr 15.

**Oferta nr 8** złożona przez FALCO-medic Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień w zakresie:

- części nr 6 (Plomby do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych);
- część nr 7 (Wkładki absorpcyjne);
- części nr 10 (Rękawy papierowo foliowe);
- części nr 13 (Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej);
- części nr 18 (Papier krepowy do sterylizacji);
- części nr 20 (Rękawy bez celulozy do sterylizacji nadtlutkiem wodoru).

### Uzasadnienie

Brak na plombie wskaźnika procesu sterylizacji – dotyczy części nr 6.

Brak deklaracji zgodności – dotyczy części nr 10,18,20.

Brak wymaganej próbki – dotyczy części nr 7,10,13,18,20.

Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie normy PN EN 868-5 lub równoważnej – dotyczy części nr 20

## 3. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte od dnia 02.12.2022 r.

z Up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych